

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Operační stoly pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 1 - mobilní operační stoly**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3322/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1a a 2a

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti pro oba stoly:

- stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu minimálně 600 - 1050 mm

1) Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat rozsah 550 mm – 1020, který splňuje požadovaný medicínský účel?

- elektricky stavitelné podložky nohou minimálně 70°/-90°

2) Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat rozsah podložky nohou +30°/-90°. Z hlediska medicínského účelu a využití nemá větší plusová hodnota v praxi význam.

Odpověď na dotaz č. 1a

Zadavatel bude akceptovat i nabízené řešení, tj. stůl výškově stavitelný v rozsahu 600 – 1020 mm.

Odpověď na dotaz č. 2a

Zadavatel bude akceptovat i nabízené řešení, tj. elektricky stavitelné podložky nohou v rozsahu +30° / -90°.

Dotaz č. 1b, 2b, 3b, 4b, 5b a 6b

Dotaz č.1:

Zadavatel v technické specifikaci mobilních operačních stůlů požaduje:

- podélný posun minimálně 300 mm

Pro vyloučení pozdějších komplikací při dosahování potřebných poloh v kombinaci s kontrolou za pomoci C ramena uchazeč upozorňuje, že 300 mm podélný posun může být nedostatečný. Uchazeč nabízí řešení s podélným posunem 380 mm, kde je kompatibilita s C ramenem lépe zajištěna. Bude tedy zadavatel akceptovat dodání operačního stolu s podélným posunem min. 380mm a zajištěním tak kompatibility s použitím C-ramena?

Dotaz č.2:

Zadavatel v technické specifikaci mobilních operačních stůlů požaduje:

- stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu minimálně 600 - 1050 mm

Uchazeč disponuje výškově stavitelným operačním stolem v rozsahu 540-1030 mm. Bude zadavatel akceptovat uchazečem nabízené řešení, které zajišťuje i vyšší rozsah výškového nastavení?

Dotaz č.3:

Zadavatel v technické specifikaci mobilních operačních stůlů požaduje:

- 4 dvojitá pojezdová kola o průměru minimálně 10 cm

Uchazeč disponuje řešením s 5ti pojezdovými koly o průměru 5cm, kdy páté pojezdové kolo slouží pro lepší směrovou stabilizaci při pohybu operačního stolu. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

Dotaz č.4:

Zadavatel v technické specifikaci mobilních operačních stůlů požaduje:

- akumulátory s vysokou kapacitou minimálně na týden běžného provozu nebo minimálně na 60 operací tzn. 300 plných pohybů stolu

Uchazeč disponuje akumulátory s minimálním provozem 180 min při plně nabitém akumulátoru. Bude zadavatel akceptovat navrhované řešení?

Dotaz č.5:

Zadavatel v technické specifikaci mobilních operačních stůlů požaduje:

- nosnost operačního stolu minimálně 400 kg

Uchazeč má za to, že parametr nosnost operačního stolu je zavádějící a žádá zadavatele o upřesnění tohoto parametru na bezpečné pracovní zatížení (maximální váha pacienta včetně potřebného příslušenství), kdy nedojde k ohrožení bezpečnosti pacienta při polohování operačního stolu.

Dotaz č.6:

Zadavatel v technické specifikaci příslušenství pro gynekologický stůl požaduje:

- pánevní prodlužovací segment s délkou min. 300 mm

Bude zadavatel akceptovat pánevní prodlužovací díl o délce 250 mm?

Odpověď na dotaz č. 1b

Zadavatel trvá na požadavku podélný posun minimálně 300 mm, účastník může nabídnout i větší rozsah podélného posunu.


Odpověď na dotaz č. 2b

Viz odpověď na dotaz č. 1a.

Odpověď na dotaz č. 3b

Zadavatel připouští řešení s velikostí pojezdového kola 5 cm. Zadavatel připouští možnost dodat operační stůl i s pátým kolem, které dále nebude specifikovat.

Odpověď na dotaz č. 4b



Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Odpověď na dotaz č. 5b


Zadavatel upřesňuje, že požadavek „nosnost operačního stolu minimálně 400 kg“ byl stanoven pro nulovou polohu na standartní desce operačního stolu.

Odpověď na dotaz č. 6b

Zadavatel bude akceptovat pánevní prodlužovací segment o délce 250 mm.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel

