

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98, 100, 102 - Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 2: Centrifugy pro Oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3375/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Dotaz č. 1:

Prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky REACT – EU 98,100, 102 – Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s. – část 2, v následujícím bodě:

Ve vysvětlení ZD č.4 odpovídáte na dotaz č.3 krom jiného, že pro výkyvný rotor požadujete alespoň 15 000 x g. Pro Vámi uvedené „používané zkumavky“ je ale dosažení 15 000 x g ve výkyvném rotoru stolní centrifugy nereálné. Navíc Vámi uváděné zkumavky od BD mají limit 4 000 xg. Vzhledem k tomu, že u ostatních centrifug s výkyvnými rotory v této části VZ požadujete 4 000 x g, domníváme se, že i u této centrifugy by měl být požadavek na RCF výkyvného rotoru 4 000 x g.

Odpověď č. 1:

Zadavatel mylně požadoval v předchozí odpovědi 15 000 x g. Platná hodnota, kterou zadavatel požaduje je 4000 x g.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 24 -05- 2023

02

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti