

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98, 100, 102 - Chladicí a mrazicí zařízení pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 10: Soubor chladicích a mrazicích zařízení pro Oddělení laboratorního komplementu Nemocnice Teplice, o.z**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3410/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat u položky Chladicí zařízení č. 2:

- přístroj bez koleček? Vzhledem k poměru rozměrů lednice výrobce nedoporučuje u modelu s objemem cca 300 l kolečka, jelikož dochází ke snížení stability přístroje.

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat i nabízené řešení.

Dotaz č. 2:

Bude zadavatel akceptovat u položky Chladicí zařízení č. 2:


- celkový počet 5 ks poliček výškově nastavitelných (nikoli celkem 6, z toho 5 nastavitelných)?

Odpověď č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat i nabízené řešení.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 24-05-2023

02
**Krajská zdravotní, a.s.**
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti