

Technická specifikace**REACT-EU 98 - Mycí a dezinfekční automaty pro Krajskou zdravotní, a.s. -
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk a Nemocnice
Most, o.z. -****část 2 - Mycí a dezinfekční automat na nástroje pro oddělení COS - Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk**Popis:

Dodání 2 ks jednodvéřového mycího a dezinfekčního automatu na nástroje pro oddělení centrálních operačních sálů pro Pracoviště Rumburk. Mycí a dezinfekční automat je důležitou součástí dekontaminačních a mycích procesů, během kterých dochází k ničení mikroorganismů.

Technické a uživatelské parametry a vlastnosti nabízeného přístroje :**Mycí a dezinfekční automat na nástroje Miele typ PG8592**

- Jednodvéřový mycí a dezinfekční automat pro přípravu operačního instrumentária vhodný pro nepřetržitý provoz na oddělení operačních sálů
- Splňující normu EN ISO 15883-1
- Výška nabízeného přístroje je 835mm
- Dopředu výklopné celonerezové dveře
- Nerezové vnější opláštění
- Dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací
- Vestavěný horkovzdušný sušící agregát
- Elektrický ohřev
- Zakrytá topná tělesa
- Přívod čerstvé vody do každé fáze programu
- Vícekomponentový filtrační systém mycí lázně
- Bezespárově svařovaný mycí prostor s hladkými švy
- HEPA filtr H13 jako součást sušícího agregátu
- Vestavěný dávkovač pro tekutou mycí chemii
- Externí dávkovací čerpadlo pro tekutou neutralizaci
- Dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii
- Vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem
- Vestavěný změkčovač vody
- Zamezení možnosti otevření dveří během mycího cyklu
- Automatické dovírání dveří
- Automatické uzamykání dveří
- Elektronická, programovatelná řídicí jednotka (19 základních programů)
- Nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby
- Komunikace v českém jazyce
- Přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky
- Mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické
- Nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby
- Mycí prostor o kapacitě 8 sít 1/1 DIN

- Součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro dokumentaci mycích a sterilizačních procesů, tisk protokolů a vzdálený servisní monitoring a to po dobu 10 let bezplatně
- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. podle ZD
- Napojení myčky do systému dokumentace procesů přes ethernet
- Podpora dokumentace mycích a dezinfekčních procesů
- Podpora archivace a zpětné vyhledávání dokumentace procesu
- Podpora tisku kompletních dokumentačních protokolů
- Součástí dodávky bude kompletní spotřební materiál včetně chemikálií vhodné pro mytí operačního instrumentária a bezpečnostní listy k použitým chemikáliím
- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – podle Zadávací dokumentace

Příslušenství ke každému mycímu a desinfekčnímu automatu na nástroje:

- 2 ks vícepatrového koše pro uložení 6 ks běžných sít 1/1 DIN, přičemž každé patro je s vlastním ramenem
- 6 ks sít o standardizované velikosti 1/1 DIN

v Praze dne 16.1.2023



Ing. René Makeš, jednatel
UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o.



UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o.
Pod bání 8, 180 00 Praha 8
e-mail: info@unipro-alpha.com
www.unipro-alpha.com

