

Technická specifikace

REACT-EU 98 - Mycí a dezinfekční automaty pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk a Nemocnice Most, o.z. -

část 1 - Mycí a dezinfekční automaty na sálovou obuv pro oddělení COS - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk a Nemocnice Most, o.z.

Popis:

Dodání 1 ks mycího a dezinfekčního automatu na operační obuv pro oddělení centrálních operačních sálů pro Pracoviště Rumburk. Mycí a desinfekční automat je důležitou součástí dekontaminačních a mycích procesů, během kterých dochází k ničení mikroorganismů.

Technické a uživatelské parametry a vlastnosti nabízeného přístroje :

Mycí a dezinfekční automat na operační obuv Miele PG 8582 CD

- Samostatně stojící mycí automat pro čištění a desinfekci operační obuvi
- Jednodvéřový automat s celonerezovými dopředu výklopnými dveřmi
- Validovatelný dle normy ČSN EN ISO 15883-1
- S elektro ohřevem, příkon 9,3 kW
- výška nabízeného přístroje 835mm
- Dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací
- Bezespárový mycí prostor bez topných těles (topná tělesa skrytá)
- Automat s mycím prostorem o kapacitě až 8 DIN sít nebo 14 párů operační obuvi (10 párů s velikostí boty č. 48 a 4 páry s velikostí boty č. 41)
- Mycí a desinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické
- Možnost přednastavení mycích a desinfekčních programů pro zdravotnické pomůcky
- Možnost tří do přístroje integrovaných 5l zásobníků s čerpadly na potřebné chemikálie
- dva vestavěné dávkovače
- jeden dveřní dávkovač pro tekutou oplachovou chemii
- Automatické blokování dveří v průběhu mycího cyklu
- Automatické dovírání a uzamykání dveří
- Přívod čerstvé vody do každé fáze programu
- Vestavěné horkovzdušné sušení s ventilačním výkonem ventilátoru 60 m³/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 14
- Modul pro automatické měření čistoty / vodivosti oplachových vod
- Vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem
- Vestavěný změkčovač vody
- Násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích
- Ovládací dotekový panel s tlačítky rychlé volby
- Akustická a optická signalizace chybových hlášek s výpisem chyb na displeji
- Řídící jednotka s pamětí pro 21 programů
- Dokumentování procesů pomocí software (s modulem Ethernet)

- Součástí dodávky bude kompletní spotřební materiál včetně chemikálií vhodné pro mytí operační obuvi a bezpečnostní listy k použitým chemikáliím
- Koše pro 14 párů operační obuvi (10 párů s velikostí boty č. 48 a 4 páry s velikostí boty č. 41)
- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. podle Zadávací dokumentace

Příslušenství:

- Nástavec pro uložení operační obuvi do velikosti 48
- Držák pro optimální uložení operační obuvi
- Horní koš pro uložení operační obuvi
- Spodní koš pro uložení operační obuvi