



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Zařízení pro úpravu vody pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Režim veřejné zakázky: **VZMR**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3500/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Prosíme o upřesnění celkové spotřeby demi vody na operačních sálech k dezinfekčním automatům z příloh č.2c + 2d + 2e + 2f není jasně daná celková spotřeba demi vody. Celková spotřeba demi vody závisí na počtu cyklů myček.

Odpověď na dotaz č. 1

Za dotazovanou úpravnou budou dvě myčky na nástroje a jedna myčka na obuv. Myčka na obuv nepotřebuje demineralizovanou vodu, pouze změkčenou. Obě myčky na nástroje spotřebují 20 litrů demi vody na jeden cyklus, přičemž maximálně je doporučeno 8 cyklů denně, což je 160 litrů.

S připočítáním určité rezervy se jedná o 200 litrů demi vody denně.

V Ústí nad Labem dne: **07-06-2023**

06
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel