



Název veřejné zakázky: **Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. - Část 1 - Ultrazvukové přístroje kategorie 1**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3356/2023**

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

### **Dotaz č. 1**

V ZD je požadovaná Technická kvalifikace, kde je stejný předmět plnění posuzován dle CPV kódu 33112000\_8 Echografické, ultrazvukové a Dopplerovy zobrazovací přístroje.

Vzhledem k tomu, že pro ultrasonografické přístroje existuje více CPV kódů, bude zadavatel akceptovat prokázání technické kvalifikace dodávkou pod CPV kódem 33124120-2 Diagnostické ultrazvukové přístroje?

### **Odpověď na dotaz č. 1**

Ano, zadavatel bude akceptovat prokázání technické kvalifikace CPV kódem 33124120-2.

### **Dotaz č. 2**

Konceptem ZD je Rámcová dohoda, která se uzavírá na dobu 24 měsíců ode dne účinnosti této dohody nebo do vyčerpání celkového maximálního rozsahu (množství) (20 ks – ultrazvukové přístroje kategorie 1, 20 ks – ultrazvukové přístroje kategorie 2, 25 ks – ultrazvukové přístroje kategorie 3, 20 ks – ultrazvukové přístroje kategorie 4 – upravit dle části veřejné zakázky) předmětu plnění dle toho, která skutečnost nastane dříve.

Vzhledem k rozmanitosti technické specifikace ultrasonografických přístrojů pro jednotlivé obory a nutnosti splnění specifických potřeb pro jednotlivé obory, se domníváme, že pro přesné pokrytí všech oborů nelze soutěž na takový počet přístrojů koncipovat pouze do 4 obecných hladin, kde v jednotlivých hladinách jsou naopak některé velmi specifické parametry směřující k jednomu výrobcí. Neuvažuje zadavatel vzhledem k této skutečnosti o změnu konceptu s technickými specifikacemi odpovídajícími potřebám jednotlivých oborů?

### **Odpověď na dotaz č. 2**

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na 24 měsíců. Průběžné dodávky UZ přístrojů budou realizovány dle aktuálních požadavků klinik/oddělení zadavatele. Proto je takto stanoven formát a rozsah zadávací dokumentaci vč. technické specifikace. Zadavatel na tomto znění trvá.

**Dotaz č. 3**

V technické specifikaci ( příloha č.2) výběrového řízení pro zadání veřejné zakázky „Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s.“ jsou uvedeny m.j. následující požadavky, ke kterým vznášíme dotazy. Uvedené požadavky podle našeho názoru buď nejsou z klinického hlediska odůvodněné nebo představují konkrétní firemní řešení, v obou případech nám však brání se s nabídkami našich přístrojů soutěže účastnit.

V této souvislosti si dovoluujeme položit níže v tabulce uvedené dotazy.

| Číslo dotazu | Požadovaný parametr                                              | Dotaz uchazeče                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Tlačítková lineární sonda (min.3 konfigurovatelná tlačítka) .... | Bude zadavatel akceptovat sondu s požadovanými parametry, ale bez tlačítek na těle sondy? |

**Odpověď na dotaz č. 3**

Zadavatel připouští i nabízenou variantu sondy.

**Dotaz č. 4**

Zadavatel požaduje: *Tlačítková lineární sonda (min. 3 konfigurovatelná tlačítka), s frekvenčním rozsahem minimálně 5 - 13 MHz, s možností nastavení vysílacích frekvencí*

Bude zadavatel akceptovat náhradou lineární 2D sondu s frekvenčním rozsahem 3-16 MHz a s šíří 38 mm bez tlačítek v kombinaci s třítlačítkovým nožním panelem, kterým lze ovládat přístroj (funkce tlačítek programovatelná)? Sonda je díky svému frekvenčnímu rozsahu použitelná pro podstatně širší spektrum vyšetření.

**Odpověď na dotaz č. 4**

Zadavatel připouští i nabízené řešení uvedené v dotaze.

**Dotaz č. 5**

Zadavatel požaduje: *lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 7-18 MHz, šíře min. 35 mm*

Bude zadavatel akceptovat náhradou lineární 2D sondu s frekvenčním rozsahem 3-16 MHz a s šíří 38 mm? Sonda je díky svému frekvenčnímu rozsahu použitelná pro podstatně širší spektrum vyšetření.

**Odpověď na dotaz č. 5**

Zadavatel připouští i nabídku uvedenou sondy.

**Dotaz č. 6**

Zadavatel požaduje: *fázová sonda min. 4-10 MHz - neonatologická pro vyšetření novorozenců*

Bude zadavatel akceptovat náhradou fázovou sondu s frekvenčním rozsahem 3-8 MHz? Dle našich zkušeností z mnohých pracovišť je tato sonda zcela vyhovující pro neonatologická vyšetření a výrobce ji doporučuje.

**Odpověď na dotaz č. 6**

Zadavatel připouští i nabídku uvedené sondy.

**Dotaz č. 7**

V každé z částí 1 až 4 jsou sdruženy přístroje z různých oddělení. Ceny přístrojů pro různá oddělení, přestože jsou např. v nejvyšší kategorii se mohou lišit i v řádově v desítkách procent.

Dotaz: Můžete specifikovat počty kusů požadovaných pro jaká oddělení/specializace v rámci jednotlivých částí?

**Odpověď na dotaz č. 7**

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na 24 měsíců. Počty UZ přístrojů v jednotlivých kategoriích jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Průběžné dodávky UZ přístrojů budou realizovány dle aktuálních požadavků klinik/oddělení zadavatele. Proto nejsou detailně uvedeny odbornosti.

**Dotaz č. 8**

V rámci výběrového předpokládáte nákup během následujících dvou let. Vzhledem k aktuální celosvětové inflaci se dá předpokládat meziroční zdražování požadovaného zboží. Při zohlednění fixace cen k druhému roku a následné rychlé realizaci obchodu v prvním roce tak budou Vaše nákupy cenově neefektivní.

Dotaz: Můžete specifikovat počty nakoupených kusů v jednotlivých letech (tj. v prvním, a druhém roce) pro jednotlivé části?

**Odpověď na dotaz č. 8**

Předpoklad dodávek v prvním roce 13 ks UZ kategorie 1, 12 UZ kategorie 2, 17 ks UZ kategorie 3 a 10 ks UZ kategorie 4. Zbytek dodávek bude realizován dle aktuálních požadavků v druhém roce trvání rámcové dohody.

**Dotaz č. 9**

Při rozdělení do jednotlivých částí a při dodávce až od čtyř různých dodavatelů/výrobců se může stát, že na jedno oddělení budou dodány přístroje až od čtyř různých dodavatelů/výrobců. V tomto případě jsou uživatelská rozhraní různá a ztěžuje to práci obsluhujícího personálu, nejsou kompatibilní sondy mezi jednotlivými přístroji. Tato situace vede k velkému diskomfortu pro obsluhující personál. Taktéž klade vysoké nároky na zvládnutí více odlišných systémů ovládání, což může vést zejména ve stressových situacích k čerpání mentální energie jiných směrem než maximálně ve prospěch pacienta.

**Dotaz:** Jakým způsobem budete řešit kompatibilitu přístrojů a jednotnost ovládacích prvků na jednom oddělení při větším počtu nekompatibilních přístrojů od více dodavatelů/výrobců?

**Odpověď na dotaz č. 9**

Zadavatel si toto riziko uvědomuje, ale trvá na způsobu zadání veřejné zakázky.

**Dotaz č. 10**

V části 1 požadujete následující sondy:

Konvexní abdominální sonda minimálně 2-5 MHz  
Kardiologická sektorová sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 2–4 MHz  
Tlačítková lineární sonda (min. 3 konfigurovatelná tlačítka), s frekvenčním rozsahem minimálně 5–13 MHz, s možností nastavení vysílacích frekvencí  
lineární sonda minimálně 3-11 MHz, max. 40 mm  
lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 7-18 MHz, šíře min. 35 mm  
lineární sonda minimálně 5-12 MHz, min. 50 mm  
mikrokonvexní sonda min. 4-9 MHz  
fázová sonda min. 2-4 MHz  
fázová sonda min. 3-8 MHz – pediatrická  
fázová sonda min. 4-10 MHz – neonatologická pro vyšetření novorozenců  
hokejka min. 7-15 MHz

Tato kombinace požadovaných sond je nesplnitelná jedním dodavatelem.

**Dotaz:** Opravdu trváte na splnění možného rozšíření o všechny tyto sondy?

**Odpověď na dotaz č. 10**

Zadavatel trvá na požadavcích na sondy uvedené v technické specifikaci, ale připouští i jiné alternativní nabídky sond ke stejnému účelu.



#### **Dotaz č. 11**

zadavatel v technické specifikaci požaduje:

**Přenosný přístroj – notebookový typ.**

Bude zadavatel akceptovat nabídku na dodávku ultrazvukového přístroje typu tablet?

Tedy ultrazvukový přístroj s plně dotykovou obrazovkou (bez mechanických prvků), kdy přístroj lze snadno ovládat v chirurgických rukavicích a také při použití krycí sterilní fólie na obrazovce. Výhoda tabletového typu je zejména při potřebě desinfekce přístroje.

#### **Odpověď na dotaz č. 11**

Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v technické specifikaci.

#### **Dotaz č. 12**

zadavatel v technické specifikaci požaduje:

**Ovládání přes panel s mechanickými prvky - tlačítka, včetně alfanumerické klávesnice + ovládání přes trackball, nikoliv touchpad.**

Bude zadavatel akceptovat nabídku na dodávku ultrazvukového přístroje s ovládáním přes dotykový panel bez mechanických prvků? Všechny mechanické prvky jsou nahrazeny softwarovými ovladači. Softwarové ovladače lze snadno ovládat v chirurgických rukavicích a také při použití krycí sterilní fólie na obrazovce. Výhoda dotykového panelu bez mechanických prvků je zejména při potřebě desinfekce přístroje.

#### **Odpověď na dotaz č. 12**

Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v technické specifikaci.

#### **Dotaz č. 13**

zadavatel v technické specifikaci požaduje:

**Manuální nastavení TGC křivky – alespoň 6 hardwarových ovladačů**

Bude zadavatel akceptovat nabídku na dodávku ultrazvukového přístroje se softwarovým nastavením TGC křivky (8 softwarových ovladačů). Nastavení TGC křivky pomocí softwarových ovladačů lze snadno provést v chirurgických rukavicích a také při použití krycí sterilní fólie na obrazovce.

#### **Odpověď na dotaz č. 13**

Zadavatel připouští i variantní řešení uvedené v dotaze.

#### **Dotaz č. 14**

V ZD je požadovaná Technická kvalifikace, kde je stejný předmět plnění posuzován dle CPV kódu 33112000\_8 Echografické, ultrazvukové a Dopplerovy zobrazovací přístroje.



Vzhledem k tomu, že pro ultrasonografické přístroje existuje více CPV kódů, bude zadavatel akceptovat prokázání technické kvalifikace dodávkou pod CPV kódem 33124120-2 Diagnostické ultrazvukové přístroje?

**Odpověď na dotaz č. 14**

Ano, zadavatel bude akceptovat prokázání technické kvalifikace CPV kódem 33124120-2.

**Dotaz č. 15**

Konceptem ZD je Rámcová dohoda, která se uzavírá na dobu 24 měsíců ode dne účinnosti této dohody nebo do vyčerpání celkového maximálního rozsahu (množství) (20 ks – ultrazvukové přístroje kategorie 1, 20 ks – ultrazvukové přístroje kategorie 2, 25 ks – ultrazvukové přístroje kategorie 3, 20 ks – ultrazvukové přístroje kategorie 4 – upravit dle části veřejné zakázky) předmětu plnění dle toho, která skutečnost nastane dříve.

Vzhledem k rozmanitosti technické specifikace ultrasonografických přístrojů pro jednotlivé obory a nutnosti splnění specifických potřeb pro jednotlivé obory, se domníváme, že pro přesné pokrytí všech oborů nelze soutěž na takový počet přístrojů koncipovat pouze do 4 obecných hladin, kde v jednotlivých hladinách jsou naopak některé velmi specifické parametry směřující k jednomu výrobcí. Neuvažuje zadavatel vzhledem k této skutečnosti o změnu konceptu s technickými specifikacemi odpovídajícími potřebám jednotlivých oborů?

**Odpověď na dotaz č. 15**

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na 24 měsíců. Průběžné dodávky UZ přístrojů budou realizovány dle aktuálních požadavků klinik/oddělení zadavatele. Proto je takto stanoven formát a rozsah zadávací dokumentaci vč. technické specifikace. Zadavatel na tomto znění trvá.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

08-06-2023

02  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
MUDr. Petr Malý, MBA  
DIČ: CZ25488627  
generální ředitel

**Ing. Pavel Voral**