



Název veřejné zakázky: **REACT – EU 98 – Endoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s. - Část 4: Endoskopické vybavení plicní Nemocnice Litoměřice, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3448/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz:

Zadavatel u videoprocessoru požaduje: Výstupy minimálně 2x HD-SDI, Kompozitní RGB. Bude zadavatel akceptovat při splnění všech ostatních technických parametrů videoprocessoru následující výstupy?

Digitální výstup:

analogový VBS composite a Y/C; digitální 12G-SDI (SMPTE ST 2082), 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M)

Video výstup:

1x 12G-SDI Out (4K/HD), 1x 3G-SDI Out (HD), 1x Composite Out, 1x Printer Out

Odpověď:

Nabízení řešení splňuje požadavek zadavatele.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 15-06-2023

02  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627


prim. MUDr. Jiří Laštůvka

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel

