

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi:

Název: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

se sídlem: Evropská 176, 160 41 Praha

IČ: 27068641

DIČ: CZ27068641

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39321

bankovní spojení: UniCredit Bank, Nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 č.ú. 2105630382/2700

jednající / zastoupená: Jiří Batrla, jednatel společnosti

Krešimír Draškovič, jednatel

Mathias Horst Jakob, jednatel

Ing. Pavel Kasal, prokurista

Ing. Ivo Lukeš, prokurista

Ing. Petr Blažek, prokurista

Jan Podlipný, prokurista

Ondřej Typolt, prokurista

Kontaktní osoba : Ing. Stanislav Baxa, tel.: 221 985 254, e-mail: stanislav.baxa@olympus.cz

(dále jen „prodávající“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 216686400/0300

zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Kontaktní údaje: tel: 477114105, 477114106, e-mail: sekretariat@kzcr.eu

Kontakt ve věcech soutěže: Ing. Václav Štyvar, tel: 477 117 901, e-mail: vaclav.styvar@kzcr.eu

Kontakt ve věcech technických: Ing. Radek Brož, 733 756 632 e-mail: radek.broz@kzcr.eu

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označeny rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“.

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku/část veřejné zakázky vyhlášenou dne (vyplní uchazeč) na dodávku vybavení s názvem „**Endoskopické vybavení pro rigidní endoskopii pro laparoskopii (dětské) (laparověž)**“ zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy souvisí s realizací projektu „**Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.**“, který by měl být podpořen z Integrovaného operačního programu, 18. Výzvy, oblasti podpory 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví.
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a to k **vybavené laparoskopické věži pro dětské traumatologické operace** (dále jen přístroj nebo zboží) pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. – oddělení dětských traumatologických operačních sálů a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. II. této smlouvy.

Dále je předmětem smlouvy montáž, instalace, uvedení do provozu, provedení všech provozních testů dle platné legislativy, vypracování projektové dokumentace, (pokud je kupujícím vyžadována), instruktáž zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností, dále záruční servis dle níže uvedených podmínek.

1. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (technická specifikace prodávajícím nabízeného zboží.) a příloze č. 2 (rozpis cenové nabídky) této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.
3. Předmětem smlouvy je dále předání zboží ve znění dle článku III. odst. 2 této kupní smlouvy, likvidace obalového materiálu, zajištění stavební připravenosti (pokud je kupujícím vyžadována), zajištění ekologické likvidace stávajícího vybavení (pokud je kupujícím vyžadována) včetně vystavení potřebných dokladů dle platné legislativy a poskytnutí záručního servisu. Pro předání dodávaného plnění bude využita příloha č. 3 (předávací protokol)

II.

Kupní cena zboží

1. Celková kupní cena zboží je 1.959.990,00 Kč bez DPH, tj. 2.371.587,00 Kč včetně 21 % DPH.
2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou.
3. Kupní cena předmětu smlouvy bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odvolávku na smlouvu, název projektu: „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“, registrační číslo projektu, soupis příloh (viz. přílohy č.1 - 3 k této smlouvě, dodací listy a další relevantní doklady související se zbožím typu revize apod.). V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
4. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
5. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dodání zboží kupujícímu a provedení veškerých úkonů uvedených v článku III. odst. 2. této kupní smlouvy.
6. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Za zaplacení kupní ceny je považováno odeslání kupní ceny na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

7. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
8. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího dodáním /odevzdáním zboží

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu do 6 týdnů po podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami včetně instruktáže obsluhy. O termínu dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího. Pověřeným zástupcem prodávajícího je Ing. Stanislav Baxa – Lékařská endoskopie (tel.: 221 985 254, email: stanislav.baxa@olympus.cz)

Pověřeným zástupcem kupujícího je pracovník oddělení obslužných klinických činností:

1) Ing. Martin Peterka, tel.: +420 733 594 620, email: martin.peterka@kzcr.eu

2) Bc. Pavel Keller, tel.: +420 731 132 755, email: pavel.keller@kzcr.eu

nebo jiný pověřený pracovník kupujícího.

2. Za předání zboží se považuje:

- a. jeho dodání na adresu Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - oddělení Centrálních operačních sálů, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
- b. montáž, instalace, uvedení do provozu, provedení všech provozních testů a zkoušek dle platné legislativy,
- c. instruktáž zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o proškolení,
- d. pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následně instruktáž zdravotnického personálu v používání zboží,
- e. dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- f. podpis protokolu o předání zboží oběma pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“).

3. Zvláštní požadavky:

- a. Kupující požaduje instalaci zboží a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přijímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrovizí, atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.
- b. Kupující požaduje instruktáž zaměstnanců kupujícího pro plné uživatelské užívání zboží a pro provádění instruktáží dalších pracovníků kupujícího.
- c. Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují

technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č. 18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 Sb. v posledním znění.

4. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží.
5. Protokol o předání a převzetí zboží a o zprovoznění přístroje musí být podepsán pracovníkem OOKC, v opačném případě není plnění dodávky považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.
6. Nepředá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.

IV.

Nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží (viz čl. III. odst. 1,2 této smlouvy). V případě, že prodávající nemůže provést kompletní předání zboží z důvodu nepřipravenosti na straně kupujícího (tj. zejména nepřipravenost na instalaci dodávky zboží), přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího jeho odevzdáním kupujícímu.

V.

Záruka za jakost

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba je 36 měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po předání zboží.
3. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, dodávky všech náhradních dílů a v případě poruchy zboží, provádění standardních vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
4. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.
5. Záruka se vztahuje i na příslušenství a spotřební materiál, které jsou nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží a na spotřební materiál.
6. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení závady prodávajícímu. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: Evropská 176/16, 160 41 Praha 6, tel.: 221 985 392-395, fax: 221 985 574, e-mail: serviszt@olympus.cz.
7. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 pracovní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, e-mailem, příp. poštou) vad prodávajícímu.
V případě, že prodávající neopraví zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 7, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH za každý kalendářní den až do opravy zboží.

8. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být kupující písemně poskytnuta další přiměřená lhůta. Rozhodnutí, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí další lhůty, stejně tak o délce další lhůty přináleží kupujícímu.
9. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním vady.
10. Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a ověření (je-li relevantní),
 - odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle §65 zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - revize dle §67 a §68 zákona č. 268/2014 Sb.
 - náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytnout prodávající bezplatně.
11. Prodávající se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny výše uvedených kontrol a odborné údržby dle zákona č. 268/2014 Sb. a dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi OOKC kupujícího. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za kupujícího pracovník OOKC.
12. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem je technik OOKC, ze strany prodávajícího tedy bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky OOKC.
13. Prodávající prohlašuje, že v případě zájmu kupujícího je schopen zajistit kupujícímu pozáruční servis včetně dodání náhradních dílů po dobu minimálně deseti let od data podpisu předávacího protokolu.

VI.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením. Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů podstatného porušení smluvních povinností prodávajícím, nebude-li závadný stav vyvolaný porušením takové povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí písemné výzvě.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy i v případě, že nebude moci čerpat dotaci přidělenou na projekt „**Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.**“.
3. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

VII.

Zvláštní ustanovení

1. Prodávající se zavazuje po celou dobu obchodní spolupráce v rámci veřejné zakázky dodržovat platné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem.
2. Prodávající tímto uděluje souhlas se zveřejněním této kupní smlouvy v souladu s povinnostmi kupujícího, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.
3. Prodávající se zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.

4. Prodávající se zavazuje nezpřístupnit údaje o dodávkách poskytovaných kupujícímu prodávajícím třetí osobě, pokud pro něj taková povinnost nevyplyvá ze zákona nebo pravomocného rozhodnutí příslušného soudního či správního orgánu.
5. Prodávající se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky nejméně po dobu 10 (deset) let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 (tři) let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, přičemž se tato lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba týkajícího se projektu.
6. Prodávající se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem Integrovaného operačního programu a dalšími relevantními předpisy Evropské unie a České republiky.
7. Prodávající je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
8. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu a poskytovateli dotace veškerou součinnost související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup k veškeré dokumentaci související s předmětem uzavřené smlouvy, umožnit přístup k veškeré účetní evidenci a záznamům souvisejícím s předmětem uzavřené smlouvy, doložit prokazatelným způsobem veškeré operace související s předmětem uzavřené smlouvy, účastnit se na výzvu zadavatele a poskytovatele dotace případných jednání a řízení.

VIII.

Ostatní ustanovení

1. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně doví.
2. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly na způsobu doručování písemností tak, že pokud je pro provozovatele poštovních služeb doporučená písemnost nedoručitelná nebo jestliže adresát přijetí písemnosti odmítl, nebo si ji na příslušné provozovně provozovatele poštovních služeb nevyzvedl v 10-ti denní úložní lhůtě, považuje se den vrácení této písemnosti příslušnou provozovnou provozovatele poštovních služeb zpět odesílateli za den doručení se všemi právními účinky s doručením písemnosti spojeným.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.

4. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženou prodávajícímu.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
8. Příloha č. 1 až č. 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
10. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace. Aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávkou kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsouc v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

Přílohy:

- 1) Technická specifikace prodávajícím nabízeného zboží
- 2) Rozpis cenové nabídky
- 3) Předávací protokol

V Praze

dne 25.11.2015

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

Ing. Pavel Kasal
prokurista

Ing. Ivo Lukeš
prokurista

Olympus Czech Group, s.r.o.,
člen koncernu; Evropská 176/16
160 41 Praha 6, IČ: 27068641
tel.: +420 221 985 236

V **Ústí nad Labem**

dne **03-12-2015**

Krajská zdravotní, a.s.

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Monitor OEV 262H

Full HD medicínský monitor vyvinutý a kalibrováný pro využití s Olympus flexibilními endoskopy a kamerovými hlavami Olympus a EndoEye videolaparoskopy. Zajišťuje barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického nebo operačního výkonu formou celoplošného obrazu. V případě využití dalšího obrazového zdroje je možné použít zobrazení PiP (Picture in Picture) s volbou velikosti a umístění druhého obrazu, nebo PoP (Picture on Picture) formou dvou vedle sebe položených obrazů s nastavitelnou velikostí. Kvalita zobrazení a nastavení Gamma filtru je možné zvláště pro PiP nebo PoP zobrazení což umožňuje zvolit ideální nastavení obrazu při použití různých obrazových vstupů (např. EUS, ScopeGuide, Laparoscopy). Obrazem může uživatel rotovat o 180° nebo ho zrcadlově překllopit.



- **medicínský monitor úhlopříčka 26" – poměr 16:9**
- **HDTV rozlišení obrazu 1920 x 1080**
- **kontrast 1400 : 1**
- **1,07 bil. barev, 10bit**
- **zobrazovací úhel 178°**
- **svítivost 450cd/m²**
- **antireflexní úprava**
- **překreslovací frekvence 8 ms**
- **certifikace MDE**
- **vstup - video, Y/C, analog RGB, EXT- Sync, 2x 3G-SDI, 2x DVI**
- **výstup - video, Y/C, analog RGB, EXT- Sync, 2x 3G-SDI, 2x DVI**
- **rozměry - 627x395x80mm**
- **váha – 7,8kg**
- **zavěšení – 100 mm VESA/WVESA na pohyblivém rameni laparoskopického vozíku**





Xenonový zdroj studeného světla CLV-S190


- použití pro videolaparoskopy multichip nebo 1CCD a 3CCD nebo 1CCD kamerovými hlavami a vybranými flex. Endoskopy
- aktivní automatické řízení jasu světla kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole
- automatické uložení předchozího nastavení
- možnost využít funkce úzkopásmového zobrazení (NBI)
- **automatické nastavení intenzity osvětlení** - 17 kroků (stupňů nastavení)
- **hlavní vyšetřovací lampa** - 300W xenonová lampa
- **průměrná životnost lampy** - 500 provozních hodin
- **záložní lampa s automatickým náběhem**
- **rozměry** - š 370 x v 150 x d 476 mm
- **váha** - 14,9 kg
- **spotřeba** - 500VA





HD kamerová jednotka OTV-S190 s klávesnicí

- podpora úzkopásmového zobrazování – jedná se o nejnovější technické řešení, které lze kombinovat spolu se zvětšením obrazu při endoskopii, osvětluje objekt přes filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části spektra. Tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto je možno výrazně lépe odhalit v jícnu, žaludku a tlustém střevě zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod.
- aktivní automatické řízení zdroje světla - kamerová jednotka je kompatibilní s nabízeným zdrojem světla Olympus
- zobrazovací systém - CCD čip s rozlišením SDTV i HDTV (HighDefinitionTV, 1080p)
- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu
- obrazový výstup – 16:9, 16:10, 4:3 nebo 5:4 pro HDTV monitor
- vstup/výstup - Analog HDTV výstup - RGB (PAL) nebo YPbPr(PAL)
Analog SDTV výstup – VBS kompozit(PAL)
Y/C(PAL) a RGB (PAL)
Digitální výstup – HD-SDI (SMTPE292M) SD-SDI(SMPTE259M) DV (IEEE1394) a DVI (WUXGA, 1080p nebo SXGA)
- automatické nastavení bílé - nebo ručně přes čelní panel
- Iris Mode – potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní/kombinované
- zmrazení obrazu – z klávesnic, endoskopu nebo z programovatelného tlačítka panelu
- klávesnice pro předvolbu nastavení patientských dat - až 50 pacientů s údaji: číslo pacienta, datum narození, věk, pohlaví, datum záznamu, čas, číslo obrázku, videonastavení, nastavení zobrazení, fyzická indikace, komentář apod.
- možnost ovládání nastavení z endoskopu - 3 programovatelná tlačítka, z předního panelu OTV-S190 - 2 programovatelná tlačítka, z klávesnice - 4 programovatelná tlačítka, vždy s volbou funkcí: uživatel, zdroj obrazu, nastavení tónů barev, zmrazení, zvýraznění obrazu, zoom, speciální nastavení světla, šipka monitoru, stopky, charakteristika obrazu, expozice obrazu, PiP, PoP, formát obrazu apod.
- podpora videolaparoskopů
- uživatelská nastavení – pro 20 různých uživatelů
- identifikace používaného endoskopu - typ endoskopu, výrobní číslo, volitelný údaj, počet užití, přístup nástroje, technické parametry endoskopu (úhel pohledu, šíře pracovního kanálu, průměr prac. tubusu a distálního konce.)
- archivace obrázků – Flash Disc – MAJ-1925 Olympus (2GB) nebo jiný do 32GB (FAT32 kompatibilní)
kompresní formát nahrávání TIFF - bez komprese, JPEG (komprese cca.1/5, 1/10)
kompresní formát nahrávání snímků TIFF - bez komprese cca.227 obrázků, JPEG (komprese cca.1/5-1024 obrázků, 1/10-2048 obrázků)



Full HD 3CCD kamerová hlava

Možnost využít funkce NBI (Narrow Band Imaging), PDD (Photo Dynamic Diagnosis)

- **NBI** – úzkopásmové zobrazování je nejnovější technické řešení, které lze kombinovat spolu se zvětšením obrazu při endoskopii, osvětluje objekt přes filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části spektra. Tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti. Tímto je možno výrazně lépe odhalit v jícnu, žaludku a tlustém střevě zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod.
- **zobrazovací systém** - 3CCD čip s rozlišením HDTV (HighDefinitionTV)
- **autoklávovatelnost** – do 134°C
- **odstup kabelu** – boční
- **rozlišení** – 1920 x 1080 řádků
- **poměr stran** - 16:9
- **ohnisková vzdálenost zvětšení** – 15,8 mm (Tele) až 31,3 mm (Wide)
- **optický zoom**- 0,9x až 1,8x
- **ovládání optického zoomu** – 2 tlačítka (servomotorek)
- **ovládání digitálního zoomu** – tlačítkem na klávesnici nebo čelním panelu přístroje
- **ovládání fokusace** - 2 tlačítka (servomotorek)
- **programovatelná ovládací tlačítka** – 3
- **kompatibilní se stávajícími optikami**
- **konstrukce hlavy** - za provozu se neohřívá
- lze ovládat jednou rukou
- **rozměry** – 50/45mm šířka
63/58mm výška
161/142mm hloubka
350g váha





EndoEye HD II je 5,4 mm integrovaný multičipový systém, který spojuje endoskop, kamerovou hlavu s adaptérem a světlovod do jednoho nerozebíratelného a resterilizovatelného kompletu, kde je digitální obrazový snímací HD CCD čip umístěn v distálním konci optiky. Představuje špičku v oblasti zobrazování v endoskopii. Tato konstrukce eliminuje množství optických dílů v endoskopu, respektive přechodů, na kterých dochází ke ztrátám ostrosti. Výsledkem je lepší prokreslení detailů zobrazovaných struktur, což umožňuje redukci krevních ztrát pacienta, protože lze bezpečně stavit i minimální krvácení, ale také snížení únavy očí operátora vzhledem k minimalizaci chvění obrazu. Možnost využití kvalitního digitálního zoomu, hranové i plošné zostření obrazu, případně jeho rotace umožňují provádět nejnáročnější laparoskopické výkony s vysokou bezpečností pro pacienta.

Na těle videoteleskopu jsou pak integrována tři nastavitelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky. Celý komplet je sterilizovatelný v autoklávu při teplotě 134°C se zárukou stálého zachování jeho optických a užitných vlastností.

Technické parametry:

Směr pohledu: 30°

Hloubka ostrosti: 18 mm – 100 mm

Průměr distálního konce: 5,4 mm


Pracovní délka: 302 mm

Poměr stran: 5:4

Podpora úzkopásmového zobrazování

Čištění/dezinfekce: plně ponořitelné v roztocích vhodných k endoskopickým účelům

Sterilizace: Autokláv, ETO, Sterrad



EndoEye Flex je 5 mm integrovaný systém s HD CCD čipem v distálním konci, který spojuje endoskop, kamerovou hlavu s adaptérem a světlovod do jednoho nerozebíratelného a resterilizovatelného kompletu, kde je digitální obrazový snímací HD CCD chip umístěn v distálním konci optiky. Díky flexibilnímu zakončení má možnost nastavení úhlu pohledu od 0° až do 100°. Představuje tak špičku v oblasti zobrazování v endoskopii. Tato konstrukce eliminuje množství optických dílů v endoskopu, respektive přechodů, na kterých dochází ke ztrátám ostroty. Výsledkem je lepší prokreslení detailů zobrazovaných struktur, což umožňuje redukci krevních ztrát pacienta, protože lze bezpečně stavit i minimální krvácení, ale také snížení únavy očí operátora vzhledem k minimalizaci chvění obrazu. Endoeye Flex tak umožňuje provádět nejnáročnější laparoskopické výkony s vysokou bezpečností pro pacienta.

Na těle videoteleskopu jsou pak integrována tři nastavitelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky. Celý komplet je sterilizovatelný v autoklávu při teplotě 134°C se zárukou stálého zachování jeho optických a užitných vlastností.

Technické parametry:

Směr pohledu: 0° - 100°

Hloubka ostroty: 18 mm – 100 mm

Průměr distálního konce: 5,3 mm

Pracovní délka: 370 mm

Podpora úzkopásmového zobrazování

Čištění/dezinfekce: plně ponořitelné v roztocích vhodných k endoskopickým účelům


Sterilizace: Autokláv, ETO, Sterrad



Technický popis medicínského FullHD záznamového zařízení Medicapture USB300

USB300 je FullHD záznamové zařízení určené a certifikované pro použití na operačních sálech s jednoduchou obsluhou a umožňující pořizování foto a video záznamu.

- Vstupy: HD-SDI, DVI, s-video
- Výstupy: DVI (RGB, VGA pomocí adaptéru)
- LCD 2,5" barevný informativní
- Video formáty: H.264, MPEG4 1080, 720, PAL, NTSC
- Foto formát: BMP, JPG, TIFF, DICOM
- Rozlišení: až 1920x1080pix.
- Vnitřní HDD 320GB
- Možnost nahrávání přímo na USB HDD, USB flash disk, či na síťové úložiště
- Síť: 10/100/1000 Ethernet RJ-45
- 3x USB 2.0 (1x na přední straně, 2x na zadní straně)
- Ovládání nahrávání pomocí volitelného footswitchu, volitelně pomocí tlačítek na kamerové hlavě endoskopu či pomocí tlačítek na USB300
- Možnost připojení LCD monitoru, externí klávesnice
- Umožňuje zadávání patientských dat pro přesnou identifikaci nahraných záznamů
- Kompatibilita s PACS - DicomPASS
- Certifikace: CE 93/42/EEC, IEC 60601-1:2005, ANSI/AAMI ES60601-1:2005, CAN/CSA C22.2 No.60601-1:2008, E361228, FCC Part 15



Insuflátor UHI-4 může pracovat v rozsahu 0,1-45 l/min insuflovaného média. Uživatel má možnost nastavení řídicího modu v závislosti na velikosti dutiny, která je dilatována, takže insuflátor je kromě dospělé a dětské laparoskopie využitelný i pro gastroenterologii nebo EVH. Automaticky kontroluje tlak média v dutině a přizpůsobuje průtok nastaveným hodnotám (ochrana proti přeplnění pacienta). Zároveň má integrovanou funkci automatického odsávání mlhy a kouře při vazbě na elektrokoagulační jednotku ESG-400/UES-40 a jednotku ultrazvukového skalpelu SonoSurg/Thunderbeat. Intenzita odsávání je nastavitelná ve dvou úrovních High/Low nebo lze vypnout OFF.

- volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu
- podpora odsávání kouře řízená HF jednotkou
- volitelná rychlost průtoku s indikátorem o spotřebě plynu a stavu láhve s CO₂.
- volitelná velikost insuflované dutiny
- maximální průtok 45 l/min
- součástí dodávky je insuflační hadice, tlaková hadice pro připojení na CO₂ láhev a zařízení pro předehřívání plynu GSH-2



Elektrochirurgická jednotka ESG-400

Multioborový generátor s kompletní řadou monopolárních a bipolárních režimů - pro otevřenou, laparoskopickou i endoskopickou chirurgii.

Generátor je řízen výkonným procesorem se zpětnou kontrolou výkonu, napětí i proudu.

Efektivita a bezpečnost je podporována několika speciálními funkcemi pro okamžitý start řezu bez nežádoucího termálního šíření, optimalizace účinku na tkáň při udržení konstantních řezacích vlastností.

Jednotka je ovládána prostřednictvím barevného dotykového displeje a lze ji programovat. Příslušenství lze zapojit do 2 multifunkčních monopolárních konektorů (bez nutnosti použití adaptérů), 1 bipolárního a 1 univerzálního konektoru s funkcí rozpoznání nástroje.

Do přístroje lze zapojit dva nezávislé pedály s programovatelným přiřazením. Jednotka může pracovat v režimu auto startu i auto stopu a jednotlivé módy lze dále zpřesnit změnou tzv. efektu. Standardně je v menu 16 volitelných módů (včetně podpory monopolární resekce, bipolární resekce ve fyziologickém roztoku, endoskopických módů pro GI a radiofrekvenční ablace).

Jednotka je rozšiřitelná na systém ThunderBeat (hybridní technologie spočívající v současném působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro současné bezpečné zatavení a protnutí tkání a cév až do velikosti 7mm).

Jednotka podporuje možnost odsávání kouře a mlhy pro přehledné operační pole a je kompatibilní pro ovládání v integrovaném operačním sále.



Specifikace ESG-400


1. multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu
2. kompletní řada 16-ti monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (čistě, smíšené, sprej, nová generace urologické a gynekologické endoresekcce ve fyziologickém roztoku, endoskopické módy pro GI, radiofrekvenční ablace tumoru, ...)
3. výkonový rozsah 0-320W
4. generátor je řízen výkonným procesorem se zpětnovazebním měřením 4000x za sekundu
5. automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie (FSM)
6. podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření (HPCS)
7. možnost připojení až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně
8. automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů
9. ruční nebo nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením)
10. automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoresekcce
11. volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace
12. nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje
13. možnost uložení až 39 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem
14. zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji
15. víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta
16. podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole

17. obsahuje modul pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv.vessel sealing) až do velikosti 7mm
18. součástí dodávky je 1 ks neutrální elektrody vč. propojovacího kabelu

EcoPump proplachová jednotka svými vlastnostmi ideálně odpovídá laparoskopické operativě. Ovládání je realizováno pomocí tlačítek na odsávací sondě. Plnicí hodnota je od 0-1,8 l/min a maximální tlak 400 mm Hg. K příslušenství patří jednorázové i resterilizovatelné hadicové sety pro dva vaky. Součástí je držák pro upevnění i přenášení a ochrana proti přetlakování.

Odsávací kompaktní elektrická jednotka **KV-6** s všestranným využitím, sacím výkonem min. 40 l/min, podtlakem 95 kPa, bezúdržbovým provozem a resterilizovatelným příslušenstvím je velmi vhodným doplněním systému Ecopump. Přednostmi systému jsou malé rozměry, moderní design, vysokým sací výkon a ochrana proti přetlakování. Umožňuje plynulé nastavení podtlaku, jehož hodnota je monitorována na vakuometru. V odsávacím okruhu je zařazen sací a antibakteriální filtr.

Součástí je držák pro upevnění a odsávací láhev o objemu 2l vč. držáku pro upevnění láhve.



Endoskopický vozík WM-NP2

- přístrojový endoskopický vozík určený pro umístění výše uvedeného přístrojového vybavení a je vybaven izolačním transformátorem, přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230 V, kloubovým pohyblivým a nastavitelným držákem LCD monitoru, infuzním stojanem, držákem nožního spínače, držákem pro láhev s CO₂, upevňovací lištou a manipulačními madly
- speciální povrchová úprava laku – tzv. antistatický matový lak
- 4 police + výsuvná polička na klávesnici, 2 bržděná kolečka
- integrovaná příprava elektroinstalace
- centrální zapínání/vypínání všech nainstalovaných zařízení
- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu



Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93921
Evropská 176, 160 41 Praha 6, tel.: 221 985 211, fax: 221 985 505, www.olympus.cz

Ing. Stanislav Baxa
Lékařská endoskopie
Olympus Czech Group, s.r.o.
Evropská 176, 160 41 Praha 6
tel.: 221 985 254, GSM: 702 176 220
fax: 221 985 505
e-mail: stanislav.baxa@olympus.cz

Krajská zdravotní
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Nabídka č.: 148027/SB/MSD

Datum: 19.10.2015

Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.

Část VZ č. 3 - Endoskopické vybavení pro rigidní endoskopii pro laparoskopii (dětské)
(laparověž)

položka	ks	Kč/ks	celkem
HD LCD monitor			
N5374360 OEV262H, HD monitor 26"	1	197000	197 000,00 Kč
Zdroj světla, Xenon 300 W vč.světlovodného kabelu			
N3643950 CLV-S190 Light Source	1	278000	278 000,00 Kč
HD kamerová jednotka vč. klávesnice			
N3643860 OTV-S190 Video System Centre	1	420000	420 000,00 Kč
N3646760 Keyboard, MAJ-1922, for CV-190 and OTV-S190	1	25000	25 000,00 Kč
3CCD HD kamerová hlava			
N3804860 HD Camera Head, CH-S190-XZ-E	1	394000	394 000,00 Kč
HD videolaparoskop 5 mm			
WA50052A ENDOEYE HD II, 5.4 mm, 30°, autoclavable	1	460000	460 000,00 Kč
HD videolaparoskop 5 mm s nastavitelným úhlem pohledu			
N3828060 ENDOEYE FLEX 5 mm, LTF-S190-5	1	480000	480 000,00 Kč
Záznamové zařízení			
USB300 Mediacapture USB-300	1	159000	159 000,00 Kč
Insuflátor			
N3829670 Insufflator, UHI-4, 220-240V	1	238000	238 000,00 Kč
WA58670A Gas preheater GSH-2, 230V, with heat exchanger	1	92190	92 190,00 Kč
WA58671A			
N1000300 Tube, MAJ-1081, high pres. DIN	1	13430	13 430,00 Kč
N3647600 MAJ-1948 COMM. CABLE 1.8	1	11200	11 200,00 Kč
Elektrokoagulační jednotka vč. pedálů a neutrální elektrody			
WB91051W HF unit "ESG-400"	1	295000	295 000,00 Kč
WB50403W Foot switch, single	1	22500	22 500,00 Kč
E61RBV011 Silicon neutral electrode	1	6600	6 600,00 Kč
E61RBV010 Cable for silicon neutral electrode	1	2900	2 900,00 Kč
Irigační a odsávací pumpa			
A5889 Pump "Ecopump", 220-240 V	1	59900	59 900,00 Kč
A4055 Tube, set, for 2 bags, 1 pce.	1	7040	7 040,00 Kč

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93921
Nabídka č.: 148027/SB/MSD Evropská 176, 160 41 Praha 6, tel.: 221 985 211, fax: 221 985 505, www.olympus.cz Datum: 19.10.2015

Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.

Část VZ č. 3 - Endoskopické vybavení pro rigidní endoskopii pro laparoskopii (dětské) (laparověž)

K10026146	KV-6 Endoscopy suction pump	1	90000	90 000,00 Kč
K10027322	Jednorázový filtr bakteriologický, 10 ks	1	2900	2 900,00 Kč
K7503760	KV-5 LID FOR USE WITHOUT LINERS	1	2152	2 152,00 Kč
K7503763	Odsávací láhev, polysulfon, 2 l	1	4000	4 000,00 Kč
Přístrojový vozík				
K10021613	WM-NP2 Set 5 Workstation	1	140000	140 000,00 Kč
K10021790	MAJ-1656 Footswitch Holder	1	8350	8 350,00 Kč
K10021042	MAJ-1650 CO2 Cylinder Holder 250mm	1	6080	6 080,00 Kč
K10021793	MAJ-1659 Equipment Support Rail	1	4100	4 100,00 Kč
K10016952	MAJ-1642 IV-Pole	1	8320	8 320,00 Kč
Celkem bez DPH:				3 427 662,00 Kč
Sleva:				1 467 672,00 Kč
Celková cena po slevě:				1 959 990,00 Kč
DPH 21%:				411 597,90 Kč
Celková cena včetně DPH:				2 371 587,00 Kč

Platnost nabídky: 180 dnů, dodací lhůta: 6 týdnů, záruka: 36 měsíců.

Doprava, instalace a zaškolení je v ceně dodávky, servis zajišťuje Olympus Czech Group, s.r.o.

Děkuji Vám za Váš zájem a v případě dotazů se na mne, prosím, kdykoliv s důvěrou obraťte.

S pozdravem

Ing. Stanislav Baxa



Kř Krajská zdravotní, a.s.

Příloha č. 3 návrhu smlouvy:

Předávací protokol zdravotnického prostředku

Dodavatel IČ DIČ Adresa tel: email:	Odběratel: Krajská zdravotní, a.s. IČ: 254 88 627 Adresa: Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem
Smlouva/objednávka č.: Faktura č.: Dodací list č.: Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo určení (OZ): Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy) Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Oddělení Centrálních operačních sálů Sociální Péče 3316/12A Ústí nad Labem 401 13 Pavilon: Budova:

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže, bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní smlouvou/objednávkou č.

Dodané zboží dle kupní smlouvy/objednávky	Označení zboží v kupní smlouvě/objednávce a na faktuře	Typ přístroje, výrobce
Endoskopické vybavení pro rigidní endoskopii pro laparoskopii		Olympus

Dodané příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet
HD Monitor 26"	OEV262H		Olympus	1
Light Source	CLV-S190		Olympus	1
Video System	OTV-S190		Olympus	1
Keyboard	MAJ-1922		Olympus	1
HD Camera Head	CH-S190-XZ-E		Olympus	1
ENDO EYE HD II			Olympus	1
ENDO EYE FLEX	LTF-S190-5		Olympus	1
Medicapture	USB-300		Medicupter	1
Insufflator	UHI-4		Olympus	1



Kz Krajská zdravotní, a.s.

Gas preheater	GSH-2		Olympus	1
Cable com.	MAJ-1948		Olympus	1
HF unit	ESG-400		Olympus	1
Foot switch			Olympus	1
Silicon neutral electrode	242-003		Biovendor	1
Cable for sil.neutr.electrode	385-050		Biovendor	1
Pump	Ecopump		Olympus	1
Tube set			Olympus	1
Endoscopy suction pump	KV-6		Olympus	1
Filtr bakteriologický			Olympus	1
Pumpa	KV-5		Olympus	1
Odsávací láhev			Olympus	1
Přístrojový vozík	WM-NP2		Olympus	1
Footswitch Holder	MAJ-1656		Olympus	1
CO2 Cylinder Holder	MAJ-1650		Olympus	1
Equipment Support Rail	MAJ-1659		Olympus	1
IV-Pole	MAJ-1642		Olympus	1

Klasifikační třída ZP (třída rizika):

Záruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění je garantován po dobu 36 měsíců

Pozáruční servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění je garantován po dobu 96 měsíců, firmou Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky proběhlo dle zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění dne:

Předaná dokumentace:

Protokol o proškolení/instruktaži	ANO	NE
Návod k obsluze	ANO	NE
Návod k obsluze v el. podobě (CD/DVD)	ANO	NE
Prohlášení o shodě (CE certifikát)	ANO	NE
Servisní dokumentace	ANO	NE

Zboží předal:

Zboží převzal:

datum:

datum:

podpis:

podpis: