



Název veřejné zakázky: **REACT – EU 98 – Endoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s. - Část 3: Endoskopické gastro příslušenství Nemocnice Litoměřice, o.z. a Nemocnice Rumburk, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3448/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz:

Zadavatel v části 3 VZ v technické specifikaci u položky „Insuflační jednotka“ uvádí požadavek: „Indikátor zbývajícího množství (respektive vstupního tlaku) CO2 plynu na přívodu do přístroje minimálně v 5 úrovních“

Účastník by chtěl nabídnout řešení, kdy mezi zdrojem CO2 plynu a insuflátorem je manometr, který kontinuálně nikoliv pouze v 5 úrovních indikuje množství plynu na přívodu. Při tlaku 50 PSI začne ručička manometru klesat a při hraniční hodnotě 25 PSI insuflátor oznámí blikajícím hlášením „LOW PRESSURE“ nízký tlak, což znamená, že je stále možné insuflátor používat, ale je nutné obnovit zdroj CO2 plynu.

Odpověď:

Zadavatel trvá na původní technické specifikaci.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Aktuální lhůta je na profilu Zadavatele u příslušné části zakázky https://zakazky.kzcr.eu/contract_display_3460.html

V Ústí nad Labem dne: 22-06-2023

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel

Ing. Pavel Voral