



Poskytnutí dodatečných informací

v zadávacím řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – zjednodušené podlimitní řízení

Název veřejné zakázky

Dodávka plicních ventilátorů

Dotaz č. 1 (přesné znění dotazu)

Zadavatel požaduje „Nastavitelný flow trigger min. 0,1-1 l/min“

Akceptuje zadavatel provedení přístroje s triggerem objemovým, který je nastavitelný v rozmezí od 0 – 3 ml? Jedná se o technologický rozdíl, který však nemá zásadní vliv na terapeutický rozsah poptávaného přístroje.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Dotaz č. 2 (přesné znění dotazu)

Zadavatel požaduje „nastavení PEEP min 0 - 30 cm H₂O“

Akceptuje zadavatel přístroj s rozsahem nastavení do 25 cmH₂O? Tento rozsah bezpečně a s dostatečnou rezervou pokrývá portfolio uvažovaných pacientů a tudíž nemá vliv na terapeutický ani medicínální účel poptávaného přístroje.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Dotaz č. 3 (přesné znění dotazu)

Zadavatel požaduje „nastavitelný dechový objem od 2 – 200 ml“


Akceptuje zadavatel přístroj s rozsahem 2 – 100 ml? Tento rozsah pokrývá definované portfolio pacientů (resp. pacientů do cca 15 kg) a tudíž nemá vliv na medicínální ani terapeutický rozsah poptávaného přístroje.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Zadavatele rozhodl v souladu se zněním §40 odst. 3 ZVZ o prodloužení termínu pro podání nabídek části 3 veřejné zakázky do *22.1.2016*

V Ústí nad Labem, 22.12.2015



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

