

Objednávka 4600111429

Datum objednávky 20.06.2023

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Most, o.z.

J.E.Purkyně 270

434 64 Most

Vaše číslo dodavatele u nás
1000030

Termín dodávky: 20.06.2023

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	Oprava po BTK-Chirurgie kompl.A - SOLA 113.000,00	113.000,00

Objednáváme u Vás opravu Operačního světla - typ SOLA 700

důvod opravy:

- Při bezpečnostně technické prohlídce světlo nevyhovuje a není schopno bezpečného provozu .
- na světle je nutné vyměnit vadný zdroj , dále elektroniku + žárovky a patice.

Operační světlo - dvouramenné

typ: Sola 700/700 Premium

výrobní číslo: ASAC-0010

INVENTÁRNÍ ČÍSLO: 410000879

Kontakt

Chirurgie komplement A - [REDACTED]

TERMÍN: OPRAVU PROVÉST CO NEJDŘÍVE - OBRATEM PROSÍM

Objednávka 4600111429

Datum objednávky 20.06.2023

Dräger Medical s.r.o.
251 01 Čestlice

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota

CENA ZA OPRAVU SVĚTLA JE 113 000 Kč VČETNĚ DPH, PRÁCE TECHNIKA, CESTY, NUTNÉ
VÝMĚNY NÁHRADNÍCH DÍLŮ DLE CENOVÉHO NÁVRHU.
CENA BYLA STANOVENA NA ZÁKLADĚ ZASLANÉHO CENOVÉHO NÁVRHU NABMTS230426

FIRMA: DRAEGER

Celk.hodn. s DPH CZK

,

113.000,00

Vystavil:.....

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněn.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

Servisní nabídka NABMTS230426

Sola ASAC-0010

Dräger

Odběratel

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12a
400 11 Ústí nad Labem 11
Czech Republic

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12a
400 11 Ústí nad Labem 11
Czech Republic

DIČ
IČ

Adresa příjemce

Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Most
J.E.Purkyně 270
434 64 Most
Czech Republic

Číslo odběratele Z0824
Vaše poptávka/obj. 4600111088
Nabídka platná do
Způsob dodávky
Prodejce
Telefonní číslo
e-mail

Způsob platby Bankovní převod
Platební podmínka 60 dní

Datum vystavení 16.06.23

Číslo předmětu servisu	Číslo zboží	Sériové číslo	Popis	Záruka
CZ106915	G96044	ASAC- 0009/ASAC- 0010	Sola 700 Premium	Ne

Řádek servisu

Řádek č. předmětu servisu	Číslo	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena bez DPH	Řádková sleva %	Částka	Celková částka s DPH
ASAC- 0009/ASAC- 0010	G18700	NETZANSCHLUSSKOMP. SOLA 230V	1	KS	53 640,00	0	53 640,00	64 904,40
ASAC- 0009/ASAC- 0010	G98965	SOLA LE MIT ADAPTERBLECH (nový typ)	1	KS	23 429,00	0	23 429,00	28 349,09
ASAC- 0009/ASAC- 0010	G18607	Žárovka halogenová Sola 700	6	KS	600,00	0	3 600,00	4 356,00
ASAC- 0009/ASAC- 0010	G18363	Držák žárovky SOLA	2	KS	440,00	0	880,00	1 064,80

Dodavatel

Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice



Servisní nabídka NABMTS230426

Sola ASAC-0010



ASAC-0009/ASAC-0010	2980070	Sola 700 - Opravy	4	HOD	1 425,00	0	5 700,00	6 897,00
	2900200	Opravy - Čas na cestě	3	HOD	775,00	0	2 325,00	2 813,25
	2900300	Opravy - 1 km	240	KM	15,00	0	3 600,00	4 356,00
		V případě zjištění další závady technikem na místě	0		0,00	0	0,00	0,00
		může být tato nabídka dodatečně navýšena.	0		0,00	0	0,00	0,00

Celkem CZK	93 174,00	112 740,54
------------	-----------	------------



[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 22. června 2023 13:00
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: OBJEDNÁVKA Č.4600111429

[REDACTED]

Dobrý den,

Potvrzujeme přijetí Vaší objednávky/objednávky.

S pozdravem

[REDACTED]

servis lékařských přístrojů

Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice, Česká republika

[REDACTED]

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, June 20, 2023 12:45 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: OBJEDNÁVKA Č.4600111429
Importance: High

Dobrý den [REDACTED]

V příloze posílám objednávku č. 4600111429 na opravu operačního světla typ SOLA. Závada zjištěna při BTK

Prosím tímto o potvrzení objednávky.

[REDACTED]