



Název veřejné zakázky: **Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici
Děčín, o.z., část 2 - Nerezový mobiliář**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3451/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Pavilon M – COS

T-6505 – Vozík nemocniční víceúčelový dvoupodlažní

U této položky není uvedena výška platového vozíku, případně informace, zda má být vozík s madly nebo bez madel.

Můžeme nabídnout výšku: 79 cm – vozík bez madel, nebo výšku 89 cm – vozík s madly.

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje vozík bez madel, výška 80 cm.

Dotaz č. 2:

T6507 – Vozík třípodlažní

U této položky není uvedena výška platového vozíku, případně informace, zda má být vozík s madly nebo bez madel.

Můžeme nabídnout výšku: 99 cm – vozík bez madel, nebo výšku 108 cm – vozík s madly.

Odpověď č. 2:

Zadavatel požaduje vozík s madly, výška 105 cm.

Dotaz č. 3:

T-6520 – Stolek instrumentační výškově stavitelný

U tohoto instrumentačního vozíku není uvedena informace, zda má být nastavení výšky plynové nebo hydraulické.

Také prosíme o informaci, z jakého důvodu je rotace i nastavení výšky provádět přes nožní páku – nikoli otočným kolečkem pod stolem.

Odpověď č. 3:

Nožní ovládání výšky a rotace požadujeme z toho důvodu, že toto může provádět instrumentářka sama, aniž by jí někdo musel povolovat kolečko pod stolem, kde z hygienických důvodů je již nesterilní část, kam nemůže sama sahat. Zadavatel umožňuje obě varianty nastavení výšky, tedy jak hydraulické, tak plynovým pístem.



Dotaz č. 4:

T-6521 – Vozík víceúčelový, výškově stavitelný, nerez

Poprosíme o informaci, zda je nutné otočné plato i u takto velkého instrumentačního vozíku v rámci stability.

Odpověď č. 4:

Zadavatel bude akceptovat nabídku bez možnosti otočného plata.

Dotaz č. 5:

Pavilon M – ARO – JIP

T-6450 – Vozík na přepravu zemřelých

Můžeme nabídnout nový typ vozíku pro zemřelé? Budete akceptovat?

Vozík pro transport zesnulých s hydraulickým zdvihem AV002.

Vnější rozměry (průjezdny profil) 600-900 mm × 2 030 mm.

- Prvotřídní pojezdová kola O 150 mm s dvěma centrálními brzdami, vodící kolečka pro rovný směr.
- Nerezová horní plocha 600 × 1 920 mm se snímatelným plastovým krytem.
- Standardní výbava: protinárazová kolečka v rozích plochy, madla pro obsluhu na krytu i na lehátku.
- Nosnost 150 kg, hmotnost 45/85 kg.
- Hydraulicky nastavitelná výška 600-900 mm, pedálové ovládaní z obou stran stolu.

Odpověď č. 5:

Zadavatel trvá na velkých kolech z důvodu transportu zemřelých ve venkovním prostoru. Zadavatel upravuje specifikaci takto:

- Nosítka s jednodílnou nerezovou ložnou plochou
- Lehký kryt
- Madla pro obsluhu
- Bezpečnostní nárazová kolečka v rozích ložné plochy
- 2 kola průměr min. 500 mm, plná obruč, 2 kola průměr min. 200 mm, otočná, rejdrovací
- rozměr ložné plochy min. 60 x 190 cm
- Hydraulicky nastavitelná výška ložné plochy min. 60-90 cm
- Nosnost min. 150 kg

Dotaz č. 6:

T-6513 – Stolek nerez na ošetřování dutiny ústní

Úchyt na proplachovou nádobu – můžeme poprosit vědět nějaké bližší informace – velikost, materiál, případně technický náčrt nebo fotografii.

Odpověď č. 6:

Průměr držáku na proplachovou nádobu je 13,5cm (na velikost quick boxů 1,5l), nerez materiál. Informativní foto níže.





Dotaz č. 7:

Pavilon M – Sterilizace

T-5210 – Vozík pojízdný dvoupodlažní bez prolisu

U této položky není uvedena výška platového vozíku, případně informace, zda má být vozík s madly nebo bez madel.

Odpověď č. 7:

Výška vozíku 80 cm, bez madel.

Dotaz č. 8:

Pavilon M – Urgentní příjem

T-6520 – Stolek instrumentační výškově stavitelný

U tohoto instrumentačního vozíku není uvedena informace, zda má být nastavení výšky plynové nebo hydraulické.

Také prosíme o informaci, z jakého důvodu je rotace i nastavení výšky provádět přes nožní paku – nikoli otočným kolečkem pod stolem.

Odpověď č. 8:

Nožní ovládání výšky a rotace požadujeme z toho důvodu, že toto může provádět instrumentářka sama, aniž by jí někdo musel povolovat kolečko pod stolem, kde z hygienických důvodů je již nesterilní část, kam nemůže sama sahat. Zadavatel umožňuje obě varianty nastavení výšky, tedy jak hydraulické, tak plynovým pístem.

Dotaz č. 9:

T-6606 – Aseptické umyvadlo vč. pojízdného stojanu


Požadujete u tohoto pojízdného stojanu, aby nádoba na odhazování měla ze spodu na uchopení ucho?

Odpověď č. 9:

Zadavatel nepožaduje ucho na uchopení.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 22-06-2013


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel