

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi:

Medtechnic servises s.r.o.

se sídlem: Váňova 3180, 272 01 Kladno

IČ: 03175651

DIČ: CZ03175651

zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 228313

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú 85091/5500

zastoupená: Ing. Jan Hetfleiš

Kontaktní osoba: Ing. Jan Hetfleiš, jan.hetfleis@medtechnic.cz, +420 724 537 762

(dále jen „prodávající“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 269111838/0300

zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Kontaktní údaje: tel: 477114105, 477114106, e-mail: sekretariat@kzcr.eu

Kontakt ve věcech soutěže: Ing. Helena Luzumová, tel: 477 117 956, e-mail: helena.luzumova@kzcr.eu

Kontakt ve věcech technických: Ing. Radek Brož, tel: 478 033 431, 733 756 632 e-mail: radek.broz@kzcr.eu

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“.

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na dodávku zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

I.

Předmět smlouvy

Účelem této smlouvy je, v souladu s podmínkami této veřejné zakázky, nákup níže uvedeného předmětu koupě a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a dále v případě zájmu kupujícího zajištění oprav a náhradních dílů.

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a to k:
- **ultrazvukovému přístroji Sonoscape S22 vč. příslušenství**
(dále jen přístroj nebo zboží) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. II. této smlouvy.
2. Předmětem smlouvy je i:
 - úprava pracoviště pro instalaci a řádný provoz nabízeného přístroje v souladu se zadávací dokumentací včetně jejich příloh,
 - montáž,
 - instalace,
 - uvedení zboží do provozu,
 - provedení všech provozních testů dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
 - instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka oddělení obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“), včetně opakovaných instruktáží zdravotnických pracovníků v průběhu záruční doby a pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnických pracovníků v používání zboží,
 - předání dokladů dle čl. III. této smlouvy a dále záruční servis dle níže uvedených podmínek
 - likvidace obalového materiálu.
3. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (technická specifikace prodávajícím nabízeného zboží) této smlouvy a Prodávající prohlašuje, že splňuje všechny podmínky zadávací dokumentace k této veřejné zakázce.
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.

II.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je 573 000,- Kč bez DPH.
2. Ke kupní ceně dle čl. II. bod 1. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena bez DPH je cenou nepřekročitelnou a je cenou konečnou.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a musí splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak:
 - IČ
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na smlouvu,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,
 - soupis příloh.
5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.

6. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
7. Proávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném předání zboží kupujícímu.
8. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy.
9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti, nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název software, verze software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM také jejich cenu. Nesplnění této podmínky je důvodem k vrácení faktury prodávajícímu k přepracování. Lhůta splatnosti nové faktury začíná běžet dnem prokazatelného převzetí nové faktury kupujícím.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu do 56 kalendářních dnů po podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami. O termínu dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího. Pověřeným zástupcem prodávajícího je: Ing. Jan Hetflejš, tel.: +420 724 537 762, email: jan.hetfleis@medtechnic.cz. Pověřeným zástupcem kupujícího je pracovník oddělení obslužných klinických činností:
 - 1) Ing. Václavík Jan, tel: +420 737 251 360, email: VaclavikJ@kzcr.eu, nebo
 - 2) Bc. Mlejnecká Adéla, tel: +420 733 789 458, email: MlejneckaAdela@kzcr.eu
 nebo jiný pověřený pracovník kupujícího.
2. Za předání zboží se považuje:
 - a. jeho dodání na adresu:
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, oddělení novorozenecké
 - b. úprava pracoviště pro instalaci a řádný provoz nabízeného přístroje, jeho montáž, instalace, uvedení do provozu, provedení všech provozních testů a zkoušek dle platné legislativy,
 - c. instruktáž zdravotnického personálu a pracovníka OOKC kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o této instruktáži,
 - d. pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží,
 - e. dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon a prováděcích předpisů zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v posledním znění,
 - f. podpis předávacího protokolu oběma pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“).

3. Zvláštní požadavky:

- a. Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky. Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění).
- b. Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:
 - i. Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.
 - ii. Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.
 - iii. Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systém bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.
 - iv. Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:
 - o ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)
 - o ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET
 - o ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25
 - o ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40
 - o ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15
 - v. LAN a konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN nastavení.
 - vi. Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server
 - vii. Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:
 1. Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

2. Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)
- viii. Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.
4. Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží.
5. Předávací protokol musí být podepsán pracovníkem oddělení obslužných klinických činností, v opačném případě není plnění dodávky považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.

IV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží. V případě, že prodávající nemůže provést kompletní předání zboží z důvodu nepřipravenosti na straně kupujícího (tj. zejména nepřipravenost na instalaci dodávky zboží), přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího jeho odevzdáním kupujícímu.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. III. odst. 1,2 této smlouvy).

V.

Záruka za jakost

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba je 36 měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po předání zboží.
3. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy (§ 66 zákona č. 268/2014 Sb.) poruch a závad zboží tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
4. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.
5. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží po celou záruční dobu. Stejně tak poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis a pravidelnou údržbu, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Cena za tento materiál je v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu již zahrnuta v kupní ceně dle článku II. této smlouvy.
6. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení závady prodávajícímu. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: Miluše Hrachová, tel.: +420 604 490 606 email: miluse.hrachova@medtechnic.cz
7. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 72 hodin. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu s následným emailovým potvrzením.
8. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být kupujícím písemně poskytnuta další přiměřená lhůta. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí další lhůty, stejně tak o délce další lhůty rozhoduje kupující.
9. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním závady.
10. Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace,
 - odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb.,
 - revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.
 - v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne prodávající bezplatně
11. Prodávající se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny odborné údržby (periodických bezpečnostně technických kontrol) dle zákona č. 268/2014 Sb. dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností kupujícího. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za kupujícího pracovník oddělení obslužných klinických činností.
 12. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem je technik zdravotnického pracoviště a oddělení obslužných klinických činností, ze strany prodávajícího tedy bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a oddělení obslužných klinických činností.
 13. Prodávající prohlašuje, že v případě zájmu kupujícího je schopen zajistit kupujícímu pozáruční servis včetně dodání náhradních dílů po dobu minimálně deseti let od data podpisu předávacího protokolu.

VI.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu 0,2% z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.
3. V případě, že prodávající neopraví zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 7, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH za každý kalendářní den až do opravy zboží.
4. V případě, že prodávajícím dodané zboží nebude splňovat technické parametry a funkční vlastnosti požadované kupujícím dle zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny včetně DPH za každý jednotlivý nesplněný parametr a funkční vlastnost stanovené v zadávací dokumentaci a v této smlouvě.
5. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo stran na náhradu škody, ani právo na odstoupení od smlouvy v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

VII.

Předčasné ukončení smlouvy

Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením od smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

VIII.

Zvláštní ustanovení

1. Prodávající se zavazuje po celou dobu obchodní spolupráce v rámci veřejné zakázky dodržovat platné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem.
2. Prodávající tímto uděluje souhlas se zveřejněním této kupní smlouvy v souladu s povinnostmi kupujícího, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.
3. Prodávající se zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.
4. Prodávající se zavazuje nepřístupnit údaje o dodávkách poskytovaných kupujícímu prodávajícím třetí osobě, pokud pro něj taková povinnost nevyplyvá ze zákona nebo pravomocného rozhodnutí příslušného soudního či správního orgánu.
5. Prodávající je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Vítězný dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
6. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu a poskytovateli dotace veškerou součinnost související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup k veškeré dokumentaci související s předmětem uzavřené smlouvy, umožnit přístup k veškeré účetní evidenci a záznamům souvisejícím s předmětem uzavřené smlouvy, doložit prokazatelným způsobem veškeré operace související s předmětem uzavřené smlouvy, účastnit se na výzvu kupujícího a poskytovatele dotace případných jednání a řízení.

IX.

Ostatní ustanovení

1. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
2. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly na způsobu doručování písemností tak, že pokud je pro provozovatele poštovních služeb doporučená písemnost nedoručitelná nebo jestliže adresát přijetí písemnosti odmítl, nebo si ji na příslušné provozovně provozovatele poštovních služeb nevyzvedl v 10-ti denní úložní lhůtě, považuje se den vrácení této písemnosti provozovatelem poštovních služeb zpět odesílateli za den doručení se všemi právními účinky s doručením písemnosti spojenými.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Prodávající na sebe přebírá dle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména veškeré změny kurzu cizích měn.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.
5. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženou prodávajícím.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.
9. Příloha č. 1 až č. 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
11. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

Příloha:

- 1) Technická specifikace prodávajícím nabízeného zboží
- 2) Zadávací dokumentace včetně technické specifikace dané části
- 3) Předávací protokol

V Kladně

dne 8.12.2015

V Ústí nad Labem

dne 22-12-2015

Krajská zdravotní, a.s.



Ing. Jan Hetfleiš, jednatel



MEDtechnic services s.r.o.
 Váno 3180, 272 01 Kladno
 IČ: 03175651
 DIČ: CZ03175651
 obchod: +420 739 027 756
 servis: +420 724 537 762

6




Ing. Petr Fiala



Krajská zdravotní, a.s.
 Sociální péče 3316/12A
 401 13 Ústí nad Labem
 IČ: 25488627
 DIČ: CZ 25488627

Specifications for S22 Digital Color Doppler Ultrasound System



SonoScape

THE PIONEER OF DOPPLER ULTRASOUND IN CHINA

1. General Specification

S22 digital color Doppler ultrasound system adopts the advanced ultrasonic Doppler technologies, including the Full Digital Super-wide Band Beam Former, Digital Dynamic Focusing, Variable Aperture and Dynamic Tracing, Wide Band Dynamic Range, Multi-beam Processing, etc. The ultrasound diagnostic software in ergonomic design can be customized and easily performed by users.

Based on the computer technology and Linux operating system, this ultrasound system is reliable and stable. System maintenance and upgrade can be completed by updating software to achieve product improvements and advanced technology.

Complied with the international standards and regulations, this ultrasound system is safe and effective.

2. Advanced Technologies

- Digital front-end technology
- Multi-beam forming technology
- Compound imaging
- μ -scan image processing
- Tissue harmonic imaging
- Phase-inversion harmonic imaging
- High pulse repetition frequency
- Panoramic imaging
- 4D imaging
- Exam-type icons
- Elasticity imaging
- Contrast imaging
- Touch screen

3. Standard Configurations

- μ -scan

- ECG Module
- DVD
- Touch screen
- DICOM transmission
- DICOM worklist
- DICOM MPPS
- DICOM commitment
- DICOM print
- 5-band adjustable frequency in B mode
- THI mode
- Dual beams
- Image rotation function
- Trapezoidal imaging
- Color mode
- DPI mode
- DDPI mode
- PW mode
- HPRF
- 3D imaging
- Cardiology measurement package
- Gynecology measurement package
- Urology measurement package
- Vascular measurement package
- Small parts measurement package
- Orthopedic measurement package
- Tissue characteristic index
- Color flow calculation
- Myocardial performance index
- PW auto trace
- PA transducer
- 12MHz transducer
- Steer M mode
- Triplex mode
- IMT measurement

- Panoramic imaging in frozen B mode
- TCD/CW pencil probe
- Bi-plane transducer available in real-time mode

4. Optional Functions

- DICOM Q/R
- Compound imaging
- 4D Imaging
- TDI mode
- Color M mode
- Stress Echo
- CW mode
- Carotid evaluation
- Panoramic imaging in real-time B mode
- Panoramic imaging in real-time color mode
- MLA transducer
- TEE transducer

5. Optional Accessories

- Biopsy guide brackets
- Color ink jet printer
- B/W video printer
- Color video printer
- Transducer cable hanger
- Batteries
- Footswitch

6. Probe Scan Ranges

- Convex array transducer: 70°
- Phased array transducer: 90°
- Micro-convex array transducer: 200°

7. Scan Methods

- Electronic curved array

- Electronic linear array
- Electronic phased array
- Mechanical sector scan

8. Applications

- Abdomen
- Vascular
- Cardiology
- Gyn/OB
- Urology
- Musculoskeletal
- Interventional ultrasound
- Small parts
- Anesthesiology
- Pediatrics
- Orthopedic

9. Imaging Modes

- B mode
- M mode
- THI mode
- CDI mode
- DPI mode
- TDI mode
- PW mode
- CW mode
- HPRF
- 3D/4D mode
- Color M mode
- Steer M mode
- Panoramic imaging

10. Display Formats

- B+B
- 4B
- B + PW
- B + CW
- B + M
- B + Color
- B + Color (Dual real time)
- B + Color + PW
- B + Color + CW
- B + Color M
- Panoramic imaging
- Trapezoidal imaging

11. System Configuration Menu

■ General Settings

- Hospital Name
- Language
- Freeze Response: Cine, Annot, Calc, Body Mark, Arrow, Distance
- Trackball Sensitivity: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Date/Time Setting
- Caps Lock: On, Off
- Report Format: PDF, TEXT
- Monitor Type: TV-NTSC, TV-PAL, VGA(4:3), VGA(16:9)
- Clear Annot On Unfreeze: On, Off

■ Display Settings

- Color of ROI: Green, Yellow, Orange, Cyan
- Display Format: V1/2, V1/3, V2/3, H1/2, H1/4, O1/4
- Screen Save: On, Off
- Screen Saver Delay: 0-99minutes

- Annot Font Size: Large, Medium, Small

■ Storage

- Clip Format: WMV, AVI
- Still Format: JPG, BMP, TIF
- One Key Save: On, Off
- Store Frame Amount: 100-1000 frames
- Print&Store Region: Full Screen, Image&Result Area, US Image
- Image Share Service: On, off
- Store To UsbDisk

■ Key Configuration

- Save Image: Print, Send to Usb, Dicom Send, Dicom Print
- Save Cine: Send to Usb, Dicom Print

■ Peripheral Device Settings

- Local Network Settings
 - ◆ DHCP or Static IP
 - ◆ Static IP: IP Address, NetMask, Default Gateway, DICOM AE Title, Mac Address
 - ◆ Ping IP Address
- Printer Settings
 - ◆ Printer Driver
 - ◆ Video Invert
 - ◆ Default Printer
 - ◆ Net Printer IP

■ Annotation

- Delete
- Edit
- Arrange

■ Bodymark

- Classified by specific exams
- Up to 135

■ Measurement Settings

➤ Basic Measurement Items

- ◆ BSA setting: Eastern, Western
- ◆ Measure Method: Ellipse, Trace
- ◆ Package: Icon Driven, All Package
- ◆ Continue Dist: On, Off
- ◆ Focal Auto: On, Off
- ◆ AUA Result by: Average, Last
- ◆ Unit: lb, oz, kg, g
- ◆ Measure Font Size: Small, Medium, Large
- ◆ Measure Line Size: Small, Medium, Large
- ◆ 10 shortcut keys are available for OB/GYN and Cardiac exams

■ Measurement Menu

- 2D Mode: Area Ratio, Angle, Volume, Volume L*W*H, Doppler Area, Color Flow, Flow Velocity, Vascular, Small Part, Orthopaedic, OB/GYN, Cardiac, Urologic
- PW Mode: Flow Velocity, Acceleration, Time, HR, Cardiac, OB/GYN, Vascular
- M Mode: Distance, Time, Slope, HR, Left Ventricle, Mitral Valve, Aortic Valve

■ Calculation Formula

- EFW: WEI/SAB HC/AC/FL, Shepard AC/BPD, Handlock 1 AC/FL, Hansmann AC/FL/HC, Tokyo BPD/APTD/TTD/FL, Handlock 2 AC/FL, Handlock 3 BPD/AC/FL, Handlock 4 HC/AC, Handlock 5 HC/AC/FL, Shinozuka BPD/AC/FL, Warsow FL/AC, Campbell AC, Mediscan FLAC, Mediscan BPDAC
- BPD: Hadlock, Jeanty, Crespigny, Kurtz, Hansmann, Sabbagha, Campbell, Tokyo, Merz, Osaka
- FL: Hadlock, Hohler, Jeanty, Hansmann,

Tokyo, Merz, Chitty, Osaka, Campbell

- CRL: Robinson, Hadlock, Nelson, Jeanty, Hansmann, Mediscan, Tokyo, Osaka
- AC: Hadlock, Hansmann, Tokyo, Merz, Campbell
- TAD: Hansmann
- OFD: Hansmann
- HC: Hadlock, Jeanty, Chitty(M), Chitty(D), Merz, Campbell
- GS: Nyberg, Hansmann, Hellman, Tokyo, China
- Fibula: Merz
- Radius: Merz, Mediscan
- Humerus: Jeanty, Merz, Osaka
- Ulna: Jeanty, Merz, Mediscan
- Tibia: Jeanty, Merz

■ DICOM

➤ Store

- ◆ Service List
- ◆ Remote Host Name, IP Address, DICOM AE Title, Port Number, Connect Timeout (sec), Repeat Count, Dimse Timeout (sec), Acse Timeout (sec), Send After Every Image Stored, Send At End of Exam

➤ Commitment

- ◆ Service List
- ◆ Remote Host Name, IP Address, DICOM AE Title, Port Number, Connect Timeout (sec), Repeat Count, Dimse Timeout (sec), Acse Timeout (sec), Synchronously Receive N-EVENT-REPORT Message

➤ Worklist

- ◆ Service List
- ◆ Remote Host Name, IP Address,

DICOM AE Title, Port Number,
Connect Timeout (sec), Repeat Count,
Dimse Timeout (sec), Acse Timeout
(sec), Max. Result

➤ MPPS

- ◆ Service List
- ◆ Remote Host Name, IP Address,
DICOM AE Title, Port Number,
Connect Timeout(sec), Repeat Count,
Dimse Timeout(sec), Acse
Timeout(sec)

➤ Print

- ◆ Service List
- ◆ Remote Host Name, IP Address,
DICOM AE Title, Port Number, Format,
Trim, Priority, Border, Medium, Empty
Image, Orientation, Color, Film Size,
Min Density, Film Destination, Max
Density, Magnification, Configure
Information, Copies, Film Session
Label, Smoothing Type

■ Load Default

- Load
- New
- Export/Import

● System Information

12. System Parameters

- Frame rate: 1500 fps/s (probe dependent)
- Grayscale Level: 256
- Transducer Elements: 256

13. B Mode

- Gain: 1-255
- Scan depth: 32.9cm

- Zoom: 0.8-10x
- Time Gain Control: 8 slider controls
- Image orientation: left/right, up/down
- Panoramic imaging
- Compound imaging: adjustable
- Focal zones: max. 12 focal span and depth adjustable
- Frequency: 5 bands
- Chroma: 13 types
- Adaptive image fusion: 16 types
- μ -Scan: adjustable
- Line density: low/medium/high
- Persistence: 0-95
- Biopsy guide function: On/Off
 - ◆ Biopsy lines angle adjustable
 - ◆ Biopsy lines offset adjustable
- Dynamic Range: 20-280 (may vary with transducer type)
- Grayscale curve: 7
- Sector width/position: adjustable
- Power: 1%-100%. min. step size: 1%
- Tissue acoustic characteristics: 1400-1700
- Trapezoidal imaging: On/Off (for linear array transducer)
- Sector angle (for linear array transducer)
- m-tuning

14. Color Doppler

- Gain: 0-255
- Frame rate: 50fps
- Sample box location and size adjustment
- Focal zone auto-adjustment with scan depth
- Image orientation: left/right, up/down
- Flow Invert: On/Off

- Frequency: 5 bands
- Wall filter: 25-750
- PRF: 0.5-12kHz (vary with transducer)
- Line density: low/medium/high/max-high
- Color/Direction energy: 11 types
- Color baseline adjustment: ± 15 levels
- Persistence: 0-80 (vary with transducer)
- B Reject: 0-255
- Steer (for linear transducer only): 0, ± 16 , ± 20
- Color Flow: available in the frozen mode

15. M Mode

- Steer M: max. 3 lines
- Video invert: On/Off
- Chroma: 5 types
- Display Format: H1/2, H1/4, V1/3, V1/2, V2/3, O1/4
- Sweep speed: 6 levels
- M process: switch between average and peak values
- Power: 30-100

16. Spectral Doppler

- Doppler methods
 - PW (pulsed wave) Doppler
 - CW (continuous wave) Doppler
- Triplex: On/Off
- Sample Volume and Position for PW Doppler: 1-20mm adjustable
- Video invert: On/Off
- Spectrum invert
- θ angle correction: On/Off (correction range: 0° - 72°)
- Spectral real-time trace

- Baseline: 17 levels
- Frequency: 5 bands
- Wall filter: 25-750
- PRF: 1~16kHz (PW)
- PRF: 1~48kHz (CW)
- Speed Range
 - 0.0004-16m/s (PW)
 - 0.0013-52m/s (CW)
- Sweep speed: 2, 4, 6, 8 s/frame
- Chroma: 5 types
- One-key auto optimization
 - Auto adjusting baseline
 - Auto adjusting PRF
 - Auto correcting angle
- Dynamic Range: 10 levels
- Display Format: H1/2, H1/4, V1/3, V1/2, V2/3, O1/4
- Steer angle: 0, ± 16 , ± 20

17. 3D Imaging

- Display Mode:
 - Dual Planes
 - Quad Planes
 - 3D Full Display
- Crop: in/out/off
- ROI show: on/off
- Clip Plane: On/Off
- Adjust Slice
- X Rotation
- Y Rotation
- Z Rotation
- Horizontal Movement: Left/Right
- Vertical Movement: Up/Down
- Trace Cut: off/in/out

- Undo Cut
- Opacity Threshold: 0-255
- Render Mode: Vol, MaxIP, X ray
- Auto Rotate: 45°, 90°, 180°, 270°, 360°
- Zoom In/Out
- Sweep Mode: linear, Sector
- Z Scale: 01.-3.0
- Z Axis Angle: 10°-170°
- Color Map: 0-6
- Multi-Slice: Ref A, Ref B, Ref C
- Slice Spacing: 0.5-2.0
- Storage: 3D Image/Volume Storage
- Measurement: Distance, Area, Volume
- Print

18. 4D Imaging

- Display Mode:
 - Dual Planes
 - Quad Planes
 - 3D Full Display
 - 4D Full Display
- Cutting Line Curvature and position: adjustable
- Copy Frame Size and Position: adjustable
- Scan Angle: 20°-75°
- Image Quality: Low/Medium/High
- Stability: On/Off
- Rescan: On/Off
- Crop: in/out/off
- ROI show: on/off
- Crop: on/off
- Clip Plane: On/Off
- Adjust Slice
- X Rotation
- Y Rotation

- Z Rotation
- Horizontal Movement: Left/Right
- Vertical Movement: Up/Down
- Zoom In/Out
- Opacity Threshold: 0-255
- Crop: off/in/out
- Undo Cut
- Volume review: 0-31
- Auto Rotate: 45°, 90°, 180°, 270°, 360°
- Color Map: 0-6
- Volume playback: 0-5
- Multi-Slice: Ref A, Ref B, Ref C
- Slice spacing: 0.5-2.0, adjustable
- Storage: 3D Image/Cine/Volume
- Print

19. Physiological Signal Display

- ECG Pulse wave
- ECG three-lead system
- ECG Gain: adjustable
- ECG Position: adjustable
- ECG Invert: On/Off
- R-Trigger: On/Off
 - Trigger Delay: adjustable
 - Frame Count: adjustable

20. Integrated Data Management System

- Hard Disk Memory Capacity: 500G
- USB Interface: 5

21. Image Storage and Playback

- Cine playback: up to 1000 frames in B mode
- Cine playback time: 50s

- Static and Dynamic image storage
- Freely view stored data on PC
- Clipboard function
- Doppler cine playback: speed is adjustable, sound can be played back

22. DICOM Communication

- Storage: freely transmits images with patient information to a DICOM server
- Print: freely print by using a DICOM compatible printer
- DICOM Storage Commitment
- DICOM Worklist
- DICOM MPPS
- DICOM Q/R
- Medical digital images and communication DICOM 3.0 interface

23. Preset Function

- Users can customize the presets based on different probe and diagnostic part to optimize imaging parameters and adjustment combination.
- Users can arrange the presets.
- Users can import or export presets.

24. Patient Data Management

- Patient information: name, ID, gender, date of birth, height, weight, LMP, EDD and GA.
- Patient data, report, images can be stored, reviewed and printed

25. Annotation and Bodymark

- Body mark can be classified by specific exams

- Annotation can be selected in the library.
- Annotation Number: Up to 20

26. Physical Specification

- L×W×H(mm): 726×559×1389
- Weight: approx. 65kg
- 18.5-inch widescreen and high-resolution color LCD monitor, anti-flickering, can be vertically and horizontally swiveled
- 4-identical probe connectors and 1 pencil probe connector

27. Safety Standards

- Complies with IEC60601-1, Class I, Type BF Applied Parts

28. Environmental Requirement

- For operating
 - Temperature: 10°C-40°C (except VC6-2)
 - Relative humidity: 30%-85% (no condensation)
 - Pressure: 700hPa-1060hPa
- For storage and transport
 - Temperature: -20°C-55°C
 - Relative humidity: 20%-90% (no condensation)
 - Pressure: 700hPa-1060hPa
- Power supply requirement
 - 100-240~, 2.7-1.1A
 - 50/60Hz

29. Optional transducers

- Phased array transducers

2P1 (1.0-6.0 MHz)

- Linear transducers

L741 (4.0-16.0 MHz)

L752 (4.0-16.0 MHz)

- Curved transducers

C344 (2.0-6.8 MHz)

C353 (2.0-6.8 MHz)

- Micro-Curved transducers

6V1 (3.0-15.0 MHz)

6V3 (3.0-15.0 MHz)

- Volume transducers

VC6-2 (2.0-6.8 MHz)

- Biplane transducers

BCC9-5

30. Measurement/ Calculation and Report

- General measurements

- B Mode

- Distance (Real time/Freeze)
 - Angle
 - Volume ($L \times W \times H$, Ellipse Area $\times L$)
 - Area and circumference (Trace, Ellipse methods) (real time/freeze)
 - Area Ratio

- M Mode

- Distance
 - Time
 - Heart rate
 - Slope

- Spectral Doppler

- Velocity

- Acceleration

- Time

- Auto/Semi-Auto trace

- Manual trace

- Heart rate

- Color Doppler

- Doppler Area

- Flow Velocity

- Flow Volume

- 3D/4D Mode

- Distance

- Trace

- Volume

- OB/GYN Measurements

- B Mode

- GS

- CRL

- BPD

- HC

- AC

- FL

- CER

- OFD

- Fibula

- Foot

- AA

- APAD

- HA

- Humerus

- Kidney

- APTD

- OOD

- Radius

- TAD
- TC
- THD
- Tibia
- TTD
- Ulna
- Umb VD
- NT
- LV
- UT L
- UT H
- UT W
- Cx
- En-T
- Rt OV L
- Rt OV H
- Rt OV W
- Lt OV L
- Lt OV H
- Lt OV W
- AFI
- Follicle
- EFA
- EDD
- EFW
- AUA
- GA
- PW Mode
 - Umb A
 - MCA
 - Rt Uterine A
 - Lt Uterine A
 - Fetal AO

● Cardiology Measurement and Calculation

■ B Mode

➤ Left ventricle measurement

⊕ Single ellipse method

- ✓ End diastole left ventricle long-axis area
- ✓ End diastole left ventricle long-axis length
- ✓ End systole left ventricle long-axis area
- ✓ End systole left ventricle long-axis length

⊕ Biplane ellipse method

- ✓ End diastole left ventricle long-axis area
- ✓ End systole left ventricle long-axis area
- ✓ End diastole left ventricle short-axis area at the level of mitral valve
- ✓ End systole left ventricle short-axis area at the level of mitral valve
- ✓ End diastole left ventricle short-axis length
- ✓ End systole left ventricle short-axis length

⊕ Bullet method

- ✓ End diastole left ventricle short-axis area at the level of mitral valve
- ✓ End systole left ventricle short-axis area at the level of mitral valve
- ✓ End diastole left ventricle long-axis length
- ✓ End systole left ventricle long-axis length
- ⊕ Simpson
 - ✓ End diastole left ventricle short-axis

- area at the level of mitral valve
- ✓ End systole left ventricle short-axis area at the level of mitral valve
- ✓ End diastole left ventricle short-axis area at the level of papillary muscles
- ✓ End systole left ventricle short-axis area at the level of papillary muscles
- ✓ End diastole left ventricle long-axis length
- ✓ End systole left ventricle long-axis length
- ⊕ Cube
 - ✓ End diastole inter ventricular septum dimension
 - ✓ End diastole left ventricle short-axis length
 - ✓ End diastole left ventricular posterior wall dimension
 - ✓ End systole inter ventricular septum dimension
 - ✓ End systole left ventricle short-axis length
 - ✓ End systole left ventricle posterior wall dimension
- ⊕ Teichholz
 - ✓ End diastole left ventricle short-axis length
 - ✓ End systole left ventricle short-axis length
- ⊕ Gibson
 - ✓ End diastole left ventricle short-axis length
 - ✓ End systole left ventricle short-axis length
- ⊕ Biplane Disk
 - ✓ Diastole 2CH
- ✓ Diastole 4CH
- ✓ Systole 2CH
- ✓ Systole 4CH
- Mitral valve diameter
- Left ventricle out flow tract diameter
- Pulmonary valve diameter
- Aorta valve diameter
- M Mode
 - Left ventricle
 - ⊕ Cube
 - ✓ End diastole left ventricle short-axis length
 - ✓ End systole left ventricle short-axis length
 - ✓ End diastole left ventricular posterior wall dimension
 - ✓ End systole left ventricle posterior wall dimension
 - ⊕ Gibson
 - ✓ End diastole left ventricle short-axis length
 - ✓ End systole left ventricle short-axis length
 - ⊕ Teichholz
 - ✓ End diastole left ventricle short-axis length
 - ✓ End systole left ventricle short-axis length
 - Mitral valve measurement
 - Aortic valve measurement
- PW Mode
 - Mitral valve measurement
 - Aortic valve measurement
 - Tricuspid valve measurement
 - Pulmonary valve measurement

➤ TEI Index Measurement

● **Vascular measurements**

- ICA
- ECA
- CCA
- INT IL
- EXT IL
- ILIAC
- CFA
- PROFUN
- LT CIR
- SFA
- POP
- PTA
- PERON
- ATA
- DR PED
- %A REDUC
- %D REDUC
- PI
- RI
- VTI
- S/D
- Pg
- PV
- IMT

● **Urology measurements**

- Left kidney measurement
- Right kidney measurement
- Left renal cortex
- Right renal cortex
- Left adrenal gland measurement

- Right adrenal gland measurement
- Bladder volume
 - Bladder area
 - Bladder height
- Residue urine measurement
- Prostate whole volume
- Left seminal vesicle measurement
- Right seminal vesicle measurement
- Left testicle measurement
- Right testicle measurement
- Prostate transition zone volume

● **Small parts measurements**

- Left thyroid
- Right thyroid
- Thyroid isthmus
- Left upper parathyroid glands
- Left lower parathyroid glands
- Right upper parathyroid glands
- Right lower parathyroid glands

● **Orthopedic measurements**

- HIP

● **Report**

- Obstetrics report (Editable)
 - Obstetrical Curve: 4 planes
 - Fetal Anatomy
 - Fetal Biophysical Evaluation
 - Fetal Compare (Quadruplets)
 - Image Insertion: 6 planes
 - Annotation
- Cardiac function report (Editable)
- Vascular report

- Urological report
- Small Part report
- IMT report

Příloha č.2

Zadávací dokumentace včetně technické specifikace

1. Ultrazvukový přístroj pro dětskou neurologii

Medicinský účel:

Diagnostický ultrazvukový přístroj určený pro diagnostiku dětských převážně neurologických postižení. Předpokládaná životnost přístroje min. 8 let.

Popis:

Diagnostický ultrazvuk určený pro neurovaskulární aplikace u dětských pacientů. Ultrazvukový přístroj vybaven A-M, B módem, s barevným dopplerovským zobrazením cév, lehce ovladatelný (s hmotností do max. 200 kg).

Minimální technické požadavky:

Parametry přístroje:

- plně digitální přístroj, lehce ovladatelný, mobilní
- vyšší harmonické zobrazení na všech sondách,
- připojení minim. 2 sond současně
- monitor s vysokou rozlišovací schopností, plochý, minim. 17 palcový, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení,
- obrazová frekvence musí být minim. 500 obr./s
- přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů, včetně jejich ukládání,
- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě min. 80 GB,
- možnost archivace na USB, CD, DVD, PACS
- možnost archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI
- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve

Požadovaná zobrazení:

- Dle typu sond duplexní i triplexní zobrazení
- A-M mód
- D mód pro transkraniální doppler s funkcí barevného mapování
- B-mód na základních frekvencích
- B-mód na harmonických frekvencích
- PW – pulzní doppler
- CFM – Color Flow Mode dopplerovské zobrazení
- laterální gain v B-módu
- duální dynamická zobrazení

Požadovaný post processing:

- standardní výpočty pro neurovaskulární vyšetření – hlavně RI a PI
- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),
- s možností vaskulárních analýz
- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

Parametry sond:

- Sonda pro transkraniální doppler s možností vícenásobné fokusace s minimálním frekvenčním rozsahem 1- 5 MHz (B mód), kde 1 MHz je nejvyšší možná spodní hranice rozsahu a 5 MHz nejnižší možná horní hranice rozsahu
- konvexní sonda s frekvenčním rozsahem od 3 MHz do 8 MHz, kde 3 MHz je nejvyšší možná spodní hranice rozsahu a 8 MHz je nejnižší možná horní hranice rozsahu
- mikrokonvexní sonda pro vyšetření dětí v rozsahu od 5 MHz do 10 MHz, kde 5 MHz je nejvyšší možná spodní hranice rozsahu a 10 MHz je nejnižší možná horní hranice rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení
dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Název veřejné zakázky

**„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti
v Krajské zdravotní, a.s.“**

Zadavatel veřejné zakázky:

**Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Sociální péče 3316/12A
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 25488627**

Zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro otevřené zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“).

**Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů: Norské fondy 2009 - 2014 v rámci
podprogramu CZ11 – Veřejné zdraví.**

Pokud dojde k rozporu mezi údaji uvedenými v textové části Zadávací dokumentace a údaji uvedenými v oznámení o zakázce, platí údaje uvedené v oznámení o zakázce.

1 Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Krajská zdravotní, a.s.
Zadavatel ve smyslu ZVZ:	jiná právnická osoba, dle § 2 odst. 2 písm. d)
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Sídlo zadavatele:	Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Petr Fiala, generální ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Dana Kozáková, referent odd. veřejných zakázek
Telefon:	+420 477 117 959
e-mail:	dana.kozakova@kzcr.eu
elektronický profil zadavatele:	E-ZAK na adrese https://zakazky.kzcr.eu/

Komunikace mezi zadavatelem a uchazečem se řídí § 148 ZVZ a § 149 ZVZ.

2 Identifikační údaje uchazeče

Uchazeč je povinen uvést v nabídce v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 ZVZ v návaznosti na ustanovení § 17 písm. d) ZVZ své identifikační údaje takto:

Obchodní firma nebo název:
Právní forma:
IČ a DIČ:
Sídlo:

Uchazeč v nabídce dále uvede:
Kontaktní osoba uchazeče:
Telefon, e-mail:

3 Vymezení plnění veřejné zakázky

3.1 Účel veřejné zakázky

Účelem této veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy pro každou část této veřejné zakázky.

Cílem této veřejné zakázky je vybavení jednotlivých pracovišť zadavatele souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru a tím přispět k zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a. s.

3.2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické technologie (přístrojů) spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně:

- úpravy pracoviště pro instalaci a řádný provoz nabízeného přístroje, jeho montáže, instalace a uvedení dodaných zařízení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
- provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy (ZDS, výchozí elektro revize atd.)
- ověření deklarovaných technických parametrů,
- instruktáž zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži a pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží,
- předání všech příslušných dokladů, likvidace obalového materiálu, záruční servis za dále uvedených podmínek.

Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 ZVZ v následující struktuře:

Část 1	-	Sítnicová kamera
Část 2	-	Audiometrický přístroj
Část 3	-	Ultrazvukový přístroj pro dětskou neurologii
Část 4	-	Stomatologická mobilní souprava
Část 5	-	Čistící a mazací přístroj pro násadce
Část 6	-	Soubor nástrojů pro stomatologii
Část 7	-	Chirurgický set pro stomatologii
Část 8	-	Ultrazvukový přístroj pro dětské oddělení
Část 9	-	Oční refraktometr
Část 10	-	Přístroj na měření transkutánního bilirubínu
Část 11	-	Biochemický analyzátor
Část 12	-	ORL sestava pro endoskopii a stroboskopii
Část 13	-	Osmometr
Část 14	-	Spirometr
Část 15	-	Přístroj na měření otoakustických emisí

Uchazeč může podat nabídku u jednotlivých částí veřejné zakázky pouze v celém rozsahu dle zadávacích podmínek, tj. částečné plnění u jednotlivých částí veřejné zakázky není přípustné.

Uchazeči mohou podávat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo jen na některé části veřejné zakázky. Zadavatel uzavře pro každou část této veřejné zakázky smlouvu s jedním uchazečem.

3.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Název	CPV
ČÁST 1 - Síticová kamera	33121000-4 – Oftalmologické přístroje
ČÁST 2 - Audiometrický přístroj	33121400-8 – Audiometry
ČÁST 3 - Ultrazvukový přístroj pro dětskou neurologii	33124120-2 – Diagnostické ultrazvukové přístroje
ČÁST 4 - Stomatologická mobilní souprava	33126000-9 – Zubolékařské přístroje
ČÁST 5 - Čistící a mazací přístroj pro násadce	33191000-5 – Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje 33190000-8 – Různé zdravotnické přístroje a výrobky
ČÁST 6 - Soubor nástrojů pro stomatologii	33126000-9 - Zubolékařské přístroje 33130000-0 - Zubolékařské nástroje a přístroje a nástroje a přístroje podspecializací 33131000-7 - Zubolékařské ruční nástroje
ČÁST 7 - Chirurgický set pro stomatologii	33126000-9 - Zubolékařské přístroje 33130000-0 - Zubolékařské nástroje a přístroje a nástroje a přístroje podspecializací 33131000-7 - Zubolékařské ruční nástroje
ČÁST 8 - Ultrazvukový přístroj pro dětské oddělení	33124120-2 – Diagnostické ultrazvukové přístroje
ČÁST 9 - Oční refraktometr	33121000-4 – Oftalmologické přístroje
ČÁST 10 - Přístroj na měření transkutánního bilirubinu	33120000-7 – Záznamové systémy a vyšetřovací přístroje 33694000-1 - Diagnostika
ČÁST 11 - Biochemický analyzátor	38434500-1 – Biochemické analyzátory
ČÁST 12 - ORL sestava pro endoskopii a stroboskopii	33168000-5 - Endoskopie, endochirurgické přístroje 33190000-8 - Různé zdravotnické přístroje a výrobky
ČÁST 13 - Osmometr	38434500-1 – Biochemické analyzátory
ČÁST 14 - Spirometr	38434570-2 – Hematologické analyzátory
ČÁST 15 - Přístroj na měření otoakustických emisí	33195110-7 – Respirační monitory 33121400-8 – Audiometry

3.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Maximální a nepřekročitelná cena jednotlivých částí veřejné zakázky na předmět plnění v Kč činí:

Část	Název položky a číslo dle rozpočtu projektu	Ks	bez DPH/Ks	s DPH/Ks
Část 1	Sítnicová kamera	1	2 578 000 Kč	3 119 380 Kč
Část 2	Audiometrický přístroj	1	603 519 Kč	730 258 Kč
Část 3	Ultrazvukový přístroj pro dětskou neurologii	1	852 596 Kč	1 031 641 Kč
Část 4	Stomatologická mobilní souprava	1	306 263 Kč	370 578 Kč
Část 5	Čistící a mazací přístroj pro násadce	1	48 378 Kč	58 537 Kč
Část 6	Soubor nástrojů pro stomatologii	1	155 140 Kč	187 719 Kč
Část 7	Chirurgický set pro stomatologii	1	113 548 Kč	137 393 Kč
Část 8	Ultrazvukový přístroj pro dětské oddělení	1	1 168 651 Kč	1 414 068 Kč
Část 9	Oční refraktometr	1	339 890 Kč	411 267 Kč
Část 10	Přístroj na měření transkutánního bilirubinu	1	116 893 Kč	141 441 Kč
Část 11	Biochemický analyzátor	1	425 953 Kč	515 403 Kč
Část 12	ORL sestava pro endoskopii a stroboskopii	1	989 511 Kč	1 197 308 Kč
Část 13	Osmometr	1	338 187 Kč	409 206 Kč
Část 14	Spirometr	1	76 261 Kč	92 276 Kč
Část 15	Přístroj na měření otoakustických emisí	1	239 660 Kč	289 989 Kč

Maximální a nepřekročitelná cena celkem za všechny části veřejné zakázky včetně všech souvisejících nákladů je 8 352 450,- Kč bez DPH tj. 10 106 464,- Kč včetně DPH.

4 Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá zahájení plnění předmětu veřejné zakázky po ukončení zadávacího řízení této veřejné zakázky. Předpokládány termín dodání předmětů veřejné zakázky při řádném průběhu (tj. bez průtahů) zadávacího řízení je 4. čtvrtletí 2015. Maximální lhůta pro předání předmětu plnění je uvedena v obligatorním návrhu smlouvy u každé části této veřejné zakázky.

5 Místo plnění veřejné zakázky

Vybraný uchazeč bude dodávat zboží přímo do jednotlivých odštěpných závodů Krajské zdravotní a. s.:

Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
Sociální péče 3316/12A
400 11 Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.,
J. E. Purkyně 270
434 64 Most

Přehled jednotlivých oddělení zadavatele, kam budou jednotlivé přístroje dodány, je uveden v příloze č. 21 této zadávací dokumentace.

6 Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Rozpis zboží dle jednotlivých částí je uveden a blíže specifikován v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Zboží musí splňovat požadavky na charakter a vlastnosti uvedené v příloze č. 3.

V případě uvedení podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah $\pm 10\%$.

7 Požadavky na prokázání kvalifikace

Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je uchazeč, který:

- splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ,
- splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ,
- předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (vzor čestného prohlášení tvoří příloha č. 4 této zadávací dokumentace)
- splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 ZVZ.

Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude dle § 60 odst. 1 ZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

7.1 Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ

Uchazeč prokáže základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 ZVZ přeložením dokladů uvedených v § 53 odst. 3 ZVZ (výpis z evidence Rejstříku trestů, potvrzení příslušného finančního úřadu, potvrzení příslušného orgánu či instituce ve vztahu k pojistnému a penále na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a čestné prohlášení). Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

Uchazeč je oprávněn pro prokázání splnění kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 ZVZ, pokud je v něm zapsán.

Pravost a stáří dokladů se řídí § 57 ZVZ.

7.2 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 ZVZ

Uchazeč prokáže profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

nebo je uchazeč oprávněn pro prokázání splnění kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 ZVZ pokud je v něm zapsán.

Pravost a stáří dokladů se řídí § 57 ZVZ.

7.3 Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ

- Uchazeč prokáže technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ předložením seznamu významných dodávek se shodným předmětem plnění té části veřejné zakázky, ve které prokazuje těmito významnými dodávkami splnění technických kvalifikačních předpokladů, a které realizoval v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, a to za každou jednotlivou část této veřejné zakázky, které se bude uchazeč účastnit.

Přílohou tohoto seznamu musí být minimálně jedno (1):

- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli nebo
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo
- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Zadavatelem požadovaný minimální rozsah plnění je pro:

Část 1:	1 200 000,- Kč bez DPH
Část 2:	362 111,- Kč bez DPH
Část 3:	511 558,- Kč bez DPH
Část 4:	183 758,- Kč bez DPH
Část 5:	29 027,- Kč bez DPH
Část 6:	93 084,- Kč bez DPH
Část 7:	68 129,- Kč bez DPH
Část 8:	701 191,- Kč bez DPH
Část 9:	203 934,- Kč bez DPH
Část 10:	70 136,- Kč bez DPH
Část 11:	255 572,- Kč bez DPH
Část 12:	593 707,- Kč bez DPH
Část 13:	202 912,- Kč bez DPH
Část 14:	45 757,- Kč bez DPH
Část 15:	143 796,- Kč bez DPH

za každé jednotlivé osvědčení.

- Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče ve všech částech veřejné zakázky předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku dle § 4 odst. 7 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.

7.4 Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ

Zadavatel požaduje k prokázání kvalifikace uchazeče předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

8 Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny Všeobecnými obchodními podmínkami Krajské zdravotní, a. s. (příloha č. 2) a v obligatorním návrhu smlouvy (příloha č. 6 až č. 20).

9 Požadavky na způsob zpracování nabídky

- Listinná nabídka (za každou jednotlivou část veřejné nabídky) bude předložena v jednom výtisku;
- Celá listinná nabídka bude současně předložena v elektronické podobě ve formátu *pdf a pokud možno v jednom souboru.
- Návrh smlouvy bude současně předložen v elektronické podobě ve formátu *doc nebo *docx;
- Nosič elektronické podoby (CD nebo DVD) obsahující nabídku a návrh kupní smlouvy v požadovaném formátu bude opatřen identifikačními údaji uchazeče a názvem veřejné zakázky;
- Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel připouští katalogy, prospekty a jiný podpůrný materiál technické povahy v anglickém jazyce.

9.1 Struktura nabídky

Zadavatel požaduje níže uvedené řazení nabídky:

- 1) Krycí list (příloha č. 1) podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče;
- 2) Doklady prokazující kvalifikační předpoklady dle ZVZ a dle bodu 7 zadávací dokumentace;
- 3) Doklady dle § 68 odst. 3 ZVZ (příloha č. 5);
- 4) Obligatorní návrh smlouvy včetně příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče (přílohy č. 6 až 20);
- 5) Cenová nabídka se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) platná po celou dobu realizace zakázky
- 6) Specifikace nabízeného zboží dle požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 3 této zadávací dokumentace

10 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Poskytování dodatečných informací se řídí ustanovením dle § 49 ZVZ.

11 Podmínky pro podání nabídky

11.1 Podání nabídky v tištěné podobě

Nabídky v listinné podobě podají uchazeči osobně nebo zasílají v uzavřených obálkách označených: „NEOTEVÍRAT - VZ „Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.“ (x = označení části veřejné zakázky).

Zadavatel požaduje, aby uchazeč podal nabídku za každou část veřejné zakázky v samostatné obálce.

Obálky budou na uzavření opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho oprávněním zástupcem, je-li právnickou osobou.

Nabídky v listinné podobě podávají uchazeči v podatelně společnosti na adrese: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem (pondělí až čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod, pátek od 8.00 do 13.00 hod)

11.2 Elektronické podávání nabídek

Uchazeč je oprávněn podat nabídku v elektronické podobě prostřednictvím systému E-ZAK na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>. Nabídka musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v § 149 ZVZ.

11.3 Lhůta k podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele <https://zakazky.kzcr.eu/> a v oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek.

11.4 Otevírání obálek s nabídkami

Zahájení otevírání obálek je uvedeno na profilu zadavatele <https://zakazky.kzcr.eu/> a v oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek.

Otevírání obálek se mají právo být přítomni zástupci uchazečů (maximálně dvě osoby za uchazeče, které se prokáží platnou plnou mocí, nejde-li o statutární orgán uchazeče nebo jeho členu), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

12 Způsob a kritéria hodnocení nabídek

V souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ je základním hodnotícím kritériem pro zadání nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH.

Uvedení jakýchkoliv nulových položek v nabídce spojených s předmětem plnění může být v rozporu se ZVZ a zadavatel je oprávněn uchazeče v souladu s tímto právním předpisem vyloučit.

Práva zadavatele

- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
- Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 290 kalendářních dnů a začíná běžet v souladu s § 43 ZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
- Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
- V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 ZVZ.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
- Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit, pokud nastanou podmínky uvedené v § 84 ZVZ.
- Zadavatel nehradí případné náklady uchazeči spojené s nabídkou a nevrací podané nabídky, které zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu soutěže. S obsahem nabídek bude zacházeno důvěrně.
- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit zadávací podmínky po celou dobu do lhůty pro podání nabídek.
- Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované obchodní a platební podmínky další podmínkou, podmíněním nebo uvedením několika rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

14 Přílohy zadávací dokumentace

- Příloha č. 1: Krycí list nabídky
- Příloha č. 2: Všeobecné obchodní podmínky
- Příloha č. 3: Technická specifikace
- Příloha č. 4: Vzor čestné prohlášení - §53, §50
- Příloha č. 5: Vzor čestné prohlášení - §68
- Příloha č. 6: Obligatorní návrh smlouvy - část 1
- Příloha č. 7: Obligatorní návrh smlouvy - část 2
- Příloha č. 8: Obligatorní návrh smlouvy - část 3
- Příloha č. 9: Obligatorní návrh smlouvy - část 4
- Příloha č. 10: Obligatorní návrh smlouvy - část 5
- Příloha č. 11: Obligatorní návrh smlouvy - část 6
- Příloha č. 12: Obligatorní návrh smlouvy - část 7
- Příloha č. 13: Obligatorní návrh smlouvy - část 8
- Příloha č. 14: Obligatorní návrh smlouvy - část 9
- Příloha č. 15: Obligatorní návrh smlouvy - část 10
- Příloha č. 16: Obligatorní návrh smlouvy - část 11
- Příloha č. 17: Obligatorní návrh smlouvy - část 12
- Příloha č. 18: Obligatorní návrh smlouvy - část 13
- Příloha č. 19: Obligatorní návrh smlouvy - část 14
- Příloha č. 20: Obligatorní návrh smlouvy - část 15
- Příloha č. 21: Přehled umístění jednotlivých přístrojů

V Ústí nad Labem dne: 17-07-2015

06
KZ
Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
402 43 Ústí nad Labem
IČ: 25485627
DIČ: CZ 25485627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

PROTOKOL O PŘEVZETÍ PŘÍSTROJE

Telefon: +420 724 537 762
E-mail: jan.hetfleis@medtechnic.cz

DODAVATEL
MEDtechnic services, s.r.o.
Váňova 3180
272 01 Kladno
Česká republika
IČ: 03175651
DIČ: CZ03175651

PŘÍJEMCE

Telefon / fax/ mobil:

Email:

Poznámky:

Česká republika
IČ:
DIČ:

Přijímané zboží:

Obsah dodávky:

Potvrzení příjemce:

Potvrzuji řádný průběh instalace a řádně provedené zaškolení. Dále potvrzuji kompletnost dodávky a převzetí přístroje ve zcela funkčním stavu.

Datum převzetí přístroje:

Přístroj předal:

Ing. Jan Hetfleiš