



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 100 - Rotační mikrotomy pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.“**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3504/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí: Posuv vzorku horizontálně alespoň 28 mm a vertikálně alespoň 72 mm pro krájení makroblok.

Bude zadavatel akceptovat řešení mikrotomu, které má posuv vzorku horizontálně alespoň 24 mm a vertikálně alespoň 70 mm pro krájení makroblok?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel **trvá** na splnění parametrů stanovených technickou specifikací. Např. v rámci onkodiagnostiky a odpovídajícímu diagnostickému servisu ke standardní robotické operativě, mj. posuv musí být plně kompatibilní s celkovým pracovním postupem a parametry tkáňových vzorků.

Dotaz č. 2

Zadavatel uvádí: volitelná retrakce vzorku 5-250 μ m.

Bude zadavatel akceptovat řešení mikrotomu, které má volitelnou retrakce vzorku 5-100 μ m?

Retrakce větší, než 30 μ m se v klinické praxi téměř nepoužívá...

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel **trvá** na splnění parametrů stanovených technickou specifikací. Požadavek rozsahu retrakce vzorku zohledňuje jak již prováděná specifická vyšetření, tak i vyšetření, která budou v dohledné době zaváděna. Pracoviště provádí i vysoce specializovaná vyšetření, která nejsou standardně prováděna na všech pracovištích, tudíž i standardní rozsah retrakce je nedostatečný.

**Dotaz č. 3**

Zadavatel uvádí: dotekový displej pro snadné ovládání (alespoň 5“), s možností nastavení kontrastu, zámkem displeje a ochrana vstupu heslem.

Bude zadavatel akceptovat řešení mikrotomu, které dotykový displej nemá, naopak má displej s membránovými tlačítky a ovládací panel s membránovými tlačítky umožňující stejný a vyšší komfort než řešení dotykového displeje, jehož používání může být náchylnější na chybu při zadávání údajů laborantkou (citlivost displeje).

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel **trvá** na dodržení parametru stanoveném technickou specifikací. Displej s membránovými tlačítky je při nárocích na provozní vytížení laboratoře a proměnné pracovní faktory nevhodný, tlačítka se vymačkávají, tudíž se zvyšuje chybovost při zadávání parametrů řezů, na rozdíl od dotykového displeje, který lze chránit ochrannou folií, a proto je jeho poruchovost minimální.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **neprodluhuje** lhůtu pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne:

26-06-2023

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel