



Poskytnutí dodatečných informací č. 2

v zadávacím řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – zjednodušené podlimitní řízení

s názvem:

Dodávka plicních ventilátorů - část 3

dotaz č. 1

k části 3

Plicní ventilátor – Most (1ks)

Zadavatel požaduje:

- Nastavení PEEP min 0 – 30 cm H₂O

Bude zadavatel považovat za splnění tohoto požadavku, pokud bude nabídnut přístroj s rozsahem nastavení PEEP VYP, 1 až 50 cm H₂O?

Touto změnou v nabídnutých parametrech nebude narušena požadovaná kvalita a funkce systému.

odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel **akceptuje** nabízené řešení

dotaz č. 2

k části 3

Plicní ventilátor – Most (1ks)

Zadavatel požaduje:

- nastavitelný flow trigger min. 0,1-1 l/min

Bude zadavatel považovat za splnění tohoto požadavku, pokud bude nabídnut přístroj s rozsahem nastavení flow trigger min. 0,2- 1 l /min?

Touto změnou v nabídnutých parametrech nebude narušena požadovaná kvalita a funkce systému.

odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel **trvá** na znění zadávací dokumentace.

dotaz č. 3

k části 3

Plicní ventilátor – Most (1ks)

Zadavatel požaduje:

- ventilační režim HFO

Ventilační režim HFO nemá blíže specifikovanou frekvence. Bude uživatel považovat za splnění požadavku, pokud uchazeč nabídne plicní ventilátor výrobcem deklarovaný jako neonatální s dechovou frekvencí do 150 dechů/minutu?

Touto změnou v nabídnutých parametrech nebude narušena požadovaná kvalita a funkce systému.


odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel **trvá** na znění zadávací dokumentace.

Zadavatel rozhodl v souladu se zněním § 40 odst. 3 ZVZ o prodloužení termínu pro podání nabídek části 3 o celou původní délku lhůtu. Lhůta pro podání nabídek je v souladu se zadávací dokumentací uvedena

Lhůta pro podání nabídek části 3 je uvedena na profilu zadavatele <https://zakazky.kzcr.eu/>.

V Ústí nad Labem dne: **05 -01- 2016**

06  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel