



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 100 - Flowcytometr pro Krajskou zdravotní, a.s.  
- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3489/2023**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

#### **Dotaz č. 1**

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace požaduje při předání přístroje: "ověření deklarovaných technických parametrů nabízeného přístroje dle technické specifikace".

Některé parametry systému jsou tabelovány a validovány ve výrobě a může být obtížné a nákladné prokázat je po instalaci systému v konkrétní laboratoři.

Bude zadavatel akceptovat ověření funkčních charakteristik přístroje vyškoleným servisním technikem výrobce dle instalační kvalifikace požadované výrobcem systému a vystavením servisního (instalačního) a verifikačního protokolu, který potvrzuje splnění požadovaných parametrů?

#### **Odpověď na dotaz č. 1**

Zadavatel bude akceptovat i toto prokázání.

V Ústí nad Labem dne: **29-06-2023**

  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627  
MUDr. Petr Malý, MBA  
generální ředitel