



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98, 100 - Dodávka analyzátorů ELISA, pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnice Most, o.z. - Část 2 - REACT-EU 98 - Dodávka analyzátorů ELISA, pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3532/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Pozáruční servis na dobu 96 měsíců - 166 400,- Kč:

Myslí se tím za výjezdy a práci technika bez náhradních dílů nebo včetně náhradních dílů?

Odpověď na dotaz č. 1

Dle obligatorního návrhu smlouvy pozáruční servis zahrnuje:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
- sledování termínů bezpečnostně technických kontrol dle pokynů výrobce a jejich provádění dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
- revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
- v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
- **poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek dle tohoto odstavce.**

Dotaz č. 2

Spotřební materiál na dobu 48 měsíců:

Spadá pod "Spotřební materiál" i diagnostické soupravy? Některé nemocnice/firmy je mezi ně počítají, některé ne, dle Vámi dodané klasifikace (ZSM: CPV 33140000-3) zde spadají nechemické spotřební materiály, tudíž by soupravy neměly být zahrnuty.



Odpověď na dotaz č. 2

„Vázaný spotřební materiál“: jedná se o veškerý materiál používaný k danému přístroji, a to jak k jeho provozu, tak i pravidelné údržbě či kalibraci, a který je výrobcem striktně určen a vydefinován na základě návodu k použití.

V Ústí nad Labem dne: 30-06-2023

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel