

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98, 100, 102 - Chladicí a mrazicí zařízení pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 5: Soubor chladicích a mrazicích zařízení pro Oddělení klinické biochemie MNUL, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3405/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat v části 5:

- rozsah teplot +3 až +16 °C pro chladicí zařízení (s plnými i prosklenými dveřmi)?

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na svém požadavku.

Dotaz č. 2:

Bude zadavatel akceptovat v části 5:

- chladicí zařízení s prosklenými dveřmi bez koleček? (Vzhledem k poměru rozměrů lednice výrobce nedoporučuje u modelu s prosklenými dveřmi s objemem cca 300 l kolečka, jelikož dochází ke snížení stability přístroje).

Odpověď č. 2:

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení.

Dotaz č. 3:

Bude zadavatel akceptovat pro mrazicí zařízení 4 ks drátěných polic + 1 ks na dně, tj. celkem 5 odkládacích ploch (bez možnosti nastavení)?

Odpověď č. 3:

Zadavatel požaduje možnost nastavení výšky polic.

Dotaz č. 4:

Máme dotaz k mrazicímu zařízení v části 5.

Máte uvedeno kapacita minimálně 340 litrů, chceme se optat, zda by jste akceptovali objem komory 310 litrů?

Odpověď č. 4:

Zadavatel trvá na svém požadavku.

V Ústí nad Labem dne: 04-07-2023

13  **Krajská zdravotní, a.s.**
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627


prim. MUDr. Jiří Lastůvka

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti