

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98, 100, 102 – Chladicí a mrazicí zařízení pro Krajskou zdravotní, a.s.**  
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky  
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka  
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550  
Evidenční číslo: **3400/2023**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

### Dotaz č. 1 pro ČÁST 1 - 10:

Dotaz se týká všech částí, resp. čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Konkrétně bychom se chtěli zeptat na bod: "Dodavatel čestně prohlašuje, že splňuje standardy zadavatele „Požadavky na provedení a kvalitu ICT“ v plném rozsahu."

K tomuto je myšleno, že postačí, když nabídnuté přístroje budou disponovat průchodkou a případné napojení si nemocnice řeší sama?

V příloze č. 8 (Příloha č. 8 Požadavky na provedení a kvalitu ICT) je např. uvedeno v bodě: 5.2.2 "Připojení přístroje přes RS232 převodník -

Před nákupem přístroje musí být dohodnuto, kdo bude financovat nákup převodníků, v KZ probíhá proces schvalování nákupu."



V rámci nabídky jsme zatím s nutností nákupu převodníku nepočítali.

Je případně možné odstranit tento bod z čestného prohlášení?

### Odpověď č. 1 pro ČÁST 1 - 10:

Zadavatel při procesu přípravy ZD pracoval s verzí, že zařízení bude vybaveno průchodkou a případné napojení na centrální monitorovací systém KZ si zajistí KZ vlastními silami.

V Ústí nad Labem dne: 04 -07- 2023

  
..... přím. MUDr. Jiří Laštůvka .....  
MUDr. Petr Malý, MBA  
generální ředitel společnosti  
  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627