



Název veřejné zakázky: **Dodávky vyšetřovacích lehátek pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3542/2023**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### **Položka č1.: Vyšetřovací lehátko elektrické**

#### **Dotaz č. 1:**

Parametr: lehátko elektricky nastavitelné v minimálním rozmezí 50 - 89cm

Může uchazeč zadavateli nabídnout lehátko elektricky nastavitelné v rozmezí 52 - 89cm?

#### **Odpověď č. 1:**

Ano, zadavatel bude akceptovat i navrhované řešení.

#### **Dotaz č. 2:**

Parametr: 4 brzděná pojezdová kolečka o min. průměru 70mm

Může uchazeč nabídnout 3 brzděná pojezdová kolečka o průměru 125mm + 1 kolečko o pr. 125mm se směrovou aretací?

#### **Odpověď č. 2:**

Ano, zadavatel bude akceptovat i navrhované řešení.

### **Položka č2.: Vyšetřovací lehátko hydraulické**

#### **Dotaz č. 3:**

Parametr: vyšetřovací lehátko musí být výškově stavitelné pomocí hydraulického pohonu v min. rozmezí 50 - 89 cm

Může uchazeč zadavateli nabídnout lehátko výškově stavitelné pomocí hydraulického pohonu v rozmezí 52 - 89cm?

**Odpověď č. 3:**

Ano, zadavatel bude akceptovat i navrhované řešení.

**Dotaz č. 4:**

Parametr: možnost doplnit lehátko o pojezdová brzditelná kola

Může zadavatel upřesnit, co přesně myslí "možnost doplnit lehátko o pojezdová brzditelná kola"?

Jde nám o to, zda zadavatel myslí doplnit lehátko o pojezdová kola v rámci objednávky (může si vybrat zda pojízdné či nepojízdné)  
nebo někdy v budoucnu po dodání doplnit nepojízdné lehátko o kolečka.

**Odpověď č. 4:**

Zadavatel požaduje před dodáním lehátka možnost volby varianty pojízdné/nepojízdné lehátko.  
Tento požadavek bude vždy upřesněn již v objednávce.

**Položka č3.: Vyšetřovací lehátko pevné****Dotaz č. 5:**

Parametr: nosnost min. 180 kg

Může uchazeč zadavateli nabídnout lehátko s nosností 170kg?

**Odpověď č. 5:**

Ano, zadavatel bude akceptovat i navrhované řešení.

**Dotaz č. 6:**

Parametr: šířka ložné plochy k objednání dle potřeb kupujícího v min. rozmezí 65 – 75 cm  
výška ložné plochy k objednání dle potřeb kupujícího v min. rozmezí 60 - 80 cm

Může uchazeč zadavateli nabídnout lehátko s jednotnou šíří ložné plochy 67cm a jednotnou výškou ložné plochy 62cm?

Jelikož máme vyšetřovací lehátko registrované jako zdravotnický prostředek a podléhá MDR, nemůžeme libovolně měnit výšku a šířku ložné plochy podle přání zadavatele.

**Odpověď č. 6:**

Ano, zadavatel bude akceptovat i navrhované řešení.

**Dotaz č. 7:**

Parametr: možnost doplnit lehátko o pojezdová brzditelná kola

Může uchazeč zadavateli nabídnout lehátko, kde pod zářadovou částí budou dvě kolečka o průměru 100mm s brzdou, tak aby se s lehátkem dalo manipulovat  
(např. při uklidu ordinace) a v nožní části budou dvě pevné nohy pro dobrou stabilitu a pevnost lehátka?



**Odpověď č. 7:**

Ano, zadavatel bude akceptovat i navrhované řešení.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: 04 -07- 2023

13  
  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

  
prim. MUDr. Jiří Laštůvka

MUDr. Petr Malý, MBA  
generální ředitel společnosti

