



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 – Dekontaminační a sterilizační kontejnery včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk II.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: VZMR

Druh zadávacího řízení:

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3557/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

V technické specifikaci (Příloha č. 2) je uveden požadavek na provedení sterilní bariéry: "Sterilní bariéra k separaci všech mikroorganismů zajištěna labyrintovým systémem nebo použitím PTFE filtrů validovaných na 5000 mycích a sterilizačních cyklů."


Bude zadavatel akceptovat řešení, které využívá sterilní bariéru v podobě ventilu? Z hlediska praxe se jedná o rovnocenné a bezúdržbové řešení, které splňuje požadavky normy.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení.

V Ústí nad Labem dne: **11-07-2023**

13  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627


prim. MUDr. Jiří Laštůvka

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel