

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1-2

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem,
IČO 25488627

Veřejná zakázka: **REACT-EU 98 - Informační systém Videomanagementu KZ,
Nemocnice Litoměřice, o.z., II.**

Zadavatel je v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením smluvně zastoupen společností:

Zástupce zadavatele : **CGB – Consult, s.r.o.**
se sídlem : Pod Děkanou 435/27, 147 00 Praha 4 - Podolí
IČO : 25100921
jednající : Mgr. Zuzana Knobová, jednatelka

Zadavatel dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení, změnu či doplnění zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel požaduje u položky C. FullHD záznamové zařízení (6x) mimo COS „Plně propojené se serverovým řešením pro práci s videem (synchronizace záznamů, živé přenosy) včetně všech licencí a všech funkcionalit poskytovaných videomanagementem KZ (tedy včetně komunikace s NIS, PACS, nastavení automatického ukládání atd.)“ U položky B. Sálový systém min. 6 místností takový požadavek není.

Rozumí tomu uchazeč správně, že všechny komponenty (všechny poptávané položky v rámci VZ REACT-EU 98 - Informační systém Videomanagementu KZ, Nemocnice Litoměřice, o.z., II.) mají být plně propojené se serverovým řešením pro využívání všech funkcionalit systému?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

Ano, všechny komponenty (všechny poptávané položky v rámci VZ REACT-EU 98 - Informační systém Videomanagementu KZ, Nemocnice Litoměřice, o.z., II.) mají být plně propojené se serverovým řešením pro využívání všech funkcionalit systému.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel požaduje „Min 27“ UHD monitor na ramena stávajících operačních svítidel (musí být plně integrován do systému videomanagementu) certifikace dle EN:60601-1-2,“.

Pro vyloučení všech pochybností žádá uchazeč o upřesnění poptávaného počtu těchto monitorů. Jedná se o 1 monitor pro každý z 6 sálů, tedy celkem 6 monitorů?

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2

Ano, jedná se o 1 monitor pro každý z 6 sálů, tedy celkem 6 monitorů.

V Praze dne 12.7. 2023

Mgr. Zuzana Knobová
jednatelka společnosti CGB - Consult, s.r.o.
z pověření zadavatele

