



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98, 100 - Dodávka analyzátorů ELISA, pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnice Most, o.z. - Část 2 - REACT-EU 98 - Dodávka analyzátorů ELISA, pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3532/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

1) Žádáme o upřesnění specifikace 12-kanálového spektrofotometru, a zda lze využít 8-kanálový spektrofotometr, který má identickou funkci, která na kvalitu měření nemá vliv. 12-kanálový spektrofotometr čte mikrotitrační destičku horizontálně, 8-kanálový vertikálně, jejich funkce je však identická. Požadavek na 12-kanálový spektrofotometr je z tohoto pohledu nadbytečný a diskriminační, a vzbuzuje dojem, že výběrové řízení je napsané na konkrétního dodavatele a toho jednostranně zvýhodňuje.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci pro část č. 2 blíže nespecifikoval 12-kanálový spektrofotometr.

Dotaz č. 2

2) Žádáme o upřesnění specifikací na modul kontroly kvality. Je možné řízení kontroly kvality provádět v nezávislém softwaru instalovaném přímo v analyzátoru? Jaký typ Levey-Jennings grafů odběratel požaduje a jaká Westgardova pravidla by měl být schopen software kontroly kvality sledovat?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel v technické specifikaci pro část č. 2 blíže nespecifikoval modul kontroly kvality.

Dotaz č. 3

3) Žádáme o odstranění požadavků na funkci STATIM a požadavku na tzv. Random Access Analyzátor, a to vzhledem k tomu, že ELISA technologie tuto funkcionalitu z povahy metody neumožňuje. Domníváme se, že se tato specifikace patrně dostala do VŘ omylem, vzhledem k obdobným požadavkům na infekční sérologii, kde Random Access technologie existuje, a v tomto oboru si konkuruje s technologií ELISA.

**Odpověď na dotaz č. 3**

Zadavatel trvá na požadavku režimu STATIM a provedení vyšetření tzv. po metodách (= více vzorků od více pacientů na jedno vyšetření) a zároveň možnost provádět vyšetření tzv. po pacientech (= možnost provádět více vyšetření od jednoho pacienta najednou), tj. tzv. Random Access Analyzátor.

Dotaz č. 4

4) Je možné integrovanou tiskárnu nahradit samostatnou externí tiskárnou s identickou funkcí?

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 18-07-2023

05
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel