

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98, 100, 102 - Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 5: Centrifugy pro Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

č. rozhodnutí: **3378/2023**

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

ve smyslu § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Odůvodnění rozhodnutí:

Zadavatel ruší zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ „v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv“.

Komise, pověřená zadavatelem, shledala v technické specifikaci administrativní pochybení, které zapříčinilo zúžení okruhu možných účastníků zadávacího řízení. Při zpracování technické specifikace došlo nevědomě k odstranění zvýrazněných slov u parametrů Maximální otáčky **alespoň** 15 000ot./min. a Maximální relativní centrifugační síla centrifugy (RCF) **alespoň** 23 500x g. Tím, že byly odstraněny zvýrazněná slova, byly zadány v technické specifikaci přesné hodnoty, které podstatně ovlivnily okruh možných účastníků zadávacího řízení. Vzhledem ke zjištěnému administrativnímu pochybení v probíhajícím zadávacím řízení, již nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Zadavatel má v úmyslu opětovné vyhlášení veřejné zakázky po úpravě technické specifikace.

V Ústí nad Labem dne: **29-06-2023**

02
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel