



Název veřejné zakázky: **Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici Děčín, o.z., část 2 - Nerezový mobiliář**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3451/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1:

T-6501 - Vozík víceúčelový 2 -podlažní, nerez

V technické specifikaci zadavatel uvádí: rozměry horní desky vozíku cca 70 cm x h55 cm.

Bude zadavatel akceptovat rozměry 74 cm x h54 cm?

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat i navržené řešení.

Dotaz č. 2:

T-6510 - Vozík víceúčelový 2 -podlažní, nerez

V technické specifikaci zadavatel uvádí: velikost plata cca 68 x 55 cm.

Bude zadavatel akceptovat rozměry 74 cm x h54 cm?

Odpověď č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat i navržené řešení

Dotaz č. 3:

T-6530 - Vozík víceúčelový 2-podlažní, nerez

V technické specifikaci zadavatel uvádí: velikost plata cca 70 x 55 cm.

Bude zadavatel akceptovat rozměry 74 cm x h54 cm?

Odpověď č. 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat i navržené řešení.

Dotaz č. 4:

T-6503 - Vozík nemocniční, plato, nerez

V technické specifikaci zadavatel uvádí: velikost plata cca 68 x 50 cm.

Bude zadavatel akceptovat rozměry 74 cm x h54 cm?

Odpověď č. 4:

Ne, zadavatel trvá na ZD.

**Dotaz č. 5:**

T-6505 Vozík nemocniční víceúčelový dvoupodlažní
V technické specifikaci zadavatel uvádí: velikost plata cca 68 x 50 cm.
Bude zadavatel akceptovat rozměry š74 cm x h54 cm?

Odpověď č. 5:

Ne, zadavatel trvá na ZD.

Dotaz č. 6:

T-6519 Stolek dvoupodlažní
V technické specifikaci zadavatel uvádí: rozměry horní desky vozíku cca š70 cm x h55 cm.
Bude zadavatel akceptovat rozměry š74 cm x h54 cm?

Odpověď č. 6:

Ano, zadavatel bude akceptovat i navržené řešení.

Dotaz č. 7:

T-6508 Stolek/vozík instrumentační, 2 police, pojízdný
V technické specifikaci zadavatel uvádí: velikost plata cca 70 x 55 cm.
Bude zadavatel akceptovat rozměry š74 cm x h54 cm?

Odpověď č. 7:

Ano, zadavatel bude akceptovat i navržené řešení.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

18 -07- 2013



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel