



Název veřejné zakázky: **REACT – EU 98 – Endoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s. - Část 3: Endoskopické gastro příslušenství Nemocnice Litoměřice, o.z. a Nemocnice Rumburk, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3448/2023**

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

#### Dotaz:

Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 veřejné zakázky „REACT- EU 98 – Endoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s. – Část 3: Endoskopické gastro příslušenství Nemocnice Litoměřice, o.z. a Nemocnice Rumburk, o.z.“ nově požaduje kompatibilitu se stávajícím systémem. Konkrétně se má jednat o kompatibilitu s videoendoskopy na pracovišti zadavatele 2x CF-H190L, 2x CF-Q165L, 2x GIF-H180J, GIF-Q165, GIF-Q180.

Bude zadavatel akceptovat řešení, kdy uchazeč pro zajištění kompatibility využije některá zařízení ze stávajících endoskopických systémů na pracovišti a začlení je do nabídnutých endoskopických systémů? Například pro zajištění kompatibility mezi nově nabídnutým videoprocесорem Olympus EVIS X1 a videoendoskopy GIF-Q165 (které přímo kompatibilní nejsou) by byl použit stávající videoprocесор.

#### Odpověď:

Zadavatel připouští nabízené řešení při zachování kompatibility se stávajícím systémem.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **17 -07- 2023**

06  
 Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

.....  
**MUDr. Petr Malý, MBA**  
generální ředitel

