



Název veřejné zakázky: **REACT – EU 98 – Defibrilátory pro Krajskou zdravotní, a.s.-  
Část 1 Defibrilátory vyšší třídy a automatické externí  
defibrilátory**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

Evidenční číslo: **3508/2023**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č. 2a technické specifikaci pro část č. 1 požaduje splnění parametru: „Možnost výběru energie defibrilačního výboje v minimálně 25 krocích (v manuálním režimu).“

Účastník by rád zadavateli nabídl defibrilátory, které mají možnost výběru energie defibrilačního výboje v 23 krocích. Účastník má na základě praktických a klinických zkušeností za to, že se jedná o nevýznamnou odchylku od požadavku v technické specifikaci, která nemá žádný negativní vliv na medicínský, ani jiný účel pořizovaných defibrilátorů. Tento rozsah nastavení pro volbu energie je v klinické praxi ověřený a všeobecně uznávaný. Bude zadavatel akceptovat nabídku účastníka s defibrilátory, které mají možnost výběru energie defibrilačního výboje v 23 krocích?

### Odpověď

Zadavatel trvá na možnosti výběru energie defibrilačního výboje v minimálně 25 krocích.

### Dotaz č. 2

Zadavatel v příloze č. 2a technické specifikaci pro část č. 1 požaduje splnění parametru: „Zevní kardiostimulátor vybavený minimálně režimem synchronní a asynchronní kardiostimulace s možností využití samolepících multifunkčních elektrod. Účastník by rád zadavateli nabídl defibrilátory, které mají funkci zevní kardiostimulátor, který je vybavený dvěma provozními režimy:

a) Na vyžádání

b) Fixní

Účastník předpokládá, že pod pojmy, které zadavatel uvádí (synchronní a asynchronní), tak má na mysli režimy fixní a na vyžádání. Je tento předpoklad účastníka správný?

### Odpověď

Zadavatel požaduje přístroj vybavený minimálně režimem synchronní a asynchronní kardiostimulace, kdy v asynchronním režimu jsou generovány impulzy s fixní (zvolenou) frekvencí a v synchronním režimu přístroj snímá srdeční aktivitu a impulzy jsou generovány pouze při nedostatečné nebo chybějící srdeční aktivitě.

V Ústí nad Labem dne:

20 -07- 2023

06  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA  
generální ředitel