



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Dodávka gynekologických křesel s kolposkopem pro Gynekologicko-porodnické oddělení - Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3570/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č. 2 - Technická specifikace - REACT-EU 98 – Dodávka gynekologických křesel s kolposkopem pro Gynekologicko-porodnické oddělení - Nemocnice Teplice, o.z. požaduje „Šířka pracovní plochy sedáku minimálně 60 cm“.

Účastník nabízí gynekologické vyšetřovací křeslo s šířkou pracovní plochy sedáku 55 cm, což je parametr, který splňuje Zadavatelem požadovanou toleranci a ze zkušenosti víme, že tento parametr splňuje Zadavatelem požadovaný medicínský účel.

Bude zadavatel akceptovat gynekologické vyšetřovací křeslo s šířkou pracovní plochy sedáku min. 55 cm?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na znění parametru, který je uveden v technické specifikaci. Zadavatel upozorňuje účastníky, že v tomto případě se jedná o minimální parametr a nevztahuje se tak na něj tolerance $\pm 10\%$ viz odstavec ze zadávací dokumentace.

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah $\pm 10\%$.

Dotaz č. 2

Zadavatel v příloze č. 2 - Technická specifikace - REACT-EU 98 – Dodávka gynekologických křesel s kolposkopem pro Gynekologicko-porodnické oddělení - Nemocnice Teplice, o.z. požaduje „Zatížitelnost minimálně 180 kg“



Účastník nabízí gynekologické vyšetřovací křeslo maximální zatížitelností 150 kg.

Bude zadavatel akceptovat gynekologické vyšetřovací křeslo s maximální zatížitelností 150 kg?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel trvá na parametru, který je uveden v technické specifikaci.

V Ústí nad Labem dne: 20-07-2023

06
 Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel