

**Název
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 3378/2023

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„REACT-EU 98, 100, 102 - Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s. - část 5: Centrifugy pro Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P23V00000145**“
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2023-013508**“

Předmět veřejné zakázky: DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY:

!!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do hlavní části !!!

Dodávka centrifug pro Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. včetně příslušenství. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců.

Cena sjednaná ve smlouvě: 0,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena
smlouva:

Název:

Sídlo:

IČO:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Irelevantní

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího
řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.	Vídeňská 1398/124 14800 Praha 4	25065939	...
2.	Unimed Praha, s.r.o.	Ve Stromkách 41 25250 Vestec	14891344	...
3.	TRIGON PLUS s.r.o.	Západní 93 25101 Čestlice	46350110	...

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
-------	-------	-----

Odůvodnění vyloučení účastníků:
Žádný účastník nebyl vyloučen.

Odůvodnění použití jednacímho řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacímho řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Veřejná zakázka byla rozdělena na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadavatel zrušil zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ „v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv“.

Komise, pověřená zadavatelem, shledala v technické specifikaci administrativní pochybení, které zapříčinilo zúžení okruhu možných účastníků zadávacího řízení. Při zpracování technické specifikace došlo nevědomě k odstranění slova "alespoň" u parametrů Maximální otáčky 15 000ot./min. a Maximální relativní centrifugační síla centrifugy (RCF) 23 500x g. Tím, že bylo u těchto parametrů odstraněno slovo "alespoň", byly zadány v technické specifikaci přesné hodnoty, které podstatně ovlivnily okruh možných účastníků zadávacího řízení. Vzhledem ke zjištěnému administrativnímu pochybení v probíhajícím zadávacím řízení, již nebylo možné po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

V Ústí nad Labem dne 21.07.2023