

Název veřejné zakázky: **Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici Chomutov, o.z, část 1 - Zásuvkové vozíky a speciální nerezové vybavení**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3494/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

U položky T-6507 je požadováno rozdělení zásuvek odspodu 2x ½ zásuvka cca 30 cm, 4x ½ zásuvka cca 25 cm, 1 x cca 20 cm. Vzhledem k tomu, že výrobce má standardně součet výšek zásuvek 75 a 80 cm a vzhledem k požadované výšce vozíku, máme níže uvedený dotaz. bude zadavatel akceptovat uspořádání 2 x ½ zásuvka 30, 4 x ½ zásuvka 150 cm, 1 x 15 cm?

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat i navrhované řešení rozložení zásuvek se změnou výšky vozíku.

Dotaz č. 2:

U položky T-6507 je požadován drátěný koš 80 x 15 x 10 cm. Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo najít výrobce či dodavatele koše takového rozměru, máme níže uvedený dotaz. bude zadavatel akceptovat nerezový koš o rozměru 575 x 280 x 135 mm, případně se sešíkmenými boky?

Odpověď č. 2:

Zadavatel bude akceptovat i navrhované řešení rozměrů drátěného koše.

Dotaz č. 3:

U položky T6507 je uvedeno: nerez odpadkový koš. bude zadavatel akceptovat plastový koš s magnetickým uchycením, uzavíratelný víkem?

Odpověď č. 3:

Zadavatel bude akceptovat i navrhované řešení odpadkového koše.

Dotaz č. 4:

U položky T-6528 je požadováno rozdělení zásuvek odspodu cca 20 cm, 3 x cca 15 cm, 1 x cca 10 cm. Vzhledem k tomu, že výrobce má standardně součet výšek zásuvek 75 a 80 cm a vzhledem k požadované výšce vozíku, máme níže uvedený dotaz. bude zadavatel akceptovat uspořádání výšek zásuvek 20, 15, 15, 15, 10 cm?

Odpověď č. 4:

Zadavatel nerozumí dotazu, účastník navrhuje stejné rozložení zásuvek jako je uvedené v zadávací dokumentaci. Zadavatel bude akceptovat změnu výšky vozíku akcentující požadované rozložení výšky zásuvek.

Dotaz č. 5:

U položky T-6504 je požadováno rozdělení zásuvek odspodu 1 x cca 20 cm, 3 x cca 15 cm. Vzhledem k tomu, že výrobce má standardně součet výšek zásuvek 75 a 80 cm a vzhledem k požadované výšce vozíku, máme níže uvedený dotaz. bude zadavatel akceptovat uspořádání výšek zásuvek 2 x 20, 2 x 15 cm?

Odpověď č. 5:

Zadavatel nerozumí dotazu. Uchazeč uvádí, že má standardně součet výšek zásuvek 75 a 80 cm. Nabízená varianta má ale součet 70 cm. Zadavatel opravuje výšku spodní zásuvky z 20 cm na 30 cm. Uspořádání zásuvek tedy bude odspodu 1x cca 30 cm, 3x cca 15 cm se současnou změnou výšky vozíku.

Dotaz č. 6:

U položky T-6510 je požadováno rozdělení zásuvek odspodu 1 x cca 30 cm, 1 x cca 20 cm, 1 x cca 15 cm, 1 x cca 10 cm. Vzhledem k tomu, že výrobce má standardně součet výšek zásuvek 75 a 80 cm a vzhledem k požadované výšce vozíku, máme níže uvedený dotaz. bude zadavatel akceptovat uspořádání výšek zásuvek 1 x 30, 1 x 20 cm, 2 x 15 cm?

Odpověď č. 6:

Zadavatel v případě výšek zásuvek trvá na původním znění zadávací dokumentace. Zadavatel bude akceptovat změnu výšky vozíku akcentující požadované rozložení výšky zásuvek.

Dotaz č. 7:

U položky T-6525 je požadováno rozdělení zásuvek odspodu cca 20 cm, 3 x cca 15 cm, 1 x cca 10 cm. Vzhledem k tomu, že výrobce má standardně součet výšek zásuvek 75 a 80 cm a vzhledem k požadované výšce vozíku, máme níže uvedený dotaz. Bude zadavatel akceptovat uspořádání výšek zásuvek 20, 15, 15, 15, 10 cm?

Odpověď č. 7:

Zadavatel v případě výšek zásuvek trvá na původním znění zadávací dokumentace. Zadavatel bude akceptovat změnu výšky vozíku akcentující požadované rozložení výšky zásuvek.

Dotaz č. 8:

Bude zadavatel akceptovat u položek T6504, T6507, T6510, T6528, T6529, T2001 a T6525 šroubovaný korpus vozíků při zachování vysoké tuhosti po celou dobu životnosti vozíků?

Odpověď č. 8:

Zadavatel u předmětu plnění požaduje technické provedení, které je vhodné pro nejnáročnější zdravotnické provozy a umožňuje snadnou čistitelnost a dezinfekci. Zadavatel nebude akceptovat žádné na povrchu viditelné šrouby a matky, které jsou obtížně dezinfikovatelné. Pokud účastník nabízí provedení šroubovaného korpusu, toto zadavatel bude akceptovat při zachování požadavku na

technické provedení konstrukce bez děr, záhybů či jiných otvorů vytvářejících obtížně dezinfikovatelné prostory.

Dotaz č. 9:

Položka T-6507

U této položky je požadováno rozdělení zásuvek odspodu 2 x ½ zásuvka cca 30 cm, 4 x ½ zásuvka cca 25 cm, 1 zásuvka 20 cm. Vzhledem k tomu, že výrobce má standardně součet výšek zásuvek 75 a 85 cm, máme následující dotaz.

Bude zadavatel akceptovat uspořádání 2 x ½ zásuvka 30 cm + 4 x ½ zásuvka 25 cm + 1 x 20 cm?

Odpověď č. 9:

Zadavatel nerozumí dotazu. Účastník nabízí řešení zásuvek shodné s tím, jaké je uvedeno v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 10:

Položka T-6507

Požadavek: 1 x drátěný koš 80x15x10 cm.

Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo najít výrobce koše tohoto rozměru, máme následující dotaz:

Bude zadavatel akceptovat nerezový koš o rozměru 575x280x135 mm?

Odpověď č. 10:

Zadavatel bude akceptovat i navrhované řešení rozměrů drátěného koše.

Dotaz č. 11:

Položka T-6528

Požadavek: výška 105 cm. Při zachování požadovaného uspořádání zásuvek (1 x 10 cm, 3 x 15 cm, 1 x 20 cm) náš standardní vozík má výšku 98 cm (výška pracovní plochy).

Bude zadavatel akceptovat výšku 98 cm?

Odpověď č. 11:

Zadavatel bude akceptovat i navrhovanou výšku vozíku (pracovní plochy).

Dotaz č. 12:

Položka T-6504

U této položky je požadováno rozdělení zásuvek 1 x cca 15 cm, 2 x cca 15 cm, 1 x cca 20 cm. Vzhledem k tomu, že výrobce má standardně součet výšek zásuvek 75 a 85 cm, máme následující dotaz.

Bude zadavatel akceptovat uspořádání 1 x 15 cm, 2 x 15 cm, 1 x 30 cm?

Odpověď č. 12:

Zadavatel bude akceptovat navrhované uspořádání výše zásuvek.

Dotaz č. 13:

Položka T-6510

Požadavek: výška 105 cm. Při zachování požadovaného uspořádání zásuvek (1 x 10 cm, 1 x 15 cm, 1 x 20 cm, 1 x 30 cm) náš standardní vozík má výšku 98 cm (výška pracovní plochy).

Bude zadavatel akceptovat výšku 98 cm?

Odpověď č. 13:

Zadavatel bude akceptovat i navrhovanou výšku vozíku (pracovní plochy).

Dotaz č. 14:

Položka č. T-6529

Požadavek: výška 120 cm

Při zachování požadovaného uspořádání zásuvek (1 x 15 cm, 1 x 15 cm, 3 x 15 cm) náš standardní vozík má výšku 98 cm (výška pracovní plochy).

Další varianta by byla výška 108 cm, ale v tomto případě by se změnilo uspořádání zásuvek na 1 x 15 cm, 1 x 15 cm, 1 x 15 cm, 2 x 20 cm.

Bude zadavatel akceptovat jedno z uvedených řešení?

Odpověď č. 14:

Zadavatel bude akceptovat změnu výšky vozíku při zachování dělení zásuvek dle zadávací dokumentace.

Dotaz č. 15:

Bude zadavatel akceptovat u položek 6507, 6528, 6504, 6510, 6529, 2001, 6525 šroubovaný korpus vozíku při zachování vysoké tuhosti po celou dobu životnosti vozíků?


Odpověď č. 15:

Zadavatel u předmětu plnění požaduje technické provedení, které je vhodné pro nejnáročnější zdravotnické provozy a umožňuje snadnou čistitelnost a dezinfekci. Zadavatel nebude akceptovat žádné na povrchu viditelné šrouby a matky, které jsou obtížně dezinfikovatelné. Pokud účastník nabízí provedení šroubovaného korpusu, toto zadavatel bude akceptovat při zachování požadavku na technické provedení konstrukce bez děr, záhybů či jiných otvorů vytvářejících obtížně dezinfikovatelné prostory.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

24-07-2013



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti