



Název veřejné zakázky: **REACT – EU 98 – Defibrilátory pro Krajskou zdravotní, a.s.-
Část 2 Defibrilátory nižší třídy**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**
Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**
Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
Evidenční číslo: **3508/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci část 2 Defibrilátory nižší třídy – Defibrilátory s možností externí kardiostimulace požaduje: Výboj s bifázickým průběhem vlny s nastavitelnou energií 1 – 360 J. Většina světových výrobců defibrilátorů vyrábí defibrilátory s bifázickým výbojem o maximální výši 200 J. Velikost bifázického výboje 200 J je dle studií šetrnější pro pacienta a se srovnatelným efektem jako defibrilátor s výbojem 360 J. Bude zadavatel akceptovat bifázický defibrilátor s nastavitelnou energií v rozsahu 1 - 200 J?

Odpověď

Zadavatel akceptuje nabízené řešení

Dotaz č. 2


Zadavatel v technické specifikaci část 2 Defibrilátory nižší třídy – Defibrilátory s možností externí kardiostimulace požaduje: Provoz přístroje na baterii alespoň 5 hodin. Takto stanovený parametr nepodchycuje různé provozní režimy defibrilátoru - monitorace, defibrilace, stimulace případně jejich kombinace při provozu na baterii. Bude zadavatel akceptovat nabídku defibrilátoru, který umožní s plně nabitou baterií provést 100 cyklů nabití a výboj s maximální energií?

Odpověď

Zadavatel akceptuje nabízené řešení

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 26 -07- 2023

02  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel