



Název veřejné zakázky: **Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní a.s. -Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. - vybavení COS a anestezie, Část 2 – Zásuvkové vozíky a nerezový mobiliář**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3511/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

Poz.4, Poz.5., Poz.8. a Poz.9.

Požadavek: plato s prolisem 1,2 cm

Prosíme zadavatele o informaci, zda akceptuje takové řešení, kde je nerezové plato zapuštěno do nerezového rámu a tím je vyvýšený okraj zaručen.

Odpověď č. 1:

Ne, zadavatel požaduje prolis, který umožňuje odebírat nástroje do boku tzv. přes prolis a zároveň jsou zabezpečeny proti spadnutí přes okraj. Toto řešení také umožňuje snadnou dezinfekci celé plochy bez ostrých okrajů, popř. spár. Zapuštěné nerezové plato tuto funkci neplní.

Dotaz č. 2:

Poz.15, Poz.16, Poz.18, Poz.19 a Poz.20

Prosíme zadavatele o informaci, zda vyžaduje u těchto vozíků jednoplášťový nebo dvouplášťový korpus.

Odpověď č. 2:

Zadavatel požaduje provedení, které je vhodné pro nejnáročnější zdravotnické provozy a umožňuje snadnou čistitelnost a dezinfekci. Zadavatel nebude akceptovat žádné na povrchu viditelné šrouby a matky, které jsou obtížně dezinfikovatelné. Zadavatel za účelem umožnění účasti co nejširšímu okruhu dodavatelů nepředepisuje jakým konkrétním způsobem tohoto požadavku dosáhnout.

Dotaz č. 3:

Poz. 15, Poz.18, Poz.19 a Poz. 20.

Požadavek na zásuvky: 6+12+12+12+20 cm.

Akceptuje zadavatel uspořádání zásuvek 10+15+15+15+20 cm?

Odpověď č. 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto provedení

Dotaz č. 4:

Poz.16.

Požadavek na zásuvky: 12+12+20+20 cm.

Akceptuje zadavatel uspořádání zásuvek 15+20+20+20 cm?

Odpověď č. 4:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto provedení

Dotaz č. 5:

Požadavek: Madla zásuvek s barevným rozlišením

Akceptuje zadavatel kovové madlo bez barevného rozlišení?

Odpověď č. 5:

Ano, zadavatel bude akceptovat kovové nerez madlo.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

01-08-2013

02

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti