

Příloha č. 2 - Technická specifikace**Stojany na misky s ohřevem****Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:**

Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

Pro ohřev aplikačních roztoků při operačních zákrocích na požadovanou teplotu.

Umístění na operačních sálech.

Rozsah regulace teploty min. 30° – 80°C s možností digitálního nastavení po min. 10° st.

Zobrazení teploty.

Světelná a zvuková signalizace pro kontrolu proti přehřátí.

Stojan z nerezové oceli s možností manuálního nastavení výšky min. 900 – 1200 mm.

Základna s pěti antistatickými kolečky dmin. 50 mm, z toho min. dvě brzděná.

Součástí je varná nerezová miska o min. objemu 4l.

Elektrické napájení: 230V/50Hz.

Příkon min. 1000W.

Součástí zemnicí kabel k připojení.

Další a zvláštní požadavky

Zajištění pozáručního servisu po uplynutí záruční doby: **72 měsíců**

