



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 100 – Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s. - Centrifugy pro Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., II.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3555/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Zdvořile žádáme o poskytnutí dodatečných informací k VZ **REACT-EU 100 – Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s. - Centrifugy pro Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., II.**

V rámci požadavků na minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti je uvedeno:

Centrifuga chlazená

- **3 snadno vyměnitelné rotory:**
 - 1 x rotor s fixním úhlem s víkem pro minimálně 24 zkumavek o objemu 2 ml
 - 1x výkyvný rotor na mikrotitrační destičky
 - 1x výkyvný rotor pro objemy 10-50 ml

Centrifuga nechlazená

- **Součástí dodávky každé centrifugy je/jsou:**
 - Čtyřmístný výkyvný rotor umožňující centrifugaci s RCF alespoň 3000x g a RPM nejméně 4 000/min
 - Adaptéry pro minimálně 20 zkumavek á 7 ml (Vaccutainer) a pro mikrozkušavky á 1,5 ml
 - Výkyvný rotor umožňující centrifugaci mikrotitračních destiček s RMP nejméně 4000/min



Rádi bychom nabídli centrifugy osazené výkyvným rotorem, který je vybaven příslušenstvím umožňujícím splnění všech výše požadovaných parametrů (kapacity zkumavek a možnost centrifugovat mikrotitrační destičky, požadované RCF a RPM). V případě centrifugy chlazené by byl požadavek splněn počtem 2 rotorů na centrifugu a u centrifugy nechlazené počtem 1 rotoru na centrifugu.

Z praktického hlediska by uživatel chlazené centrifugy používal 2 rotory (1 s fixním úhlem a 1 výkyvný) místo 3, u nechlazené centrifugy by nebylo třeba měnit rotor.

Bude zadavatel akceptovat toto technické řešení, které je ve výsledku uživatelsky výhodnější?


Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat i nabízené řešení.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 07-08-2013

02

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti