

Dotaz č. 1:

Zadavatel v části REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 3. - Laparoskopická sestava, Nemocnice Most, o.z. v části Kamerová jednotka požaduje „Obsahuje integrovanou funkci pro 3D zobrazování nebo možnost budoucí rozšíření o zobrazování 3D bez nutnosti dokupování dalšího modulu věže – pouze softwarový update“.

Jedná se o parametr, který zásadním způsobem omezuje okruh potencionálních dodavatelů, přičemž žádná z poptávaných komponent nyní ani v budoucnu neumožní 3D zobrazení (monitor, kamerová hlava, Laparoskopická optika 1, Laparoskopická optika 2, Laparoskopická optika 3). Účastník se proto domnívá, že požadavek Zadavatele není v souladu s §6 ZZVZ, když požadovaný parametr podstatným způsobem omezuje potencionální okruh uchazečů, přičemž ho nelze v praxi využít a investice pro jeho využití (3D videolaparoskop, monitor, 3D kamerová hlava), dle informací dostupných v registru smluv, přesahují 50 % předpokládané ceny předmětu této VZ.

Na základě výše uvedeného účastník sestavil následující dotaz: bude Zadavatel v souladu se ZZVZ zejména §6 akceptovat nabídku kamerové jednotky bez 3D modulu s možností rozšíření o 3D kamerovou (hardwarovou) jednotku, která je propojitelná s nabízenou jednotkou?

Dotaz č. 2:

Zadavatel v části REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 3. - Laparoskopická sestava, Nemocnice Most, o.z. v části Kamerová hlava požaduje „podpora technologie NIR/ICG zobrazení viz požadavek u kamerové jednotky“. Účastník nabízí kamerovou jednotku s podporou této modality s připojitelnou kamerovou hlavou s nativním 4K rozlišením a připojitelnou ICG kamerovou hlavou s výstupním rozlišením ve 4K, kdy tohoto rozlišení je docíleno algoritmem kamerové jednotky.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku kamerové hlavy s podporou ICG s výstupním rozlišením ve 4K, případně nabídku 4K kamerové hlavy bez této modality při zachování ostatních parametrů?

Dotaz č. 3:

Zadavatel v části REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 3. - Laparoskopická sestava, Nemocnice Most, o.z. v části Zdroj světla požaduje Karusel pro připojitelnost světlovodných kabelů různých výrobců – minimálně Olympus a Storz“.

Bude Zadavatel akceptovat dodání přechodek pro výrobce Olympus a Storz na místo karuselu?

Dotaz č. 4:

Zadavatel v části REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 3. - Laparoskopická sestava, Nemocnice Most, o.z. v části Insuflační jednotka požaduje „Automatická evakuace (přetlakem či podtlakem) elektrochirurgického kouře řízená elektrochirurgickou koagulací (při aktivaci elektrochirurgického režimu), extrahovaný plyn musí být před vypuštěním do volného prostoru filtrován přes HEPA filtr – požadavek je možné řešit i samostatnou jednotkou“.

Bude Zadavatel akceptovat insuflační jednotku s aktivním odsáváním kouře, které funguje autonomně bez nutnosti propojení s HF jednotkou, které převyšuje původní požadavek Zadavatele?