

**Objednávka 2600151098**

Datum objednávky 09.08.2023

**Medisap, s.r.o.**  
**Na Rovnosti 2244/5**  
**130 00 Praha 3**

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.  
 Sociální péče 3316/12A  
 401 13 Ústí nad Labem

Vaše číslo dodavatele u nás  
 1000046

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.  
 Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.z.  
 Sociální péče 3316/12A  
 401 13 Ústí nad Labem

Termín dodávky: 31.08.2023

Dodávka pro KAPIM JIP3

**Fakturujte se splatností 60 dnů!**

**Měna CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	period. BTK Jedn.výkon	136.604,16	136.604,16

Objednáváme u Vás periodické BTK 74 ks přístrojů zdravotnické techniky, dle přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí objednávky.

Na termínech provedení BTK se prosím dohodněte s odpovědnými osobami, uvedenými v seznamu, který je součástí objednávky. Dohoda termínu je nutná.

Součástí fakturace za provedené BTK budou vyhotovené příslušné protokoly, určené k archivaci, které musí být přílohou faktury. Dále požadujeme provést stručné zápisy do Provozních deníků přístrojů.

Uvedená cena vychází z cenové nabídky. V případě, že by fakturovaná částka měla tuto cenu významně překročit, požadujeme předem Vaši cenovou kalkulaci.

, 136.604,20

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněn.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [redacted]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

	Inv.č.	Výr.č.	Název		Umístění
1	210003534-1	DTR47014232	Display k monitoru B 50	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
2	210003535-1	DTR47014241	Display k monitoru B 50	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
3	210003536-1	DTR47014235	Display k monitoru B 50	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
4	210003537-1	DTR47014239	Display k monitoru B 50	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
5	210003538-1	DTR47014231	Display k monitoru B 50	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
6	210003539-1	DTR45013995	Display k monitoru B 50	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
7	210003540-1	DTR45014124	Display k monitoru B 50	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
8	210003541-1	DTR45014044	Display k monitoru B 50	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
9	210003542-1	DTR47014240	Display k monitoru B 50	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
10	210003543-1	DTR47014237	Display k monitoru B 50	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
11	210003544-1	DTR47014229	Display k monitoru B 50	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
12	210003545-1	DTR45014024	Display k monitoru B 50	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
13		SGS20460115HA	E-BIS		KAPIM - JIP3- 2510002001
14		SGS20460116HA	E-BIS		KAPIM - JIP3- 2510002001
15		8502802	E-miniC		KAPIM - JIP3- 2510002001
16	210003561	SPE18140008SA	IUNITY NETWORK ID V8 (komunikace s jinými p		KAPIM - JIP3- 2510002001
17	210003532-4	8520699	Modul KAPNO E-miniC (CO2)	(IINUL)	KAPIM - JIP3 - 2510002001
18	210003546-6	SGQ18120005HA	Modul E-SCOVX	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
19	210003523-4	8520728	Modul KAPNO E-miniC (CO2)	(IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
20	210003530-4	8520763	Modul KAPNO E-miniC (CO2)	(IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
21	210003535-4	8519704	Modul KAPNO E-miniC (CO2)	(IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
22	210003546-4	8520718	Modul KAPNO E-miniC (CO2)	(IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
23	210003527-4	8520725	Modul KAPNO E-miniC (CO2)	(IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
24	210003528-4	8520793	Modul KAPNO E-miniC (CO2)	(IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
25	210002924-1	7210192	Modul KAPNO E-miniC (CO2)	(IOP3)	KAPIM - JIP3 - 2510002001
26	210002925-1	7210194	Modul KAPNO E-miniC (CO2)	(IOP3)	KAPIM - JIP3 - 2510002001
27	není v SAP	SA315417714GA	Modul PDM		KAPIM - JIP3 - 2510002001
28	není v SAP	SA315417711GA	Modul PDM		KAPIM - JIP3- 2510002001

29	210003529-3	SA318150486SA	Modul PDM	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
30	210003530-3	SA318150685SA	Modul PDM	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
31	210003537-3	SA318110128SA	Modul PDM	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
32	210003546-3	SA318150691SA	Modul PDM	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
33	210003555-1	SA318150415SA	Modul PDM	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
34	210003523-3	SA318150678SA	Modul PDM	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
35	210003527-3	SA318150392SA	Modul PDM	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
36	210003539-3	SA318110137SA	Modul PDM	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
37	210003540-3	SA318150181SA	Modul PDM	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
38	210003553-1	SA318150732SA	Modul PDM	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
39	210003542-3	SA318100701SA	Modul PDM	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
40	210004085	8802517	<b>Modul pro monitor Carescape - CO2</b>		KAPIM - JIP 3 - 2510002001
41	210004086	8802518	<b>Modul pro monitor Carescape - CO2</b>		KAPIM - JIP 3 - 2510002001
42	210004087	8802586	<b>Modul pro monitor Carescape - CO2</b>		KAPIM - JIP 3 - 2510002001
43	210004164	SJC20440016HA	<b>Modul pro monitor Carescape - Perif. stim. NMT</b>		KAPIM - JIP 3 - 2510002001
44	210004165	SJC20470030HA	<b>Modul pro monitor Carescape - Perif. stim. NMT</b>		KAPIM - JIP 3 - 2510002001
45	210004166	SJC20470031HA	<b>Modul pro monitor Carescape - Perif. stim. NMT</b>		KAPIM - JIP 3 - 2510002001
46	210004167	SJC20470032HA	<b>Modul pro monitor Carescape - Perif. stim. NMT</b>		KAPIM - JIP 3 - 2510002001
47	210004168	SJC20470033HA	<b>Modul pro monitor Carescape - Perif. stim. NMT</b>		KAPIM - JIP 3 - 2510002001
48	210003534-2	SEG18070082HX	Modulový box 5 míst	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
49	210003535-2	SEG18070074HX	Modulový box 5 míst	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
50	210003536-2	SEG18070081HX	Modulový box 5 míst	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
51	210003537-2	SEG18070080HX	Modulový box 5 míst	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
52	210003538-2	SEG18070079HX	Modulový box 5 míst	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
53	210003539-2	SEG18070078HX	Modulový box 5 míst	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
54	210003545-2	SEG18070083HX	Modulový box 5 míst	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
55	210003540-2	SEG18070077HX	Modulový box 5 míst	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
56	210003541-2	SEG18070084HX	Modulový box 5 míst	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
57	210003542-2	SEG18070076HX	Modulový box 5 míst	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
58	210003543-2	SEG18070073HX	Modulový box 5 míst	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
59	210003544-2	SEG18070075HX	Modulový box 5 míst	(INUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
60	210003549	SNE18140124HA	Monitor živ. f. CARESCAPE B 450	(IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001

61	210002926	SJA14484584HA	Monitor živ. f. CARESCAPE B 450 (IOP3)	KAPIM - JIP3- 2510002001
62	210003541	SNR18150012HA	Monitor živ. f. CARESCAPE B 850 (IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
63	210003534	SNR18150016HA	Monitor živ. f. CARESCAPE B 850 (IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
64	210003535	SNR18150017HA	Monitor živ. f. CARESCAPE B 850 (IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
65	210003536	SNR18150023HA	Monitor živ. f. CARESCAPE B 850 (IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
66	210003537	SNR18150014HA	Monitor živ. f. CARESCAPE B 850 (IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
67	210003538	SNR18150022HA	Monitor živ. f. CARESCAPE B 850 (IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
68	210003539	SNR18150021HA	Monitor živ. f. CARESCAPE B 850 (IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
69	210003540	SNR18150018HA	Monitor živ. f. CARESCAPE B 850 (IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
70	210003542	SNR18150015HA	Monitor živ. f. CARESCAPE B 850 (IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
71	210003543	SNR18150024HA	Monitor živ. f. CARESCAPE B 850 (IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
72	210003544	SNR18150025HA	Monitor živ. f. CARESCAPE B 850 (IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
73	210003545	SNR18150019HA	Monitor živ. f. CARESCAPE B 850 (IINUL)	KAPIM - JIP3- 2510002001
74	210003557	SKN18140040SA	Stanice centrální - monitor CARESCAPE CSCS-2	KAPIM - JIP3- 2510002001



<p>DODAVATEL IČ 48029360 DIČ CZ48029360 medisap,s.r.o.</p> <p>130 00 Praha 3</p> <p>Tel.: 225001511 Fax: 225001522</p>	<p>Objednávka zákazníka Ze dne Servisní smlouva č.: Kontaktní osoba Tel.</p>
<p>Code 01-3-0001242 Typ výkazu Periodická prohlídka</p>	<p>ZÁKAZNÍK : IČO : 25488627 DIČ : CZ25488627 Krajská zdravotní, a.s.</p> <p>Sociální péče 3316/12a 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa</p>

**ZAŘÍZENÍ**

Centrální monitor CSCS-2  
 Displej 19" medical grade k B 850  
 Displej 19" medical grade k B 850  
 Displej 19" medical grade k B 850  
 Displej 19" medical grade k B 850  
 Displej 19" medical grade k B 850  
 Displej 19" medical grade k B 850  
 Displej 19" medical grade k B 850  
 Displej 19" medical grade k B 850  
 Displej 19" medical grade k B 850  
 Displej 19" medical grade k B 850  
 Displej 19" medical grade k B 850  
 Displej 19" medical grade k B 850  
 F5 Frame  
 F5 Frame  
 F5 Frame  
 F5 Frame  
 F5 Frame  
 F5 Frame  
 F5 Frame  
 F5 Frame  
 F5 Frame  
 F5 Frame  
 F5 Frame  
 F5 Frame  
 F5 Frame  
 F5 Frame  
 Modul E-BIS  
 Modul E-BIS  
 Modul E-COP  
 Modul E-miniC  
 Modul E-miniC  
 Modul E-miniC  
 Modul E-miniC  
 Modul E-miniC  
 Modul E-miniC  
 Modul E-miniC  
 Modul E-miniC  
 Modul E-miniC  
 Modul E-miniC  
 Modul E-miniC  
 Modul E-miniC  
 Modul E-NMT  
 Modul E-NMT  
 Modul E-NMT  
 Modul E-NMT  
 Modul E-NMT  
 Modul PDM  
 Modul PDM  
 Modul PDM  
 Modul PDM  
 Modul PDM

v.č.  
 SKN18140040SA  
 DTR45013995  
 DTR45014024  
 DTR45014044  
 DTR45014124  
 DTR47014229  
 DTR47014231  
 DTR47014232  
 DTR47014235  
 DTR47014237  
 DTR47014239  
 DTR47014240  
 DTR47014241  
 SEG18070073HX  
 SEG18070074HX  
 SEG18070075HX  
 SEG18070076HX  
 SEG18070077HX  
 SEG18070078HX  
 SEG18070079HX  
 SEG18070080HX  
 SEG18070081HX  
 SEG18070082HX  
 SEG18070083HX  
 SEG18070084HX  
 SGS20460115HA  
 SGS20460116HA  
 SGQ18120005HA  
 7210192  
 7210194  
 8502802  
 8519704  
 8520699  
 8520718  
 8520725  
 8520728  
 8520763  
 8520793  
 8802517  
 8802518  
 8802586  
 8803003  
 SJC20440016HA  
 SJC20470030HA  
 SJC20470031HA  
 SJC20470032HA  
 SJC20470033HA  
 SA315417711GA  
 SA315417714GA  
 SA318100701SA  
 SA318110128SA  
 SA318110137SA

Modul PDM	SA318150181SA
Modul PDM	SA318150392SA
Modul PDM	SA318150415SA
Modul PDM	SA318150486SA
Modul PDM	SA318150678SA
Modul PDM	SA318150685SA
Modul PDM	SA318150691SA
Modul PDM	SA318150732SA
Monitor B 450	SJA14484584HA
Monitor B 450	SNE18140124HA
Monitor B 850 v3	SNR18150012HA
Monitor B 850 v3	SNR18150014HA
Monitor B 850 v3	SNR18150015HA
Monitor B 850 v3	SNR18150016HA
Monitor B 850 v3	SNR18150017HA
Monitor B 850 v3	SNR18150018HA
Monitor B 850 v3	SNR18150019HA
Monitor B 850 v3	SNR18150021HA
Monitor B 850 v3	SNR18150022HA
Monitor B 850 v3	SNR18150023HA
Monitor B 850 v3	SNR18150024HA
Monitor B 850 v3	SNR18150025HA
UNITY ID	SPE18140008SA

**POPIS ZÁVADY/OBJEDNANÉ PRÁCE**  
**PBTK KAPIM JIP3**

Předpokládaná cena opravy	0,00
---------------------------	------

**POPIS PRÁCE**

Provedeny periodické bezpečnostní technické kontroly dle výrobce a v souladu se zákonem 375/2022 Sb. v platném znění viz. protokoly.

E-miniC (8520793, 7210192 a 8520718): vyhovuje s doporučením - hlučná pumpa  
 Displej 19" k B 850 (DTR45014024): vyhovuje s doporučením; Vodorová čára přes display  
 Modul PDM (SA318150685SA): Únik tlaku z okruhu NIBP, zkalibrovat ani měřit - převzato na opravu  
 E-miniC (8520793): Hlučná pumpa a poškozená fixace modulu - převzato na opravu

PBTK protokoly je možné stáhnout z úložiště  
[www.btk-protokoly.cz](http://www.btk-protokoly.cz)

**PROVEDENÉ PRÁCE, POUŽITÝ MATERIÁL A DALŠÍ NÁKLADY**

kat.číslo	název	množství MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
9998-PM-Central	Periodická kontrola centrální stanice monitorů	1,00 prohl	3 900,00	3 900,00
9998-PM-Mon+Gas	Periodická kontrola monitoru s plynovým analyzátozem	2,00 prohl	3 100,00	6 200,00
9998-PM-Modul+GAS	Periodická kontrola modulárního monitoru vč. GAS modulu	12,00 prohl	4 100,00	49 200,00
9998	Videoredukce B850 V3 (2093022-001)	1,00 ks	890,00	890,00
733382-HEL-S	Hadička vzorkovací Nafion tube 300 mm	14,00 ks	3 529,00	49 406,00
9998-1	Dopravné	200,00 počet	16,50	3 300,00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>112 896,00</b>
<b>Materiál bez DPH</b>				<b>50 296,00</b>

**ZÁVĚR OPRAVY**

Zařízení je schopné bezpečného provozu.

*J DPH 136 604,16*