

Název veřejné zakázky: **REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 4. - Endoskopická sestava, Nemocnice Litoměřice, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 400 11, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo ve VVZ: **Z2023-031180**

Vysvětlení zadávací dokumentace, změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora nadepsané veřejné zakázce zadavatel níže uvádí shrnutí dotazu a přijatá opatření v podobě úpravy zadávací dokumentace. Zadavatel rovněž rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o pět (5) pracovních dní, tj. do 14.7.2023.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz

„Zadavatel v technické specifikaci k části 4. – Endoskopická sestava, Nemocnice Litoměřice, o.z. u kamerové hlavy – zalamovací požaduje:

- *Zalomitelná optika respektive objektiv do 90° oproti tělu kamery při použití s resektoskopem*
 - *Přestavitelná do přímého směru – úhel 0°*

Uchazeč disponuje lomenou kamerovou hlavou s očníkovým adaptérem v 90° oproti tělu kamerové hlavy s možností rotace okuláru v ose těla kamerové hlavy minimálně o 270° a rotací zafixovaného endoskopu o 360° bez nutnosti otáčení celého těla kamerové hlavy. Jedná se o obdobné technické řešení využívané především pro napojení na resektoskopy. Bude zadavatel akceptovat námi nabízenou lomenou kamerovou hlavu pro resektoskopy při zachování ostatních požadovaných parametrů?“

Odpověď

K dotazům uvedl zadavatel následující.

Zadavatel upravuje stávající požadavek z:

"Zalomitelná optika respektive objektiv do 90° oproti tělu kamery při použití s resektoskopem - Přestavitelná do přímého směru – úhel 0°"

na

"Lomená kamerová hlava jejíž objektiv (respektive osa směru pohledu) s tělem kamery musí svírat úhel spadající do rozsahu 80° až 90°"

Zadavatel se s ohledem na výše uvedené rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentaci činila nejméně celou svou původní délku v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ, a stanovil novou lhůtou pro podání nabídek do 15. 9. 2023 do 15:00 hodin.

V Ústí nad Labem dne: 11.8.2023

Mgr. Michal Kubiš

Externí administrátor

