

Název veřejné zakázky: **Dodávky chladicích a mrazicích zařízení pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3522/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

pokud jsou lednice nebo mrazáky v souladu s DIN 13277, nemají nastavitelný rozsah teplot. Teplota je pevně nastavena tak, aby nedošlo k poškození uloženého materiálu. U lednic se jedná o teplotu +5 °C, u mrazáků pak -32 °C, resp. -41 °C. Který požadavek upřednostňujete dodržet v rámci této zakázky-dle normy DIN nebo rozsah teplot?


Odpověď č. 1:

Požadavek na rozsah teplot a DIN 13277 se nevylučuje. Nastavení teploty a její zabezpečení proti změně je možné např. pomocí kódu, kdy tento je znám pouze oprávněné osobě nebo pomocí klíčového spínače. Zadavatel si tedy může teplotu sám pevně nastavit. I sám žadatel uvádí u svých výrobků rozsah teplot a soulad s DIN 13277. Zadavatel trvá na zadávací dokumentaci.

V Ústí nad Labem dne:

18-08-2023

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti