



Název veřejné zakázky: **Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici Chomutov, o.z, část 2 - Nerezový mobiliář**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3495/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1:

T-5431 Stojan na závěsné koše, vč. 6 košů

Požadavek: rozměry stojanu š55 cm x h55 cm x v160 cm

Bude zadavatel akceptovat stojan o rozměru: šířka 60 cm, hloubka 46 cm, výška 178 cm?

Tyto rozměry umožňují použití standardních ISO košů.

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto provedení.

Dotaz č. 2:

T-6542 Stojan na břišní roušky

Požadavek: rozměr stojanu: š80 cm x h48 cm x v110 cm

Bude zadavatel akceptovat stojan o rozměru 83x55x110 cm?

Odpověď č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto provedení.

Dotaz č. 3:

T-6503 Vozík nemocniční víceúčelový dvoupodlažní

Požadavek: 2x plato s prolisem cca 1,2 cm

Bude zadavatel akceptovat plato s prolisem 1,5 cm?

Odpověď č. 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto provedení.

Dotaz č. 4:

T-6503 Vozík nemocniční víceúčelový dvoupodlažní

Požadavek: výška 90 cm

Bude zadavatel akceptovat výšku 96 cm?

Odpověď č. 4:

Ano, zadavatel bude akceptovat toto provedení.

Dotaz č. 5:

T-6540 Vozík přípravný pro sterilizační kontejnery – 1 STJ, nerezový
Zadavatel v popisu položky uvádí, že požaduje nosnost horního plata min. 20 kg a nosnost ližin min. 20 kg. Požadavek na celkovou nosnost je ovšem min. 80 kg. Vidíme tady nesoulad ve specifikaci, celková nosnost by měla být min. 40 kg. Prosíme zadavatele o upřesnění.

Odpověď č. 5:

Vozík přípravný pro sterilizační kontejnery-1STJ zadavatel trvá na nosnosti celého vozíku min. 80 kg. Zadavatel upravuje počet ližin na min. 1 pár ližin. Zadavatel neurčuje celkovou nosnost podle zadaných specifických ploch. Různí výrobci, včetně tazatele mají ve svém výrobním programu vozíky např se spodní policí, nosnost ližin a horní desky bývá také rozdílná. Zadavatel zadává pouze minimální nutné nosnosti funkčních částí a celého vozíku z důvodu technického provedení a stability celého vozíku.

Dotaz č. 6:

T-6541 Vozík přípravný pro sterilizační kontejnery – 2 STJ, nerezový
Zadavatel v popisu položky uvádí, že požaduje nosnost horního plata min. 20 kg a nosnost ližin min. 20 kg. Požadavek na celkovou nosnost je ovšem min. 80 kg. Vidíme tady nesoulad ve specifikaci, celková nosnost by měla být min. 40 kg. Prosíme zadavatele o upřesnění.

Odpověď č. 6:

Vozík přípravný pro sterilizační kontejnery-2STJ zadavatel trvá na nosnosti celého vozíku min. 80 kg. Zadavatel upravuje počet ližin na min. 1 pár ližin. Různí výrobci, včetně tazatele mají ve svém výrobním programu vozíky např se spodní policí, nosnost ližin a horní desky bývá také rozdílná. Zadavatel zadává pouze minimální nutné nosnosti funkčních částí a celého vozíku z důvodu technického provedení a stability celého vozíku.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.


V Ústí nad Labem dne: 21-08-2023

02

**Krajská zdravotní, a.s.**
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627


MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti