


Kupní smlouva

EXRAY s.r.o.

se sídlem: Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí
IČO: 01647580
DIČ: CZ01647580
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209793




(dále jako „**prodávající**“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550



(dále jako „**kupující**“)

spolu jako smluvní strany dnešního dne uzavírají tuto

kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“).

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě veřejné zakázky s názvem:

„**Skiagrafický RTG komplet pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.**“

Účelem této smlouvy je nákup níže uvedeného předmětu koupě a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a dále zajištění oprav a náhradních dílů v záruční době.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem koupě je věc: skiografický RTG komplet (dále i jako "přístroj" nebo "zboží").
2. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Nabídka č. 1231376 ze dne 19.06.2023, která tvoří její nedílnou součást.
3. Předmětem této smlouvy je:
 - *součinností s projektantem a zhotovitelem stavby, vč. účasti na kontrolních dnech stavby pavilonu, ve kterém bude přístroj umístěn,*
 - *nákup zboží,*
 - *doprava zboží do místa plnění,*
 - *montáž zboží,*
 - *instalace zboží,*
 - *uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,*
 - *provedení všech převjímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,*
 - *instruktáž zdravotnických pracovníků kupujícího (dle § 41 odst. 2 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zdravotnických prostředcích“)), včetně vystavení protokolu o instruktáži,*
 - *předání dokladů dle čl. III. této smlouvy,*
 - *záruční servis a pozáruční servis dle ve smlouvě uvedených podmínek,*
 - *likvidace obalového materiálu.*
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.
5. Prodávající se touto smlouvou současně zavazuje, že v případech kdy se nejedná o záruční nebo pozáruční servis dle této smlouvy, zajistí za obvyklou cenu opravu a náhradní díly zboží po dobu jeho životnosti, tj. po dobu 120 měsíců od předání zboží, jejíž zejména cenové podmínky budou upraveny samostatnou smlouvou.

Článek II.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je 4.950.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. Ke kupní ceně dle čl. II. odst. 1. této smlouvy bude připočtena DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena určená postupem podle odst. 1. a 2. tohoto článku je cenou nepřekročitelnou a cenou konečnou zahrnující veškeré plnění dle této smlouvy, tj. jsou v ní zahrnuty i veškeré náklady na plnění podle článku I. odst. 3., s výjimkou pozáručního servisu, jehož úhrada je upravena samostatně v čl. VI. této smlouvy.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím dle této smlouvy
5. Každý daňový doklad (faktura) musí být vystaven v souladu s ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), a vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona o DPH musí splňovat i další náležitosti. A to zejména:
 - identifikační číslo kupujícího a prodávajícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch, kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na smlouvu uvedením názvu smlouvy a dodaného zboží,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu (faktury),
 - soupis příloh,

Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném předání zboží kupujícímu, jak je definováno v čl. III. odst. 2. a 3. smlouvy, a to na základě protokolu o předání zboží

- podepsaného oběma smluvními stranami. Tento protokol o předání zboží musí být přílohou daňového dokladu (faktury).
6. Je-li součástí předmětu plnění této smlouvy poskytnutí licence na užívání software daňový doklad (faktura) musí dále obsahovat všechny náležitosti nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název software, verze software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM, také jejich cenu.
 7. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
 8. V případě, že prodávající uvede v daňovém dokladu (faktuře) jiný bankovní účet, než jím uvedený v záhlaví této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost kupujícího výslovně upozornit (průvodním dopisem k daňovému dokladu (faktuře) o změně čísla účtu nebo červeným vyznačením nového čísla účtu v daňovém dokladu (faktuře)) před splatností svého nároku, který se stává nárokem nesplatným až do doby naplnění uvedené povinnosti prodávajícího. V opačném případě nese prodávající veškeré náklady spojené s opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch jiného, než v záhlaví smlouvy uvedeného bankovního účtu, riziko škod a kupující se v takovém případě nedostává do prodlení.
 9. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím je 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. Prodávající se zavazuje předat či odeslat daňový doklad (fakturu) kupujícímu nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení.
 10. Pokud daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti ve smyslu výše uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu s novou lhůtou splatnosti v délce 30 kalendářních dnů od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury).
 11. Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy okamžik odeslání peněžité platby z bankovního účtu kupujícího na příslušný účet prodávajícího.
 12. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 30.11.2023. O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího **minimálně 7 pracovních dnů předem**. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že kupující je oprávněn výše uvedený termín předání jednostranně posunout, a to i opakovaně, nejdéle však o 6 měsíců od původně stanoveného termínu. O posunutí tohoto termínu se kupující zavazuje prodávajícího informovat nejpozději 3 měsíce před termínem předání. Případné posunutí termínu předání předmětu plnění kupujícímu ve smyslu uvedeného nebude smluvními stranami považováno za prodlení kupujícího s převzetím předmětu plnění, a nebude zakládat žádné právo prodávajícího na náhradu jakékoliv újmy, která by mu případně s takovým posunutím termínu předání předmětu plnění vznikla. Pro případ, že posunutí termínu předání předmětu plnění bude ze strany kupujícího delší než 6 měsíců, bude prodávající oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je: [REDACTED]:

[REDACTED]

Pověřeným zástupcem kupujícího je: [REDACTED]:

[REDACTED] nebo jiný pověřený pracovník OOKC kupujícího.

2. Za předání zboží se považuje:

- a. *dodání zboží na adresu:*

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

U Nemocnice 1

RDG oddělení

405 99 Děčín II,

- b. *montáž zboží,*
 - c. *instalace zboží,*
 - d. *vedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,*
 - e. *provedení všech přijímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,*
 - f. *instruktáž zdravotnických pracovníků kupujícího (dle § 41 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích), včetně vystavení protokolu o instruktáži,*
 - g. *dobání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.), a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona in vitro nebo dle zákona o zdravotnických prostředcích; v případě zboží se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů,*
 - h. *v případě zboží, které je zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazeno jako stanovené měřidlo, případně dodané zboží je zdravotnickým prostředkem s měřicí funkcí, dobání dokladů o prvotní kalibraci či metrologickém ověření,*
 - i. *likvidace obalového materiálu.*
3. Zvláštní požadavky:
- a. je-li předmětem smlouvy i dobání licencí na užívání software, prodávající uvede na daňovém dokladu (faktuře), případně na dodacím listu, k veškerému softwarovému vybavení všech komponent zboží přesnou specifikaci SW – výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent zboží. Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění),
 - b. kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží,
 - c. protokol o předání zboží musí být na straně kupujícího podepsán pracovníkem OOKC, v opačném případě není předání zboží považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.

IV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Týž následek má, nepřevzme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. III. této smlouvy).

V.

Záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí kupujícím:
 - a. nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro kupujícího vyloučily jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran (dále rovněž „právní vady“),

- b. nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě včetně jejích příloh (tj. vlastnosti a specifikace výslovně kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti, které jsou obvykle na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladeny) a dále, že bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží (dále rovněž „faktické vady“).
2. Prodávající odpovídá za vady zboží, jež bude mít zboží v době jeho převzetí kupujícím, za vady zboží vzniklé porušením povinnosti prodávajícího a dále prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby (tj. prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku).
 3. Záruční doba na zboží je **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním zboží. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného zboží zpět kupujícím nebo ode dne, kdy kupující a prodávající písemně potvrdí vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.
 4. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé poškozením zboží způsobeným třetími osobami nebo kupujícím při užívání zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží.
 5. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět servis zboží, tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
 6. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží po celou záruční dobu, a které bylo prodávajícím dodáno spolu se zbožím. Stejně tak poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že kupní cena podle článku II. této smlouvy zahrnuje i cenu (včetně výměny) za tento materiál v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu, přičemž prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a kupující neuhradí prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu anebo dodatečné náklady prodávajícího v souvislosti se servisem zboží.
 7. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovem: sedmi) pracovních dnů poté, kdy kupující vadu zjistil. Vytčení vady musí být oznámeno prodávajícímu telefonicky a následně též po telefonickém nahlášení e-mailem na kontaktní údaje prodávajícího. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: XXXXXXXXXX.
 8. V případě uplatnění odpovědnosti za vady zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od telefonického nahlášení závady prodávajícímu.
 9. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího, pokud je kupujícím dodržen postup dle odst. 7. tohoto článku.
 10. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.
 11. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke vzniku stejné vady na předmětu plnění, která již byla prodávajícím v průběhu záruční doby minimálně 2x odstraněna, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím dodání nového zboží odpovídajícího specifikaci dle této smlouvy. Od dodání nového zboží počne záruční doba běžet od počátku.
 12. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady prodávajícímu splnit, může být prodávajícímu kupujícím písemně poskytnuta delší lhůta pro odstranění vady bez toho, aby se prodávající dostal v průběhu poskytnuté delší lhůty na odstranění vady do prodlení s jejím odstraněním. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí delší lhůty pro odstranění vady, stejně tak jako o její délce, rozhoduje kupující.
 13. Prodávající se též zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
 - bezpečnostně technické kontroly zákona o zdravotnických prostředcích,

- revize dle zákona o zdravotnických prostředcích,
- v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi OOKC kupujícího.

14. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem prodávajícího je pracovník OOKC kupujícího. Ze strany prodávajícího bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a pracovníky OOKC kupujícího.

VI.

Pozáruční servis

1. Prodávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu pozáruční servis po celou pozáruční dobu. Pozáruční doba je **96** (*slovy: devadesát šest*) měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po vypršení záruční doby.
2. Prodávající se dále zavazuje provádět v rámci pozáručního servisu:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
 - sledování termínů bezpečnostně technických kontrol dle pokynů výrobce a jejich provádění dle zákona o zdravotnických prostředcích,
 - revize dle zákona o zdravotnických prostředcích,
 - v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 - poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek dle tohoto odstavce.

Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi odboru obslužných klinických činností kupujícího.

3. Kupující se zavazuje za poskytování pozáručního servisu zaplatit prodávajícímu celkovou úplatu ve výši 428.800,- Kč bez DPH. K úplatě bude připočtena DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající, přičemž takto určená výše úplaty je konečná. Úplata za poskytování pozáručního servisu bude kupujícím hrazena průběžně v měsíčních platbách ve výši 4.466,666 Kč bez DPH, přičemž výše měsíční platby musí odpovídat 1/96 z celkové úplaty za pozáruční servis, a to na základě faktur vystavených k prvnímu dni v měsíci, za který je měsíční platba poskytována. První faktura tak bude vystavena v měsíci následujícím po uplynutí záruční doby. Splatnost všech faktur bude 60 dní ode dne doručení faktury kupujícímu. Na úhradu pozáručního servisu se dále použijí přiměřeně ustanovení čl. II. této smlouvy.

VII.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedojde k předání zboží v souladu s čl. III. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávající smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.
3. V případě, že prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 9. smlouvy je kupující oprávněn požadovat po prodávající smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží bez DPH za každý kalendářní den až do řádného odstranění vad zboží.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu, ani právo na odstoupení od smlouvy v souladu s občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.

VIII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením od smlouvy dle občanského zákoníku.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským zákoníkem.

IX.

Zvláštní ustanovení

1. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez DPH, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, musí být tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. V případě nesplnění této povinnosti bude smlouva ze zákona zrušena od počátku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
3. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem zašle správci registru smluv kupující ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.
4. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, předá elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenu.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 občanského zákoníku, jako například změny kurzu cizí měny.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
5. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny prodávajícímu.

6. Smluvní strany tímto prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
7. Ve vztazích vyplývajících z této smlouvy se obchodní zvyklosti budou aplikovat pouze v případě, že dané otázky nejsou regulovány dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
8. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, tomuto porozuměly a souhlasí s ním.
9. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího. Žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Nabídka č. 1231376


Příloha č. 2 – Rozklad ceny

V Ústí nad Labem, dne

V Novém Strašecí, dne 24.07.2023

Za kupujícího

Za prodávajícího



Příloha č. 1 KS - Nabídka č. 1231376

Technické parametry skiagrafický rtg přístroj

P.č.	Popis požadovaného parametru položky	Podmínka pro požadovanou položku, která musí být splněna	Hodnota parametru položky nabídnutého řešení SAMSUNG GC85A
1.	Moderní diagnostický DR skiagrafický systém, podporující současné skiagrafické snímkovací postupy s dobou využitelnosti nejméně 10 let od uvedení systému do provozu. Skiagrafický systém v konfiguraci, stropní závěs rentgenky, pevný vyšetřovací stůl s detektorem, vertigraf s detektorem. Rutinní skiagrafická diagnostika v rozsahu: vyšetření stojících, sedících a ležících pacientů; celkové zobrazení orgánů hrudníku, plic, srdce; celkové zobrazení orgánů břicha; celkové zobrazení orgánů malé pánve; zobrazení skeletu s možností snímkování dlouhých snímků, především snímků celé páteře a snímků dolních končetin.		
2.	Výkonové požadavky - VF generátor		
2.1.	Výkon generátoru kW	min. 80kW	80 kW
2.2.	Volitelný rozsah proudu mA	min. 10 - 1000 mA	10 - 1000 mA
2.3.	Volitelný rozsah napětí kV	min. 40 - 150 kV	40 - 150 kV
2.4.	Expoziční čas volitelný v rozsahu	min. 1 msec až 2 sec	1 msec až 10 sec
3.	Požadavky na rentgenku		
3.1.	Ohniska rentgenky	min. 2 ohniska	2 ohniska
3.2.	Malé ohnisko rentgenky o velikosti	max. 0,6 mm x 0,6 mm	0,6 x 0,6 mm
3.3.	Velké ohnisko rentgenky o velikosti	max. 1,3 mm x 1,3 mm	1,2 x 1,2 mm
3.4.	Rotační anoda rentgenky s otáčkami	min. 9000 ot/min	9 700 ot/min
3.5.	Tepelná kapacita anody rentgenky	min. 600 kHU	600 kHU
4.	Požadavky na kolimační systém		
4.1.	LED osvětlení pro kontrolu vycílení požadované oblasti snímkování	Ano	ANO
4.2.	Filtreační clony, které dovedí optimalizaci radiční zátěže pro dané postupy snímkování, s automatickou volbou podle zvoleného protokolu snímkování a musí rovněž umožňovat i manuální volbu	min. 0,1 - 0,3 mm Cu	0,1 - 0,3 mm Cu
4.3.	Kolimátor s plně automatickou kolimací podle nastaveného protokolu snímkování, včetně možnosti manuální kolimace.	Ano	ANO
4.4.	Laserový zaměřovací kříž pro polohování pacienta	Ano	ANO
4.5.	Kolimátor musí mít integrované měření plošné dávky podle platné legislativy - DAP metr (zadavatel nepřipouští externí zařízení), případně systém musí měřit a kalkulovat dávku z hodnot získaných z akvizičního detektoru.	Ano - uveďte verzi řešení	ANO - S-DAP - kalkulovaná dávka
5.	Požadavky na stropní závěs rentgenky - pojezdy, rotace a zajištění		
5.1.	Rozsahy pohybu závěsu rentgenky		
5.2.	Zajištění pohybu rentgenky v horizontální rovině, kolmo na stůl	min. 2500mm	3 000 mm
5.3.	Zajištění pohybu rentgenky v horizontální rovině, podélně se stolem	min. 3000mm	5 000 mm
5.4.	Zajištění pohybu rentgenky ve směru svislém - nahoru, dolů	min. 1800mm	1 800 mm
5.5.	Rozsah rotace rentgenky kolem osy svislé	min. +/-135°	+ 183° / - 157°
5.6.	Rozsah rotace rentgenky kolem osy vodorovné	min. +/-115°	± 120°
5.7.	Systém musí mít motorizované všechny pohyby, a to včetně pohybů rotačních	Ano	ANO
5.8.	Při manuálním pohybu požadujeme vybavení odblokování všech brzd jedním tlačítkem	Ano	ANO
5.9.	Antikolizní systém stropního závěsu pro zajištění bezpečnosti pro autopozicování systému	Ano	ANO

5.10.	Musí mít motorizovanou podporu pojezdu při manuální manipulaci se stropním závěsem	Ano	ANO
6.	Zobrazovací jednotka upevněná na čelní pozici sestavy rentgenky stropního závěsu		
6.1.	Plochy, barevný, dotykový displej, integrovaný na sestavě kolimátor rentgenka s úhlopříčkou	min.6"	12,1" dotykový LCD
6.2.	Minimálně musí být možno zobrazovat - identifikační údaje pacienta, mAs, kVp, vzdálenost SID, úhel natočení rentgenky	Ano	ANO
6.3.	Provádění změn musí být umožněno minimálně u - mAs, kV	Ano	ANO
6.4.	Pro všechna zobrazení musí být zajištěna plně automatická rotace zobrazených informací do standardní polohy ke čtení	Ano	ANO
7.	Stůl pro vyšetřování pacienta s plovoucí deskou		
7.1.	Vyšetřovací stůl pacienta bude vybaven digitálním detektorem o velikosti aktivní plochy	min. 420mm x 420mm	425 mm x 425 mm
7.2.	Detektor musí být vyjímatelný. Musí být využitelný pro volné snímkování na lůžku, kolečkovém křesle	Ano	ANO
7.3.	Stůl pro vyšetřování pacienta fixně ukotvený k podlaze	Ano	ANO
7.4.	Maximální zatížitelnost stolu pro vyšetřování pacienta	min. 300kg	350 kg
7.5.	Výškový rozsah nastavitelnosti stolu pro vyšetřování pacienta	min. 330mm	355 mm
7.6.	Vyšetřovací stůl pacienta musí být vybaven plovoucí deskou pro snadné polohování pacienta	Ano	ANO
7.7.	- plovoucí deska - délka	min. 2400 mm	2410 mm
7.8.	- plovoucí deska - šířka	min. 800mm	810 mm
7.9.	Sestava pedálů pro ovládání stolu: pevně na čelní straně stolu, nebo volně s bezdrátovou komunikací, nebo volně napojené kabelem a musí zajišťovat minimálně následující funkce - položka č. 7.11; 7.12; 7.13:	Ano	ANO
7.10.	Pokud je sestava pedálů pevně spojena se stolem, musí být umístěna na obou podélných stranách, čelní i zadní	Ano	ANO
7.11.	- funkce uvolnění brzd plovoucí desky	Ano	ANO
7.12.	- funkce pohyb stolu výškově nahoru	Ano	ANO
7.13.	- funkce pohyb stolu výškově dolů	Ano	ANO
7.14.	Vyšetřovací stůl pacienta musí být vybaven vyjímatelnou mřížkou pro vzdálenost 1100mm	Ano	ANO
8.	Vertikální stativ-Vertigraf		
8.1.	Vertigraf bude vybaven digitálním detektorem o velikosti aktivní plochy	min. 420mmx420mm	425 mm x 425 mm
8.2.	Detektor může být vyjímatelný nebo pevný. V případě vyjímatelného detektoru musí být zaměnitelný s detektorem stolu (pokud je ve stole také detektor vyjímatelný) a musí být využitelný pro volné snímkování na lůžku, kolečkovém křesle	Ano (uveďte typ detektoru vyjímatelný nebo pevný)	ANO - vyjímatelný
8.3.	Zajištění motorického pohybu vertigrafu ve směru vzhůru - nahoru, dolů	min. 1400 mm	1 570 mm
8.4.	Nastavitelná minimální výška středů detektoru k podlaze	max. 300 mm	280 mm
8.5.	Naklápění detektoru vertigrafu v rozsahu (manuální nebo motorizovaný pohyb)	min. -20° až 90°	-20° až +90°
8.6.	Vertigraf musí být vybaven vyjímatelnou mřížkou pro vzdálenost 1800mm	Ano	ANO
8.7.	Vertigraf musí být vybaven vyjímatelnou mřížkou pro vzdálenost 1100mm	Ano	ANO
9.	Společné vlastnosti pro oba digitální detektory (detektor vyšetřovacího stolu a detektor vertigrafu)		
9.1.	U vyjímatelných detektorů: při zasunutém detektoru ve vozíku vyšetřovacího stolu, nebo vertigrafu, musí docházet k automatickému napojení na rozvody skiagrafického systému a dobíjení baterie detektoru	Ano	ANO
9.2.	U vyjímatelných detektorů: při vyjmutém detektoru ze stolu, nebo vertigrafu, pro volné snímkování, musí být detektor napájen z baterie a veškeré komunikace mezi detektorem a systémem probíhat bezdrátovým spojením.	ano	ANO
9.3.	Hodnota DQE v % @ 0,05 Lp/mm @ RQA 5 IEC 62220	min. 65%	65%
9.4.	Plošná zatížitelnost bez ochranného krytu u vyjímatelných detektorů, případně detektoru pro volné snímkování dle položky č.9.1. musí být	min.300 kg	400 kg
9.5.	Velikost akvizičního pixelu detektorů	max. 148 μm	140 μm
9.6.	Dynamický rozsah detektorů	min. 16 bitů	16 bitů

9.7.	Detektor/detektory při volném snímkování je schopen/schopny předat informace o svém úhlovém odklonu od kolmé osy rentgenového paprsku k frontální rovině, pro možnost nastavení kolmosti detektoru a rentgenového paprsku	Ano	ANO
9.8.	Detektory musí plnit odolnost proti nečistotám a tekutinám podle	IPx3 a vyšší	IP54
9.9.	Detektor musí být vybaven detekcí pádu detektoru - pro jednoznačné určení vzniku poškození	Ano	ANO
9.10.	Hmotnost detektorů (údaj je platný pro jeden samostatný detektor)	max. 4,0kg	3,6 kg
10.	Akviziční stanice		
10.1.	Výpočetní systém výrobcem dimenzovaný a optimalizovaný pro efektivní práci obsluhy, bez nutnosti prodlév způsobených nedostatečným výkonem počítačového hardware	Ano	ANO
10.2.	Monitor pro obsluhu akviziční stanice s úhlopříčkou	min. 19"	24" LCD
10.3.	Rozlišení monitoru pro obsluhu akviziční stanice	min. 1280 x 1024	1920 x 1080
10.4.	Přednastavené anatomické protokoly pro snímkování různých anatomických struktur, s možností tvorby vlastních smívkovacích protokolů podle potřeb daného pracoviště, vytvořené protokoly musí být možno uložit pro následné užití.	Ano	ANO
10.5.	Plně automatické snímkování	Ano	ANO
10.6.	AEC - expoziční automatika s min. 3 komůrkami ve stole a min. 3 komůrkami ve vertigrafu	Ano	ANO
10.7.	Manuální snímkování	Ano	ANO
10.8.	Virtuální mřížka - zejména využitelná pro dosažení vysoce kvalitních snímků bez použití nasazovací mechanické mřížky k odstranění rozptýleného záření.	Ano	ANO
10.9.	Čas pro zobrazení rychlého náhledu snímku pro akvizici z libovolného detektoru	max. 4 s	do 2 sec
10.10.	Čas pro zobrazení snímku v plném rozlišení pro akvizici z libovolného detektoru	max 14 s	do 6 sec
10.11.	Autopositioning - plně motorizace pohybu stropního závěsu a ostatních komponent, pro plně automatické nastavení polohy RTG přístroje podle zvolené anatomické struktury a projekce. Nabízený přístroj musí na základě zvolené projekce plně automaticky (bez zásahu obsluhy) nastavit všechny své komponenty tak, aby bylo možno provést po finálním zapožehování pacienta provést expozici pro předvzvolněnou anatomickou strukturu.	Ano	ANO
10.12.	Autotracking včetně Autocentrace - plně automatické nastavení vzájemné polohy středů detektoru a zářiče včetně vzájemného sledování při pohybu RTG-zářiče nebo detektoru, včetně sledování nastavené vzdálenosti SID. Sledování vzájemné polohy musí být zajištěno u patientského snímkovacího stolu i u vertigrafu.	Ano	ANO
10.15.	Prostředky pro automatické zkvalitnění zobrazení - redukci šumu, enhance contrast, optimalizace ostrosti a kontrastu,	Ano	ANO
10.16.	Nástroje pro úpravu nasnímaných dat v rozsahu minimálně, korekce jasů a kontrastu; inverzní zobrazení; posun snímku; zvětšení; rotace snímku vč. označení o provedení rotace pro obsluhu; výřez snímku; dodatečně vycodnění; redukce šumu; možnost aplikace filtrů; zvýraznění okrajů struktur; měření délky, měření úhlu; vkládání textových anotací, včetně symbolů.	Ano	ANO
10.17.	Systém automatického snímkování a automatického skládání s možností manuální korekce skládání snímků pro vytvoření snímku dlouhých struktur, např. celé patěře, končetin	Ano	ANO
10.18.	Možnost označení opakovaných snímků přímo na akviziční stanici vč. možnosti tvorby statistiky opakovaných snímků	Ano	ANO
10.19.	Stranové označení snímků	Ano	ANO
10.20.	Plně kompatibilita DICOM včetně Worklistu a strukturovaného dávkového reportu	Ano	ANO
10.21.	DICOM Storage	Ano	ANO
10.22.	DICOM Query/Retrieve	Ano	ANO
10.23.	DICOM Modality Worklist	Ano	ANO
10.24.	DICOM MPPS	Ano	ANO
10.25.	DICOM RDSR (Radiation Dose Structured Reports)	Ano	ANO
10.26.	přenos snímků do systému PACS prostřednictvím LAN	Ano	ANO
11.	Příslušenství, které musí být součástí nabídky		
11.1.	Kompresní pás pro stůl	Ano	ANO

11.2.	Opěrky rukou pro vertigraf při bočních a PA projekcích	Ano	ANO
11.3.	Intercom pro obousměrnou komunikaci obsluhy a pacienta mezi vyšetřovnou a ovládnou	Ano	ANO
11.4.	Podstavec pro pacienty k vertigrafu pro možnost snímkování dlouhých snímků	Ano	ANO
12.	Související dodávky a instalace		
12.1.	Technologický rozvaděč	Ano	ANO
12.2.	Kompletní instalace RTG systému součástí dodávky, vč kotvicích prvků, stropní konstrukce, úprava stávajícího stropního podhledu s ohledem na stropní konstrukci a stropní závěsy, úprava podlahových kanálů, pokládka podlahové antistatické krytiny ve vyšetřovně	Ano	ANO
12.3.	Provedení přijímací zkoušky a souvisejících měření jako například: el.revize, ZDS	Ano	ANO
12.4.	Instruktaž personálu, uvedení do bezchybného provozu	Ano	ANO

Příloha č. 2 KS

Rozklad nabídkové ceny

Název části	Specifikace zakázky	Celková nabídková cena v Kč		
		bez DPH	částka DPH	včetně DPH
Skiografický RTG komplet pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.	Skiografický RTG komplet	4 950 000,00	1 039 500,00	5 989 500,00
	Pozáruční servis na dobu 96 měsíců	428 800,00	90 048,00	518 848,00
Nabídková cena celkem:		5 378 800,00	1 129 548,00	6 508 348,00

Žlutě označená pole doplní účastník.

Poznámka: bližší specifikace požadavku "Pozáruční servis na dobu 96 měsíců po uplynutí záruky"

Pozáruční servis zahrnuje požadavky dle článku VI. Pozáruční servis v příloze č. 4 - Obligatorní návrh smlouvy