

Evidenční číslo veřejné zakázky: 6ZP13032

Název veřejné zakázky: Laparoskopická věž pro Krajskou zdravotní, a. s. –
Nemocnice Děčín, o.z.

Počet listů veřejné zakázky: 9

Počet příloh veřejné zakázky: 4

Výzva k podání nabídky

Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu

Název zakázky:

Laparoskopická věž pro Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), postupem mimo režim zákona.

S ohledem na shora uvedené zadavatel rovněž upozorňuje, že nepostupuje ani podle ust. § 26 odst. 5 věta druhá ZVZ, přestože se v této zadávací dokumentaci odkazuje na ustanovení ZVZ. Zadavatel uvádí odkazy na zákon, protože používá podpůrně některé jeho právní instituty, termíny nebo postupy.

Součástí výzvy k podání nabídky je zadávací dokumentace.

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Krajská zdravotní, a. s.
sídlo: Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1550

2. Kontaktní údaje zadavatele

Kontaktní osoba ve věcech soutěže:

Ing. Dana Kozáková
tel: 477 117 959
e-mail: dana.kozakova@kzcr.eu

3. Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a instalace vybavené laparoskopické věže pro oddělení gynekologicko-porodnické Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z., včetně veškerého příslušenství, které je nutné pro uvedení do provozu. Součástí plnění musí být montáž, instalace, uvedení do provozu (včetně provedení všech provozních testů), zaškolení obsluhy, předání veškeré dokumentace uvedené v obligatorním návrhu smlouvy, záruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy.

3.1 Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu na předmět plnění souhrnně za všechny položky, včetně všech souvisejících nákladů činí **1 800 000,- Kč bez DPH**.

3.2 Rozsah a specifikace předmětu plnění

Popis:

Vybavená laparoskopická věž pro gynekologické výkony na oddělení gynekologicko-porodnickém v nemocnici Děčín, o.z.

Technická specifikace:

Laparoskopická věž

- HD LCD monitor
 - minimální úhlopříčka 24“ – poměr 16:9 nebo 16:10, certifikace MDE
 - HD rozlišení obrazu min. 1920 x 1080, DVI HD/SD SDI, RGB, Y/C
 - svítivost min. 400cd/m2
 - umístění monitoru na laparoskopickém vozíku na stojanu
- Zdroj studeného světla
 - hlavní vyšetřovací xenon o výkonu min. 300W
 - aktivní automatické řízení jasu světla kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole
 - světelný kabel o délce min. 3m
- HD kamerová jednotka
 - kamerová jednotka pracující v HD rozlišení 1080p
 - integrované nebo samostatné záznamové zařízení – digitální fotografie s možností nastavení kvality ukládání přes USB
 - aktivní řízení jasu zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole
 - klávesnice pro zadávání patientských dat či jiný způsob zadávání
- 3 CHIPOVÁ HD kamerová hlava pro laparoskopické optiky
 - motorické ovládání ZOOMu pomocí tlačítek či mechanicky na kamerové hlavě
 - motorické ovládání ostření pomocí tlačítek či mechanicky na kamerové hlavě
 - min 2 programovatelná tlačítka integrovaná na kamerové hlavě
 - kamerová hlava musí umožňovat napojení stávajících laparoskopických optik

- Insuflační jednotka
 - průtok min. 30 l/min
 - automatická kontrola a regulace insuflace k nastavené hodnotě tlaku média (ochrana proti přeplnění pacienta)
 - indikátor stavu láhve s CO₂
 - tlakové hadice pro připojení na centrální rozvod CO₂
 - tlaková hadice pro napojení na CO₂ láhev
 - automatické předehřívání plynu na teplotu 37°C
- Odsávací pumpa
 - možno v kombinaci s irigační
 - odsávací kompaktní elektrická jednotka se všestranným využitím, sacím výkonem min. 1,8 l/min, podtlak min. 60 kPa, bezúdržbovým provozem
 - dodávka bude obsahovat odsávací láhev min. 2l vč. nosného elementu pro upevnění láhve na vozík
 - nastavení podtlaku
 - v odsávacím okruhu musí být zařazen sací antibakteriální filtr, který bude součástí dodávky.
- Irigační pumpa
 - možno v kombinaci s odsávací
 - oplachovací peristaltická pumpa
 - ochrana proti přetlakování
 - autoklávovatelné i jednorázové příslušenství
 - průtok: min. 1,8l/min, tlak min. 400 mm Hg
- Multioborový elektrokoagulační zdroj
 - nožní ovladač pro ovládání monopolární i bipolární koagulace
 - 50 ks neutrální elektrody
 - 2 ks propojovací kabel
 - monopolární a bipolární režimy
 - generátor musí mít výkonový rozsah min. 0-220W
 - generátor musí být řízen procesorem se zpětnovazebním měřením
 - generátor musí mít automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie
 - generátor musí mít podporu okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření
 - generátor musí mít možnost připojení monopolárních a bipolárních nástrojů současně
 - generátor musí mít ruční a nožní ovládání
 - generátor musí mít volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace
 - generátor musí mít zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji
 - generátor musí mít monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta
 - generátor musí mít funkci automatického a manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole či jiný způsob zajištění eliminace kouře a zplodin
- Přístrojový endoskopický vozík
 - musí být nabídnut pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů
 - min. dvě kolečka brzděná
 - stojan centrálního monitoru na věži sestavy
 - držák infuzních vaků, držák koagulačních pedálů
 - musí být opatřen speciální povrchovou úpravou laku či nerezové provedení

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1 Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel předpokládá uzavřít smlouvu a realizovat dodávku v nejkratším možném termínu po řádném ukončení zadávacího řízení. Garantovaný termín dodání včetně instalace od podpisu smlouvy uvede uchazeč v návrhu smlouvy nejpozději však do 56 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

4.2 Místo plnění veřejné zakázky

Název: Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.
Oddělení: Gynekologicko-porodnické, Budova E, 1. podlaží
Sídlo: U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

5.1 Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne: **13 -04- 2016** v 10:00 hod.

6. Místo pro podání nabídky

6.1 Podávání nabídek v listinné podobě

Nabídky podávají uchazeči v písemné formě osobně nebo prostřednictvím poskytovatele zásilkové služby v uzavřených obálkách označených:

NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ SOUTĚŽ: „LAPAROSKOPICKÁ VĚŽ PRO KRAJSKOU ZDRAVOTNÍ, A. S. – NEMOCNICE DĚČÍN, O. Z.“

Obálky budou na uzavření opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

Nabídky v obálkách podávají uchazeči prostřednictvím poskytovatele zásilkové služby nebo osobně do sídla zadavatele v pracovních dnech od *pondělí do čtvrtka od 7.00 do 14.00 hod. a v pátek od 7.00 do 13.00 hod* v podatelně společnosti.

Adresa pro podání nabídek:

Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
400 13 Ústí nad Labem

6.2 Elektronické podávání nabídek

Uchazeč je oprávněn podat nabídku v elektronické podobě prostřednictvím systému **E-ZAK** na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>. Nabídka musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v § 49 ZVZ. Nabídka s návrhem smlouvy nebo návrh smlouvy musí být elektronicky podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Všechny nabídky musí být doručeny před uplynutím této lhůty pro podání nabídek. V případě zaslání prostřednictvím poskytovatele zásilkové služby je pro účast v tomto zadávacím řízení rozhodující okamžik doručení nabídky Zadavateli, nikoli datum jejího předání k přepravě, prostřednictvím poskytovatele zásilkové služby.

7. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace analogicky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v tomto rozsahu:

- 7.1 Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona odst. 1 písm. a) až l), a to čestným prohlášením originálně podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz příloha č. 2).
- 7.2 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) zákona, a to výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, formou prosté kopie.
- 7.3 Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. b) zákona, a to doložením příslušného oprávnění k podnikání, formou prosté kopie.

8. Podmínky pro jednotné zpracování nabídky

Zadavatel požaduje jednotný způsob zpracování nabídky dle následujících podmínek.

- 8.1 Nabídka bude zpracována výhradně v českém jazyce. Zadavatel připouští odborné názvy, katalogy, prospekty a jiný podpůrný materiál technické povahy v anglickém jazyce.
- 8.2 Nabídka bude zpracována v následující struktuře:
 - 8.2.1 Krycí list nabídky (příloha č. 1, na kterém budou uvedeny identifikační údaje uchazeče (název uchazeče, sídlo uchazeče, právní forma, IČ, DIČ, kontaktní osoba uchazeče (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail), případně další údaje), název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a celková nabídková cena (viz příloha č. 1).

- 8.2.2 Obligatorní návrh smlouvy dle bodu 10 této Výzvy (příloha č. 4) v listinné podobě včetně příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, nabídka podaná v elektronické podobě musí obsahovat obligatorní návrh smlouvy podepsaný zaručeným elektronickým podpisem (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu) osobou oprávněnou jednat za uchazeče anebo musí být touto osobou nabídka přímo podána a podepsána prostřednictvím systému E-ZAK.
- 8.2.3 Cenová nabídka.
- 8.2.4 Technická specifikace včetně technických listů, katalogů, návodů, apod.
- 8.2.5 Doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů.
- 8.2.6 Pokud je uchazeč zastoupen osobou na základě plné moci nebo jinak pověřená osoba, musí být v nabídce předložena platná plná moc nebo příslušné pověření (postačí, pokud uchazeč v nabídce předloží prostou kopii plné moci nebo příslušného pověření. Vítězný uchazeč však před podpisem smlouvy bude povinen v rámci poskytnutí součinnosti směřující k uzavření smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii této plné moci nebo příslušného pověření).

9. Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

- 9.1 Nabídková cena bude stanovena v české měně.
- 9.2 Nabídková cena bez DPH musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním této veřejné zakázky
- 9.3 Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce.

10. Požadavek na předložení návrhu Smlouvy

Uchazeč je povinen předložit doplněný obligatorní návrh smlouvy (příloha č. 4), který tvoří povinnou součást nabídky a který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci. Současně bude návrh smlouvy předložen v editovatelném formátu (např. Microsoft Office Word).

Následující náležitosti je povinen uchazeč zpracovat do návrhu smlouvy

- Smluvní strany vč. IČ a DIČ (pokud jsou přiděleny)
- Předmět plnění
- Podpisy na jedné listině

Návrh smlouvy musí být zpracován v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami zadavatele (příloha č. 3)

Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky se řídí přiloženým obligatorním návrhem smlouvy (příloha č. 4) a dále Všeobecnými obchodními podmínkami (příloha č. 3).

11. Další podmínky veřejné zakázky

- 11.1 Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- 11.2 Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření Smlouvy zakázky se zadavatelem.
- 11.3 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o změnách a doplnění předloženého návrhu Smlouvy.
- 11.4 Zadavatel je oprávněn před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky si ověřit, popřípadě upřesnit informace uvedené uchazečem v nabídce.
- 11.5 Zadavatel nehradí případné náklady uchazeči spojené s nabídkou.
- 11.6 Zadavatel nevrací podané nabídky, které zůstávají u zadavatele jako doklad o průběhu soutěže. S obsahem nabídek bude zacházeno důvěrně.
- 11.7 Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
- 11.8 Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
- 11.9 Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit.

12. Doplnující dotazy

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací uchazeč podá nejpozději 3 dny před lhůtou pro podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://zakazky.kzcr.eu/>

Zadavatel si analogicky s § 60 odst. 2 ZVZ a ust. § 76 odst. 6 a § 81 odst. 4 si vyhrazuje právo komunikovat a sdělovat svá rozhodnutí prostřednictvím profilu zadavatele.

13. Způsob a kritéria hodnocení nabídek

Analogicky s ustanovením § 78 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu ekonomická výhodnost nabídky.

13.1 Hodnotící kritéria

Kritérium	Hodnotící kritérium	Váha v %
E _C	Celková výše nabídkové ceny	80
E _T	Technické parametry	20

Hodnotící subkritérium- technické parametry

Subkritérium – technické parametry	Hodnotící subkritérium	Váha v %
t1	Velikost LCD monitoru (v ") bude hodnoceno jako maxim. parametr	20

t2	Průtok plynu v insuflátoru (l/min) bude hodnoceno jako maxim. parametr	20
t3	Výkon elektrochirurgického generátoru v monopolárním režimu (ve W) bude hodnoceno jako maxim. parametr	20
t4	Výkon elektrochirurgického generátoru v bipolárním režimu (ve W) bude hodnoceno jako maxim. parametr	20
t5	Odsávací výkon odsávačky (l/min) bude hodnoceno jako maxim. parametr	20

13.2 Pracovní postup hodnocení:

Kritérium	Výpočet – dílčí vážené kritérium	Výpočet – normalizace hodnot (minimalizační / maximalizační kritérium)	Výpočet – součet dílčích vážených subkritérií	Výpočet – dílčí vážené subkritérium	Výpočet – normalizace hodnot (minimalizační / maximalizační subkritérium)
E_C		$E_C = \frac{C_{\min}}{C_i} * 100$	-----	-----	-----
E_T	$E_T = v * b_i$	$b_i = \frac{T_i}{T_{\max}} * 100$		$E_t = v * b_i$	$b_i = \frac{t_{\min}}{t_i} * 100$ $b_i = \frac{t_i}{t_{\max}} * 100$

v = váha kritéria v %, b = získaný počet bodů,

$C_{\min}$ = nejnižší nabízená nabídková cena, C_j = nabídková cena nabízená i-tým uchazečem

E_t = dílčí vážené subkritérium technického parametru, $\sum E_t$ = hodnota součtu dílčích vážených subkritérií hodnocené nabídky,

$\sum E_{t_{\max}}$ = nabídka s nejvyšší hodnotou součtu dílčích vážených subkritérií

Celkové hodnocení ekonomické výhodnosti jednotlivých nabídek E:

- 1) Součet všech vážených kritérií (KZ)

$$KZ = E_T$$

- 2) Normalizace součtu všech vážených kritérií (K)

$$K = 100 * KZ_i / KZ_{\max}$$

(KZ_i součet všech vážených kritérií získaných uchazečem, KZ_{max} nejvyšší součet všech vážených kritérií)

- 3) Celkový počet bodů získaný uchazečem (E)

$$E = \frac{80 * E_c}{100} + \frac{20 * K}{100}$$

Nejvhodnější nabídka je nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Požadujeme v rámci výběrového řízení jako součást předkládané nabídky dodání úplné technické dokumentace.

14. Přílohy

Číslo přílohy	Název přílohy
Příloha č. 1	Krycí list
Příloha č. 2	Vzor – Čestné prohlášení – splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3	Všeobecné obchodní podmínky
Příloha č. 4	Obligaturní návrh smlouvy

V Ústí nad Labem dne: 24-03-2016

02



Ing. Petr Fiala
generální ředitel



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/13A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627