



Poskytnutí dodatečných informací

Laparoskopická věž pro Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), postupem mimo režim zákona.

Dotaz č. 1

Ve specifikaci elektrokoagulačního přístroje je požadavek, že generátor musí mít funkci automatického a manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole či jiný způsob zajištění eliminace kouře a zplodin.

Bude akceptovat zadavatel řešení odsávání kouře pomocí integrované aktivní odsávačky v insuflátoru a ne v koagulačním přístroji?

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na znění technické specifikace v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje integrované nebo samostatné záznamové zařízení – digitální fotografie s možností nastavení kvality ukládání přes USB.

Bude zadavatel akceptovat integrované záznamové zařízení s ukládáním digitální fotografie a videa rovnou ve full HD kvalitě přes USB?

**Dotaz č. 3**

Zadavatel požaduje oplachovací peristaltickou pumpu.

Bude zadavatel akceptovat obdobné technické řešení při dodržení stejného medicínského účelu a to jiný typ odsávání než peristaltickou pumpu?

Dotaz č. 4

Zadavatel požaduje průtok min.1,8l/min, tlak min. 400 mm Hg.

Bude zadavatel akceptovat průtok při irigaci 1l/min a tlak 400 mmHg, což jsou parametry plně dostačující pro plné spektrum laparoskopických operací?

Dotaz č. 5

Zadavatel požaduje: generátor musí mít zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji.

Bude zadavatel akceptovat zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení označených příslušným kódem na displeji? Seznam kódů chybových hlášení a popisem opatření k jejich odstranění je uveden v návodu na použití a je součástí dodávky.

Odpověď pro dotazy č. 2,3,4,5

Odpovědi na žádosti o dodatečné informace od uchazečů si vyžádají podrobnější zpracování, které bude uveřejněno následnou dodatečnou informací.

Na základě výše uvedeného zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek a to do
18 -04- 2016
..... v 10:00 hod.

V Ústí nad Labem dne: **11 -04- 2016**

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627**Ing. Petr Fiala****generální ředitel**