

Název veřejné zakázky:	REACT-EU 100 – PCR termocyclery pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. III.
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo:	3612/2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Kupní smlouva, článek číslo V – Záruka za jakost, bod číslo 8,9 a 10.

8. V případě uplatnění odpovědnosti za vady zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od telefonického nahlášení závady prodávajícímu.

9. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího, pokud je kupujícím dodržen postup dle odst. 7. tohoto článku.

10. Proávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné vady zboží odstranit na místě do lhůty uvedené v odstavci 9. tohoto článku, poskytne kupujícímu nejpozději do 48 hodin po uplynutí lhůty pro odstranění vad až do doby úplného vyřízení reklamace, náhradní zboží odpovídající specifikaci zboží podle této smlouvy, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.

Souhlasíte s tím, že je servis přístroje vyřešen odesláním přístroje do servisního střediska? Do 24 hodin provede servisní technik diagnostiku (i telefonicky) a do 3 pracovních dnů Vám poskytneme náhradní přístroj po dobu servisu.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel připouští i navrhované řešení realizace servisu přístrojů.

Dotaz č. 2

Kupní smlouva, článek číslo VI – Pozáruční servis, bod číslo 2:

Pozáruční servis zahrnuje:

- ☐ výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
- ☐ sledování termínů bezpečnostně technických kontrol dle pokynů výrobce a jejich provádění dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
- ☐ revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
- ☐ v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
- ☐ poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek dle tohoto odstavce.

Potvrďte, že pozáruční servis nezahrnuje opravy v případě poruchy zařízení.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel potvrzuje, že v rámci pozáručního servisu nejsou zahrnuty opravy v případě poruchy zařízení.

V Ústí nad Labem dne: 12 -09- 2013

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel