



Poskytnutí dodatečných informací

Laparoskopická věž pro Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), postupem mimo režim zákona.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje integrované nebo samostatné záznamové zařízení – digitální fotografie s možností nastavení kvality ukládání přes USB.

Bude zadavatel akceptovat integrované záznamové zařízení s ukládáním digitální fotografie a videa rovnou ve full HD kvalitě přes USB?

Odpověď č. 1

Zadavatel bude akceptovat integrované záznamové zařízení s ukládáním digitální fotografie a videa rovnou ve full HD kvalitě přes USB.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje oplachovací peristaltickou pumpu.

Bude zadavatel akceptovat obdobné technické řešení při dodržení stejného medicínského účelu a to jiný typ odsávání než peristaltickou pumpu?

Odpověď č. 2

Zadavatel nebude akceptovat obdobné technické řešení a trvá na oplachovací peristaltické pumpě.

**Dotaz č. 3**

Zadavatel požaduje průtok min.1,8l/min, tlak min. 400 mm Hg.

Bude zadavatel akceptovat průtok při irigaci 1l/min a tlak 400 mmHg, což jsou parametry plně dostačující pro plné spektrum laparoskopických operací?

Odpověď č. 3

Zadavatel nebude akceptovat průtok při irigaci 1l/min a tlak 400 mmHg a trvá na požadavku průtoku min.1,8l/min, tlak min. 400 mm Hg

Dotaz č. 4

Zadavatel požaduje: generátor musí mít zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji.

Bude zadavatel akceptovat zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení označených příslušným kódem na displeji? Seznam kódů chybových hlášení a popisem opatření k jejich odstranění je uveden v návodu na použití a je součástí dodávky.

Odpověď č. 4

Zadavatel bude akceptovat zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení označených příslušným kódem na displeji.

V souvislosti s upřesněním technické specifikace, zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek

do **03 -05- 2016** v 10:00 hod.

V Ústí nad Labem dne: **15 -04- 2016**


.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel