



Poskytnutí dodatečných informací

Laparoskopická věž pro Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), postupem mimo režim zákona.

Dotaz č. 1

Zadavatel v rámci odpovědi na dodatečné dotazy uchazečů zveřejnil, dne 15.4. 2016 v 11:21 prostřednictvím systému EZAK, odpovědi na dodatečné dotazy. Následně pak, ve stejný den, tj. 15.4. 2016, ale v čase 15:27, zveřejnil odpovědi na identické dodatečné dotazy s tím, že u dotazu č. 3 je změnil znění odpovědi. Z první odpovědi vyplývalo, že zadavatel měl zájem akceptovat navržené technické řešení, aby pak následnou odpovědí, tento návrh zamítl. Současně s tím, zadavatel posunul termín pro odevzdání nabídky. Máme za to, že tento přístup je diskriminační a směřuje pouze k jednomu možnému dodavateli. Uchazeč vychází ze znění Zákona o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. v platném znění, který stanovuje, že technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže (§45 odst. 3 ZVZ).

Žádáme tímto zadavatele o objasnění nejasnosti ve dvou různých odpovědích na dotaz:


Zadavatel požaduje průtok min.1,8l/min, tlak min. 400 mm Hg.

Bude zadavatel akceptovat průtok při irigaci 1l/min a tlak 400 mmHg, což jsou parametry plně dostačující pro plné spektrum laparoskopických operací?

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na peristaltické pumpě s min.průtokem 1,8 l/min a tlakem min. 400 mm Hg.

V Ústí nad Labem dne: **21 -04- 2016**

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

