



Poskytnutí dodatečných informací

Laparoskopická věž pro Krajskou zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), postupem mimo režim zákona.

Dotaz č. 1

Kamerová hlava:

Požadavek:

3 chipová HD kamerová hlava

Dotaz:

Akceptuje zadavatel systém s nejnovějším typem snímacího senzoru (CMOS technologie), který již není primárně definován jako jedno- nebo tříčipový? Nabízený senzor pak nabízí ve srovnání s požadovanými kritérii u FULL HD rozlišení kvalitativně identické řešení (1920x1080p) u parametru kontrastu dokonce vyšší hodnoty pro dokonalý obraz. Jedná se o řešení splňující stejný medicínský účel a splňující všechny technické požadavky zadavatele.

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na znění technické specifikace v zadávací dokumentaci.

V Ústí nad Labem dne: 26-04-2016



02

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala

generální ředitel

