

Název veřejné zakázky: **REACT – EU 98 – Soubor endoskopického vybavení pro vyšetření krku Nemocnice Most, o.z. II.**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3607/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č.1:

Zadavatel v Příloze č. 2 – Technické specifikaci Zadávací dokumentace uvádí následující technické parametry videorhinolaryngoskopu. U videorhinolaryngoskopu (průměru 3,6/3,9 mm) je požadováno zorné pole minimálně velikosti 110°. Uchazeč nabízí videorhinolaryngoskop požadovaných parametrů s velikostí zorného pole 80°. Bude zadavatel akceptovat nabídku videorhinolaryngoskopu s menším zorným polem?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje i vámi nabízené řešení.

Dotaz č.2:

Zadavatel v Příloze č. 2 – Technické specifikaci Zadávací dokumentace uvádí následující technické parametry tenkého videorhinolaryngoskopu. U videorhinolaryngoskopu (průměru 2,6/2,9 mm) je požadován zevní průměr distálního konce maximálně 2,6 mm a hloubka ostrosti minimálně 3,5 mm – 50,0 mm. Uchazeč nabízí flexibilní videorhinolaryngoskop požadovaných parametrů se zevním průměrem distálního konce 2,7 mm (2,5 mm) a hloubkou ostrosti 5,0 mm – 50,0 mm. Bude zadavatel akceptovat nabídku tenkého videorhinolaryngoskopu s nepatrně odlišnými parametry?

Uchazeč shledává zadavatelem požadované parametry jako nestandardní, odkazující na konkrétního dodavatele a nabízí endoskopické vybavení a parametry videorhinolaryngoskopů, které splňují standardní požadavky pro podobná diagnostická zařízení a které v ostatních parametrech plně vzhovují požadavkům zadavatele VŘ.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel akceptuje i vámi nabízené řešení.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek

V Ústí nad Labem dne: 26-09-2023

02

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel

Ing. Pavel
Voral

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Voral