

Kupní smlouva

medisap,s.r.o.

se sídlem: Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3
IČO: 48029360
DIČ: CZ48029360
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14601
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: [REDACTED] ednatelem společnosti
kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jako „prodávající“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jako „kupující“)

spolu jako smluvní strany dnešního dne uzavírají tuto
kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“).

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě veřejné zakázky s názvem:
„**REACT-EU98 - Monitorovací technika Krajskou zdravotní, a.s. II**“, Část 1 - Monitorovací
technika vyšší třídy“

Účelem této smlouvy je nákup níže uvedeného předmětu koupě a zajištění jeho plné
provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a dále zajištění oprav a náhradních dílů
v záruční době. Předmět smlouvy souvisí s realizací projektu:

**Veřejná zakázka je spolufinancována z 98. a 99. Výzvy k předkládání žádostí o podporu z
Integrovaného regionálního operačního programu:**

**Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016263**

**Přístrojové vybavení nemocnice Most
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016322**

**Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016376**

**Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem - CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016660**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem koupě je věc: monitorovací technika (dále i jako "přístroj" nebo "zboží").
2. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy - Nabídka č. 1085-2023 ze dne 9.8.2023, která tvoří její nedílnou součást.
3. Předmětem této smlouvy je:
 - *doprava zboží do místa plnění,*
 - *montáž zboží,*
 - *instalace zboží,*
 - *uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,*
 - *provedení všech převímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,*
 - *ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace,*
 - *instruktáže zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností kupujícího (dle § 41 odst. 2 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zdravotnických prostředcích“)), včetně vystavení protokolu o instruktáži,*
 - *předání dokladů dle čl. III. této smlouvy,*
 - *záruční servis a pozáruční servis dle ve smlouvě uvedených podmínek,*
 - *likvidace obalového materiálu.*
4. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité.
5. Prodávající se touto smlouvou současně zavazuje, že v případech, kdy se nejedná o záruční nebo pozáruční servis dle této smlouvy, zajistí za obvyklou cenu opravu a náhradní díly zboží po dobu jeho životnosti, tj. po dobu **120 měsíců** od předání zboží, jejíž zejména cenové podmínky budou upraveny samostatnou smlouvou.

Článek II.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je 46,408.800,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. Ke kupní ceně dle čl. II. odst. 1. této smlouvy bude připočtena DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena určená postupem podle odst. 1. a 2. tohoto článku je cenou nepřekročitelnou a cenou konečnou zahrnující veškeré plnění dle této smlouvy, tj. jsou v ní zahrnuty i veškeré náklady na plnění podle článku I. odst. 3., s výjimkou pozáručního servisu, jehož úhrada je upravena samostatně v čl. VI. této smlouvy.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím dle této smlouvy.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí být vystaven v souladu s ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), a vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona o DPH musí splňovat i další náležitosti. A to zejména:
 - identifikační číslo kupujícího a prodávajícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch, kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na smlouvu uvedením názvu smlouvy a dodaného zboží,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu (faktury),
 - soupis příloh,

- název projektu a registrační číslo projektu (dle místa dodání):

Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016263

Přístrojové vybavení nemocnice Most CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016322

Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiouchirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016323

Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016376)

Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném předání zboží kupujícímu, jak je definováno v čl. III. odst. 2. a 3. smlouvy, a to na základě protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami. Tento protokol o předání zboží musí být přílohou daňového dokladu (faktury).

- Je-li součástí předmětu plnění této smlouvy poskytnutí licence na užívání software daňový doklad (faktura) musí dále obsahovat všechny náležitosti nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které jsou předmětem plnění této smlouvy (dodávaných samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění). Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (název software, verze software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze popř. výrobce software, časové omezení nebo další upřesňující údaje, a to ve tvaru, shodném se specifikací licence na užívání software definovanou jejím poskytovatelem), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí typu OEM, také jejich cenu.
- Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
- V případě, že prodávající uvede v daňovém dokladu (faktuře) jiný bankovní účet než jím uvedený v záhlaví této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost kupujícího výslovně upozornit (průvodním dopisem k daňovému dokladu (faktuře) o změně čísla účtu nebo červeným vyznačením nového čísla účtu v daňovém dokladu (faktuře)) před splatností svého nároku, který se stává nárokem nesplatným až do doby naplnění uvedené povinnosti prodávajícího. V opačném případě nese prodávající veškeré náklady spojené s opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch jiného než v záhlaví smlouvy uvedeného bankovního účtu, riziko škod a kupující se v takovém případě nedostává do prodlení.
- Splatnost každého daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu. Proávající se zavazuje předat či odeslat daňový doklad (fakturu) kupujícímu nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení.
- Pokud daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti ve smyslu výše uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu s novou lhůtou splatnosti v délce 30 kalendářních dnů od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury).
- Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy okamžik odeslání peněžité platby z bankovního účtu kupujícího na příslušný účet prodávajícího.
- Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

III.

Doba a místo plnění

- Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do **90 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této smlouvy. O termínu předání musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího **minimálně 3 pracovní dny předem**. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je:

[Redacted signature block]

- Za předání zboží se považuje:
 - dodání zboží na adresu místa dodání:

- Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
 - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk, U Nemocnice 1298, 408 01 Rumburk
 - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z., Žitenická 2044/6, 412 01 Litoměřice
 - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov
 - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II
 - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316 /12A, 401 13 Ústí nad Labem
- b. montáž zboží,
 - c. instalace zboží,
 - d. uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
 - e. provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
 - f. instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností kupujícího (dle § 41 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích), včetně vystavení protokolu o instruktáži,
 - g. dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.), a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o zdravotnických prostředcích; v případě zboží se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů,
 - h. v případě zboží, které je zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů, zařazeno jako stanovené měřidlo, případně dodané zboží je zdravotnickým prostředkem s měřicí funkcí, dodání dokladů o prvotní kalibraci či metrologickém ověření,
 - i. likvidace obalového materiálu.
3. Zvláštní požadavky:
- a. je-li předmětem smlouvy i dodání licencí na užívání software, prodávající uvede na daňovém dokladu (faktuře), případně na dodacím listu, k veškerému softwarovému vybavení všech komponent zboží přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent zboží. Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění),
 - b. kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávajícího poskytnuta záruka za jakost zboží,
 - c. protokol o předání zboží musí být na straně kupujícího podepsán pracovníkem OOKC, v opačném případě není předání zboží považováno za úplné a nelze se domáhat úhrady kupní ceny.

IV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. III. této smlouvy).

V.

Záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí kupujícím:
 - a. nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran (dále rovněž „právní vady“),
 - b. nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě včetně jejích příloh (tj. vlastnosti a specifikace výslovně kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti, které jsou obvykle na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladeny) a dále, že bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží (dále rovněž „faktické vady“).
2. Prodávající odpovídá za vady zboží, jež bude mít zboží v době jeho převzetí kupujícím, za vady zboží vzniklé porušením povinnosti prodávajícího a dále prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby (tj. prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku).
3. Záruční doba na zboží je **24 (slovy: dvacet čtyři)** měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním zboží. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného zboží zpět kupujícím nebo ode dne, kdy kupující a prodávající písemně potvrdí vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.
4. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé poškozením zboží způsobeným třetími osobami nebo kupujícím při užívání zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží.
5. Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět servis zboží (dle § 44 a násl. zákona o zdravotnických prostředcích), tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
6. Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží po celou záruční dobu, a které bylo prodávajícím dodáno spolu se zbožím. Stejně tak poskytne prodávající spotřební materiál potřebný pro jím prováděný servis, revize, předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace dle tohoto článku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že kupní cena podle článku II. této smlouvy zahrnuje i cenu (včetně výměny) za tento materiál v potřebném množství a kvalitě po celou záruční dobu, přičemž prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a kupující neuhradí prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu anebo dodatečné náklady prodávajícího v souvislosti se servisem zboží.
7. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovem: sedmi) pracovních dnů poté, kdy kupující vadu zjistil. Vytčení vady musí být oznámeno prodávajícímu telefonicky a následně též po telefonickém nahlášení e-mailem na kontaktní údaje prodávajícího. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: Servisní středisko medisap, [REDAKCE]
8. V případě uplatnění odpovědnosti za vady zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od telefonického nahlášení závady prodávajícímu.
9. Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího, pokud je kupujícím dodržen postup dle odst. 7. tohoto článku.
10. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.
11. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke vzniku stejné vady na předmětu plnění, která již byla prodávajícím v průběhu záruční doby minimálně 2x odstraněna, je kupující oprávněn požadovat

- po prodávajícím dodání nového zboží odpovídajícího specifikaci dle této smlouvy. Od dodání nového zboží počne záruční doba běžet od počátku.
12. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu pro odstranění vady prodávajícím splnit, může být prodávajícím kupujícím písemně poskytnuta delší lhůta pro odstranění vady bez toho, aby se prodávající dostal v průběhu poskytnuté delší lhůty na odstranění vady do prodlení s jejím odstraněním. O hledisku, zda charakter, závažnost a rozsah vady vyžaduje poskytnutí delší lhůty pro odstranění vady, stejně tak jako o její délce, rozhoduje kupující. Poskytnutí delší lhůty na odstranění vady nemá vliv na povinnost prodávajícího uvedenou v odstavci 10. tohoto článku.
 13. Prodávající se též zavazuje provádět v době záruky bezplatně:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
 - bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi OOKC kupujícího.
 14. Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem prodávajícího je pracovník OOKC kupujícího. Ze strany prodávajícího bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky zdravotnického pracoviště a pracovníky OOKC kupujícího.

VI.

Pozáruční servis

1. Prodávající se touto smlouvou dále zavazuje poskytovat kupujícímu pozáruční servis zboží. Pozáruční servis bude poskytován po dobu **96 měsíců** ode dne uplynutí záruční doby uvedené v čl. V. této smlouvy.
2. Pozáruční servis zahrnuje:
 - výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
 - sledování termínů bezpečnostně technických kontrol dle pokynů výrobce a jejich provádění dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
 - v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 - poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek dle tohoto odstavce.
 Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající neprodleně pracovníkovi OOKC kupujícího.
3. Za poskytování pozáručního servisu se kupující zavazuje zaplatit celkovou částku **3,406.400,-Kč** bez DPH, jejíž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. Úplata za poskytování pozáručního servisu bude kupujícím hrazena průběžně v ročních platbách na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného vždy k prvnímu dni následujícího roku. Výše roční platby bude vždy zahrnovat úplatu za činnosti pozáručního servisu poskytnuté v předcházejícím kalendářním období. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude protokol (příp. protokoly) o provedení pozáručního servisu podepsaný oběma smluvními stranami. Na vyúčtování pozáručního servisu se přiměřeně použijí ustanovení uvedená v čl. II. této smlouvy. Úplata za pozáruční servis zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s poskytováním pozáručního servisu, včetně zejména nákladů na dopravu, času stráveného na cestě do místa plnění a vystavení všech nezbytných protokolů a záznamů.
4. Smluvní strany se dohodly, že cena za služby pozáručního servisu poskytovaného podle této smlouvy, může být prodávajícím jednostranně upravena, a to procentuálně podle míry inflace za uplynulý kalendářní rok vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen podle údajů vyhlášených Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách,

maximálně však o 5 % oproti aktuálně platné ceně služeb za pozáruční servis. Prodávající je povinen písemně oznámit kupujícímu svůj úmysl upravit cenu za služby pozáručního servisu dle předchozí věty nejpozději 3 měsíce před měsícem, od kterého má platit prodávajícím upravena cena za služby pozáručního servisu.

V oznámení prodávajícího dle předchozí věty musí být uvedeno:

- výše původní ceny za služby pozáručního servisu, která má být upravena (včetně případných předchozích úprav ceny),
 - výše míry inflace za uplynulý kalendářní rok vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen podle údajů vyhlášených Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách,
 - procentuální vyjádření výše úpravy ceny za služby pozáručního servisu,
 - výše ceny za služby pozáručního servisu po úpravě.
5. Kupující je oprávněn vypovědět ustanovení tohoto článku, a to bez uvedení důvodu. Vypovědní doba činí 3 měsíce a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu.

VII.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedojde k předání zboží v souladu s čl. III. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.
3. V případě, že prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 9. smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží bez DPH za každý kalendářní den až do řádného odstranění vad zboží.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu, ani právo na odstoupení od smlouvy v souladu s občanským zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.

VIII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením od smlouvy dle občanského zákoníku.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským zákoníkem.

IX.

Zvláštní ustanovení

1. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez DPH, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, musí být tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. V případě nesplnění této povinnosti bude smlouva ze zákona zrušena od počátku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
3. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem zašle správci registru smluv kupující ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.

4. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, předá elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena.
5. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029.
6. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

X.

Závěrečná ustanovení



1. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenu.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 občanského zákoníku, jako například změny kurzu cizí měny.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
5. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny prodávajícímu.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
7. Ve vztazích vyplývajících z této smlouvy se obchodní zvyklosti budou aplikovat pouze v případě, že dané otázky nejsou regulovány dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
8. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, tomuto porozuměly a souhlasí s ním.
9. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího. Žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít

písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 - Nabídka č. 1085-2023 ze dne 9.8.2023

Příloha č. 2 - Rozklad ceny



Část 1 - Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a. s.

Obecné požadavky

Krajská zdravotní, a. s. (dále jen zadavatel) je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, ve kterém aktuálně provozuje celkem 7 nemocnic akutní péče. Součástí těchto nemocnic jsou též centra vysoce specializované péče. Záměrem zadavatele je zvýšení kontinuity péče o pacienta, usnadnění mobility zdravotnického personálu i snížení nákladů na správu zdravotnické techniky ve smyslu zajištění legislativně požadovaných proškolení v užívání zdravotnické techniky, logistiky správy, řízení zdravotnické techniky a zásobování spotřebním zdravotnickým materiálem. Je též strategickým záměrem zadavatele vytvoření technických podmínek pro implementaci telemedicíny a e-health.

Všechny součásti dodávky dle této zadávací dokumentace musí splňovat podmínky pro připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. uvedené pod následujícím odkazem: https://www.kzcr.eu/Data/Eiles/9e76:7890-61a0-40:ia-S3aS-e90d307334b3-pozadavky-na-piovedeni-a-kvalitu-ict.pdf?dowiiload=tue&cname=PPK?o20ICT_aktu%20r?C3%A1ln°oC3°oAD*o2Overze

V případě pochybností si zadavatel vyhrazuje právo požadovat fyzické předvedení požadovaných vlastností výrobku na vybraném pracovišti zadavatele ve lhůtě do 7 dnů od zaslání výzvy uchazeči.

V případě, že zadavatel uvádí v technické specifikaci *Možnost* zadavatel požaduje, aby nabízený přístroj požadavek splňoval a daný parametr nebo funkci bylo možné využít bez nutnosti pořízení dalšího příslušenství nebo rozšíření.

Technická specifikace - Část 1

1. Multiparametrický modul

- Modul fungující zároveň jako transportní monitor:
- Dotykový displej velikosti minimálně 7 palců se zobrazením minimálně 4 křivek současně a s automatickým otáčením obrazu:
- Provoz na uživatelsky vyměnitelný (bez použití nářadí) bateriový zdroj minimálně po dobu 5 hodin při standar dní konfiguraci měřených parametrů:
- Optické a akustické alarmy:
- Automatické otočení obrazu o 180°;
- Modul musí umožnit připojení minimálně 6 vstupů současně;
- Modul musí umožnit monitoraci:
 - o EKG snímané z minimálně 5 a 10 svodů, rozměření ST úseku se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu, zobrazení parametru QT/QTc
 - o Snímání 12-kanálového EKG (z 10 svodů) s interpretací
 - o 2 x teplota
 - o NIBP
 - o SpO₂
 - o Minimálně 4x IBP
 - o Měření kapnometrie - každý modul musí být vybaven vstupem pro měření EtCO₂

- Automatická analýza, záznam a tisk arytmií z minimálně 4 svodů (minimálně asystolie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.)
- Analogový výstup **EKG** a EBP pro synchronizaci s jinými přístroji
- Váha přístroje při transportu maximálně 2 kg včetně baterie a integrovaného madla;
- Integrované madlo, případně držadlo pro snadný transport modulu;
- Umístění modulu na rameno volitelně na pravou nebo levou stranu monitoru;
- Kompletní ovládání v českém jazyce (uživatelský interface stejný jako u monitorů vitálních funkcí);
- Stupeň krytí modulu minimálně IP44 ve všech směrech otočení

2. Monitor vitálních funkcí vyšší třídy

- Modulární monitor vitálních funkcí s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce minimálně 19 palců třídy medical grade;
- Maximální hmotnost monitoru 8 kg;
- Umožňuje připojení výše specifikovaného multiparametrického modulu
- Dokovací stanice pro multiparametrický modul včetně držáku, který bude umístěn umístěn na svislé tyči u poličky nebo lůžka. Dokovací stanice slouží pro připojení modulu k lůžkovému patientskému monitoru, resp. patientské monitorovací síti. Dokovací stanice nesmí být součástí vlastního tělesa patientského monitoru;
- Současné zobrazení minimálně 8 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) na displeji;
- Možnost připojení výše specifikovaného multiparametrického modulu;
- Automatická detekce snímaných parametrů;
- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti;
- Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 48 hodin s rozlišením 1 minuta nebo 72 hodin s rozlišením 5 minut nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě;
- Modulový box pro umístění minimálně 5 dalších zásuvných modulů;
- Přeložení převozu pacienta na cílový monitor v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů ze zdrojového monitoru od připojení pacienta 72 hodin;
- Obousměrná komunikace se všemi monitory a centrální stanicí;
- Síťový přístup z lůžkovému monitoru na druhý lůžkový monitor minimálně pro sledování křivek, údajů a přenos alarmů;
- Vzdálená správa monitoru, vzdálený přístup k event logu;
- Tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrálnímu monitoru;
- Kompletní uživatelské ovládání monitorů v českém jazyce;
- Ochrana proti defibrilačnímu pulsu;
- Identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 nebo pomocí čtečky čárových kódů;
- Čtečka čárového kódu pro každý monitor je součástí dodávky;

- Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrálního monitoru;
- Kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv;
- Výstup pro připojení externího displeje - minimálně VGA výstup;
- Monitor musí prostřednictvím multiparametrického modulu umožnit natočení 12svodového EKG do monitoru a jeho následné odeslání do systému MUSE nebo do sdíleného adresáře, ze kterého systém MUSE 12svodové EKG načte;

a. Rozšiřující moduly

Zadavatel požaduje možnost připojení následujících rozšiřujících modulů do monitorů vyšší třídy. Moduly se musí připojovat pomocí modulového boxu. Moduly musí měřené parametr. křivky zobrazovat na displeji patientského monitoru. Součástí dodávky daného modulu je vždy kompletní příslušenství nezbytné pro provedení měření.

Moduly:

- a) Transpulmonální termodíluce (PiCCO);
- d) Termodiluční monitorace srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzova katétru (CO) - zadavatel akceptuje řešení, kdy je tento parametr monitorován multiparametrickým modulem nebo patientským monitorem;
- é) Kapnometrie technologií *sidestream* nebo *microstream* (EtCCCh);
- f) Kontinuální 4kanálová monitorace EEG (EEG) - v případě Zkanálového řešení jsou požadovány dva moduly;
- g) Monitorace hloubky nervosvalové blokády (NMT) metodou EMG (možné splnit dodáním externího přístroje se zobrazením hodnot na displeji monitoru vitálních funkcí; externí přístroj musí být součástí nabídky);
- h) Monitorace tkáňové oxymetrie metodou NIRS;
- i) Měření nepřímé kalorimetrie minimálně s parametry VO_2 , VCO_2 a RQ (CAL, s přesností měření do 10%);

3. Monitor vitálních funkcí střední třídy

- Modulární monitor vitálních funkcí s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce minimálně 16 palců třídy medical grade;
- Maximální hmotnost monitoru 12 kg;
- Dokovací stanice pro multiparametrický modul včetně držáku, který by měl být umístěn na svislé tyči u poličky nebo lůžka. Dokovací stanice slouží pro připojení modulu k lůžkovému patientskému monitoru, resp. patientské monitorovací šiti. Dokovací stanice nesmí být součástí vlastního těla patientského monitoru;
- Současné zobrazení minimálně 8 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) na displeji;
- Automatická detekce snímaných parametrů;
- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti;
- Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 48 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě;

- ♦ Přeložení převoz pacienta na cílový monitor v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů ze zdrojového monitoru od připojení pacienta 72 hodin;
- ♦ Obousměrná komunikace se všemi monitory a centrální stanicí;
- ♦ Síťový přístup k lůžkovému monitoru na druhý lůžkový monitor minimálně pro sledování křivek, údajů a přenos alarmů;
- Vzdálená správa monitoru po monitorovací síti, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HbV;
- Tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrálnímu monitoru;
- * Kompletní uživatelské ovládání monitorů v českém jazyce;
- Ochrana proti defibrilačnímu pulsu;
- Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrálního monitoru;

4. Cenná Lni monitor

- Plná obousměrná komunikace s monitory v síti;
- Zobrazení minimálně 12 monitorů vitálních funkcí současně;
- Pro připojení telemetrických jednotek;
- Režim sledování minimálně 12 pacientů (připojených na monitorech vitálních funkcí) a současně konfigurovatelného sledování minimálně 3 křivek u každého z nich;
- Možnost konfigurace zobrazení těchto parametrů: EKG, SpO₂, EtCO₂, tělesná teplota, NIBP, IBP, ICP, CPP;
- Zobrazení detailu vybraného monitoru;
- Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrály;
- Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále;
- Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů;
- Uložení trendů minimálně 72 hodin, možnost prohlížení plných křivek 72 hodin;
- Možnost vzdáleného náhledu na monitory v reálném čase a náhledu na trendová data za posledních 72 hodin realizovaná cestou vvebového rozhraní (zadavatel pro splnění tohoto parametru umožňuje využití stávajícího řešení Mobile Care Viewer (GE Healthcare));
- Tisk alarmů (události, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, patientských záznamů, tisk záznamů;
- Plná obousměrná komunikace monitorů životních funkcí s centrálním monitorovacím systémem umožní zadávání patientských dat do lůžkových monitorů životních funkcí, nastavení alarmových mezí a zpětný přenos a zobrazení nasímaných dat z lůžkových monitorů do centrální monitorovací stanice;
- Kompletní uživatelské rozhraní v českém jazyce;
- 1ks plochý barevný dotykový displej o úhlopříčce minimálně 24 palců. Možnost připojení dalších minimálně dvou náhledových monitorů;
- Ovládání klávesnicí a myši (medical grade);

- Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu - tiskárna součástí nabídky a řešení musí umožnit tisk jak z centrálního monitoru, tak z jednotlivých patientských monitoru;
- Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí;
- Identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 - možné řešení i načtení dat přes centrální monitorovací stanici, nabízený systém uchazeče musí touto funkcionalitou disponovat v době podání nabídky - doložení technického materiálu do nabídky;
- Dodané řešení již musí obsahovat síťové rozhraní pro komunikaci bez potřeby dalších licencí a bez množství či rychlostního omezení;
- Dodávka musí obsahovat všechny potřebné licence za tímto účelem, pokud je nabízené řešení od výrobce licencováno;
- Synchronizace času monitoru životních funkcí dle centrálního monitoru;
- Zálohovací zdroj napájení pro centrálu po dobu minimálně 30 minut;

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V Praze dne 9. srpna 2023

Zastupitel
medisap.s.r.o.



Předmětem dodávky je:

Položka	Název nabízeného přístroje	ks
Multiparametrický modul	Multiparametrický modul/ monitor Carescape one	78
Monitor vitálních funkcí vyšší třídy	Monitor vitálních funkcí CANVAS 1000	31
Monitor vitálních funkcí střední třídy	Monitor vitálních funkcí CANVAS SD (smart displej)	43
Centrální monitor	Carescape centrální stanice	6

Příloha č. 2 - Rozklad ceny

Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní Část 1						
Tabulka A) Zdravotnické prostředky						
Název položky	Počet ks	Nabídková cena za ks bez DPH	Nabídková cena za ks včetně DPH	Celková nabídková cena bez DPH	Celková nabídková cena včetně DPH	Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou technickou specifikaci (ANO/NT)
Multiparametrický modul	78	305 500.00 Kč	369 655,00 Kč	23 629 000,00 Kč	25 633 090,00 Kč	AND
Monitor vitálních funkcí vyšší třídy	31	324 600.00 Kč	392 766,00 Kč	10 062 600,00 Kč	12 175 746,00 Kč	AND
Monitor vitálních funkcí střední třídy	43	233 400.00 Kč	262 414,00 Kč	10 036 200,00 Kč	12 143 802,00 Kč	ANO
Centrální monitor	6	413 500.00 Kč	500 335,00 Kč	2481000,00 Kč	3 002 010,00 Kč	ANO
Modul PICCO	0	117 800.00 Kč	142 536,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ANO
Modul CO	0	94 300.00 Kč	114 103,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	AND
Modul EEG	0	103 800.00 Kč	125 598,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ANO
Modul NMT	0	54 100.00 Kč	65461,00Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ANO
Modul MRS	0	105 200.00 Kč	127 292,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ANO
Modul měření nepřímé kalorimetrie	0	169 500.00 Kč	205 095,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ANO

Tabulka A) Zdravotnické prostředky								
Název položky	Počet ks	Počet ks Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,	Počet ks Nemocnice Teplice, o.z.,	Počet ks Nemocnice Most, o.z.,	Počet ks Nemocnice Chomutov, o.z.,	Počet ks Nemocnice Děčín, o.z.,	Počet ks Nemocnice Litoměřice, o.z.,	Počet ks Nemocnice Rumburk, o.z.,
Multiparametrický modul	78	52	0	0	21	■	0	0
Monitor vitálních funkcí vyšší třídy	31	16	0	0	10	5	0	0
Monitor vitálních funkcí střední třídy	43	32	0	0	11	0	0	0
Centrální monitor	6	4	0	0	1	0	0	0
Modul PICCO	0	0	0	0	0	0	0	0
Modul CO	0	0	0	0	0	0	0	0
Modul EEG	0	0	0	0	0	0	0	0
Modul NMT	0	0	0	0	0	0	0	0
Modul NIRS	0	0	0	0	0	0	0	0
Modul měření nepřímé kalorimetrie	0							

Tabulka B) Poskytování pozáručního servisu

Název	Specifikace zakázky		Počet kusů	Vymezení rozsahu pozáručního servisu**	Počet měsíců pozáručního servisu	Celková nabídková cena v Kč				
						cena za zásah v Kč bez DPH/1ks	cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks	celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks	celková částka DPH za 96 měsíců/všech ks	celková částka v Kč s DPH za 96 měsíců /všech ks
REACT-EU98- Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a.s. II.	Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní Část 1	Multiparaznetrický modul	78	Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.*	06 měsíců	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	936 000,00 Kč	196 560,00 Kč	1 132 560,00 Kč
				Bezpečnostné technické kontroly dle S 45 zákona o zdravotnických prostředcích'	06 měsíců	800,00 Kč	968,00 Kč	499 200,00 Kč	104 832,00 Kč	604 032,00 Kč
				Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích'	06 měsíců	200,00 Kč	242,00 Kč	124 800,00 Kč	26 208,00 Kč	151 008,00 Kč
				V případě zhoří se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon*	06 měsíců	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Monitor vitálních funkcí vyšší třídy	31	Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505 1000 Sb.*	06 měsíců	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	372 000,00 Kč	78 120,00 Kč	450 120,00 Kč
				Bezpečnostné technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích*	06 měsíců	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	297 600,00 Kč	62 496,00 Kč	360 096,00 Kč
				Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích*	06 měsíců	200,00 Kč	242,00 Kč	49 600,00 Kč	10 416,00 Kč	60 016,00 Kč
				V případě zhoří se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon*	06 měsíců	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Monitor vitálních funkcí střední třídy	43	Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505 1000 Sb.*	06 měsíců	1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	516 000,00 Kč	108 360,00 Kč	624 360,00 Kč
				Bezpečnostné technické kontroly dle S 45 zákona o zdravotnických prostředcích*	06 měsíců	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	412 800,00 Kč	86 688,00 Kč	499 488,00 Kč
				Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích*	06 měsíců	200,00 Kč	242,00 Kč	68 800,00 Kč	14 448,00 Kč	83 248,00 Kč
				V případě zhoří se zdroji ionizačního záření zkouška-dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon*	06 měsíců	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Modul PICCO	0	Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505 1000 Sb.*	06 měsíců	300,00 Kč	363,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Bezpečnostné technické kontroly dle S 45 zákona o zdravotnických prostředcích*	06 měsíců	300,00 Kč	363,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích*	06 měsíců	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				V případě zhoří se zdroji ionizačního záření zkouška-dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon*	06 měsíců	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Modul CO	0	Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505 1000 Sb.*	06 měsíců	300,00 Kč	363,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Bezpečnostné technické kontroly dle S 45 zákona o zdravotnických prostředcích*	06 měsíců	300,00 Kč	363,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Revize dle i 47 zákona o zdravotnických prostředcích*	06 měsíců	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				V případě zhoří se zdroji ionizačního záření zkouška-dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon*	06 měsíců	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Modul HG	0	Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505 1000 Sb.*	06 měsíců	300,00 Kč	363,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Bezpečnostné technické kontroly dle S 45 zákona o zdravotnických prostředcích*	06 měsíců	300,00 Kč	363,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích*	06 měsíců	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				V případě zhoří se zdroji ionizačního záření zkouška-dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon*	06 měsíců	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

		Modul NMT	0	Výrobem předepsané kontroly a přhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem i. 505/1990 Sb.*	66 měsíců	300,00 Kč	363,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích*	96 měsíců	300,00 Kč	363,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích*	96 měsíců	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				V případě zhoř se zdroji ionizačního zářezu zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon*	96 měsíců	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Modul MRS	0	Výrobem předepsané kontroly a přhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505.1990 Sb.*	96 měsíců	300,00 Kč	363,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Bezpečnostně technické kontroly dle 545 zákona o zdravotnických prostředcích*	96 měsíců	300,00 Kč	363,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Revize dle S 47 zákona o zdravotnických prostředcích*	96 měsíců	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				V případě zhoř se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon*	96 měsíců	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Modul měření neprime kalorimetrie	0	Výrobem předepsané kontroly a přhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.*	96 měsíců	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích*	96 měsíců	300,00 Kč	363,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích*	96 měsíců	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
				V případě zhoř se zdroji ionizačního zářezu zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon*	96 měsíců	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Centrální monitor	6	Výrobem předepsané kontroly a přhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505.1990 Sb.*	96 měsíců	1 300,00 Kč	1 573,00 Kč	62 400,00 Kč	13 104,00 Kč	75 504,00 Kč
				Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích*	96 měsíců	1 200,00 Kč	1 452,00 Kč	57 600,00 Kč	12 096,00 Kč	69 696,00 Kč
				Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích*	96 měsíců	200,00 Kč	242,00 Kč	9 600,00 Kč	2 016,00 Kč	11 616,00 Kč
				V případě zhoř se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon*	96 měsíců	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem:										
* cena zářezu zahrnuje posýlání náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného i provedení daného zářezu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zářezu a náklady za práci servisního technika										
** účastník nacení (t zářezů), které « daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu dle platných právních předpisů										

Tabulka C) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet tabulek A+B)						
Název	Specifikace zakázky		Počet kusů/počet měsíců	Celková nabídková cena v Kč		
				celková cena bez DPH	celková částka DPH	celková cena včetně DPH
REACT-EU 98 - Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a.s. II.	Monitorovací technika pro zdravotní Část 1	Monitorovací technika	158	46 408 800,00 Kč	9 745 848,00 Kč	56 154 648,00 Kč
		Pozáruční servis	96	3 406 400,00 Kč	715 344,00 Kč	4 121 744,00 Kč
Cena celkem:				49 815 200,00 Kč	10 461 192,00 Kč	60 276 392,00 Kč
Žlutě označená pole doplní účastník.						