

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Chirurgické vrtačky pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk - část 2 - Modulární AKU chirurgické vrtačky**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky  
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka  
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3611/2023**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

### Dotaz č. 1:

- 1) Zadavatel v příloze zadávací dokumentace č.: 4b „Obligaturní návrh smlouvy“ uvádí v článku I, v bodě 5 požadavek na zajištění opravy a náhradních dílů po dobu životnosti zboží, čímž má zadavatel na mysli 120 měsíců.

Uchazeč si dovoluje informovat zadavatele, že obvyklá životnost vrtacího stroje velmi záleží na účelu a frekvenci použití, přičemž životnost není 120 měsíců, dále je servisní podpora garantována po dobu 5 let od ukončení výroby zboží.

**Může zadavatel na základě uvedeného upravit ustanovení ohledně očekávané životnosti přístroje a upravit požadavek na garanci servisu na 5 let od ukončení výroby a prodeje zboží?**

### Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na svém požadavku, tzn. pozáruční servis předmětu plnění po dobu 96 měsíců po uplynutí záruční doby (24 měsíců).

### Dotaz č. 2:

- 2) Zadavatel uvádí tamtéž v článku VI v odstavci 1, požadavek, že pozáruční servis bude poskytován po dobu 96 měsíců od konce záruky.

Pozáruční servis je obvykle poskytován po dobu životnosti přístroje, která může být teoreticky 120 měsíců od data prodeje, nicméně obvykle je kratší, servis tedy může být poskytován po dobu životnosti stroje, nebo po dobu 96 měsíců od konce záruky, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

**Může zadavatel upřesnit, zda bude akceptovat poskytnutí pozáručního servisu na dobu 96 měsíců od konce záruky, případně na dobu životnosti přístroje, pokud ta bude kratší než 120 měsíců od prodeje?**



**Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel trvá na svém požadavku, tzn. pozáruční servis předmětu plnění po dobu 96 měsíců po uplynutí záruční doby (24 měsíců).

**Dotaz č. 3:**

Náš dotaz se týká požadovaných minimálních technických a uživatelských parametrů u nástavců a baterií.

**Vrtačka malá**

- nástavec se skličidlem a klíčem pro vrtání, upínání vrtáků až do průměru min. 7mm - bude zadavatel akceptovat rozsah 0-6,5mm ?
- nástavec na k-dráty, pro průměr drátu v rozsahu min. 0,6-2mm - bude zadavatel akceptovat rozsah zavaděče 0,7-1,6mm a druhý zavaděč s rozsahem 1,6-4mm ?
- zadavatel požaduje zajištění sterility bez nutnosti vkládání baterií přímo do sterilizátoru - bude zadavatel akceptovat i sterilizovatelnou Li-on baterii o kapacitě 33 Wh ?


V případě, že zadavatel požaduje nesterilní baterii a sterilní pouzdro, lze nabídnout zadavateli tuto technologii s baterií NiMh ?

**Odpověď na dotaz č. 3:**

- Zadavatel bude akceptovat rozsah 0-6,5mm.
- Zadavatel bude akceptovat rozsah zavaděče 0,7-1,6mm a druhý zavaděč s rozsahem 1,6-4mm.
- Zadavatel připouští nesterilní baterii a sterilní pouzdro s technologií baterie NiMh.

**V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek**

V Ústí nad Labem dne: 03-10-2023

02  Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
Č. j. 22/2023  
MUDr. Petr Malý, MBA  
Generální ředitel